

Názov predmetu zákazky:
Kanyly

Špecifikácia predmetu zákazky

Časť č. 6 - Venózne pravoúhle kanyly s kovovým hrotom typu "single stage"

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Venózne pravoúhle kanyly s kovovým hrotom typu "single stage"			
1.1	venózna kanyla musí byť typu single,	spĺňa	"single"
1.2	musí byť vystužená v celej dĺžke a musí byť opatrená kovovým hrotom,	spĺňa	
1.3	musí byť tenkostenná, jednoliata a nelepená,	spĺňa	
1.4	vo veľkosti 22, 24, 28, 31 Fr,	spĺňa	22, 24, 28, 31 Fr
1.5	hrúbka zakončenia kanyly 3/8,	spĺňa	3/8
1.6	dĺžka kanyly musí byť min. 35 cm a max. 45 cm,	spĺňa	35,6cm
1.7	uhol v distálnej časti musí byť 90°,	spĺňa	90°
1.8	hrot kanyly musí mať majákový tvar s viacerými bočnými otvormi,	spĺňa	
1.9	musí mať vyznačenú orientačnú líniu.	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

TIMED, s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava

IČO:

00602175

DIČ:

2020459067

V: Bratislave

Dňa: 7.3.2022

Richard Kylian - konateľ
spoločnosti