

Názov predmetu zákazky:  
**Kanyly**

### Špecifikácia predmetu zákazky

#### Časť č. 7 - Venózne pravouhle kanyly s plastovým hrotom typu "single stage"

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
<b>Položka č. 1 - Venózne pravouhle kanyly s plastovým hrotom typu "single stage"</b>			
1.1	venózna kanyla musí byť typu single pravouhlá,	spĺňa	"single pravouhlá"
1.2	musí byť vystužená v celej dĺžke a musí obsahovať plastový hrot,	spĺňa	
1.3	musí byť tenkostenná, jednoliata a nelepená,	spĺňa	
1.4	variabilita veľkostí od 24, 26, 28, 30 do 40 Fr,	spĺňa	od 24, 26, 28, 30 do 40 Fr
1.5	hrúbka zakončenia kanyly musí byť 3/8,	spĺňa	3/8
1.6	dĺžka kanyly musí byť min. 38 cm a max. 45 cm,	spĺňa	38,1cm
1.7	uhol v distálnej časti musí byť 90°,	spĺňa	90°
1.8	hrot kanyly musí mať majákový tvar s viacerými bočnými otvormi,	spĺňa	
1.9	musí mať vyznačenú orientačnú líniu.	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

**TIMED, s.r.o.**

Sídlo uchádzača:

Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava

IČO:

00602175

DIČ:

2020459067

V: Bratislave

Dňa: 7.3.2022

Richard Kylian - konateľ  
spoločnosti