

Názov predmetu zákazky:
Kanyly

Špecifikácia predmetu zákazky

Časť č. 8 - Femorálne arteriálne kanyly nepoťahované

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Femorálne arteriálne kanyly nepoťahované			
1.1	ultratenkostenná alebo tenkostenná vyrobená technológiou Fem-Flex II, s interným dilatátorom alebo so zavádzačom,	spĺňa	
1.2	vystužená drôtom vo veľkosti 15-16, 17-18, 19-20, 21-22 Fr,	spĺňa	
1.3	3/8 konektor s T-portom, hrot-kúžeľovite zúžený alebo so zavádzačom kužeľovitého tvaru.	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Unomed spol. s r.o.

Sídlo uchádzača:

Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín

IČO:

00612791

DIČ:

2020383222

V: Trenčín

Dňa: 3.3.2022

.....
Ing. Róbert Kútny, konateľ