

Názov predmetu zákazky:  
Kanyly

### Špecifikácia predmetu zákazky

#### Časť č. 9 - Arteriálne kanyly pre kanyláciu oblúka rovné a zahnuté

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
<b>Položka č. 1 - Arteriálne kanyly pre kanyláciu oblúka - rovné</b>			
1.1	kanyla musí byť tenkostenná, vystužená drôtom proti zalomeniu, s uzáverom-obturátorom,	spĺňa	
1.2	telo kanyly musí byť flexibilné a spolu s prstencom umožňujúce presné polohovanie a fixáciu kanyly,	spĺňa	
1.3	hrot kanyly musí byť priehľadný, rovný s 3D difuzérom, umožňujúci zníženie difúzneho toku,	spĺňa	3D difuzér
1.4	tlakový gradient musí byť čo najnižší, max. 100mmHg,	spĺňa	100mg
1.5	dĺžka kanyly musí byť min. 29 cm a max. 34 cm,	spĺňa	30,5cm
1.6	vo veľkosti 20, 22 Fr,	spĺňa	20, 22 Fr
1.7	kanyla musí byť zakončená 3/8 konektorom s luer spojkou,	spĺňa	3/8 konektor
1.8	kanyla musí mať bezpečný, odvzdušňovací systém, umožňujúci jednoduché naplnenie a odvzdušnenie kanyly.	spĺňa	
<b>Položka č. 2 - Arteriálne kanyly pre kanyláciu oblúka - zahnuté</b>			
1.1	kanyla musí byť tenkostenná, vystužená drôtom proti zalomeniu, s uzáverom-obturátorom,	spĺňa	
1.2	telo kanyly musí byť flexibilné a spolu s prstencom umožňujúce presné polohovanie a fixáciu kanyly,	spĺňa	
1.3	hrot kanyly musí byť priehľadný, zošíkmený s 3D difuzérom, umožňujúci zníženie difúzneho toku,	spĺňa	3D difuzér
1.4	tlakový gradient musí byť čo najnižší, max. 100mmHg,	spĺňa	100mg
1.5	dĺžka kanyly musí byť min. 29 cm a max. 32 cm,	spĺňa	29,2cm
1.6	vo veľkosti 20, 22, 24 Fr,	spĺňa	20, 22, 24 Fr
1.7	kanyla musí byť zakončená 3/8 konektorom s luer spojkou,	spĺňa	3/8 konektor s luer spojkou
1.8	kanyla musí mať bezpečný odvzdušňovací systém, umožňujúci jednoduché naplnenie a odvzdušnenie kanyly.	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

TIMED, s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava

IČO:

00602175

DIČ:

2020459067

V: Bratislave

Richard Kylián - konateľ

Dňa: 7.3.2022