

Názov predmetu zákazky:
Kanyly

Špecifikácia predmetu zákazky

Časť č. 10 - Arteriálne kanyly pre kanyláciu do grafov

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Arteriálne kanyly pre kanyláciu do grafov			
1.1	kanyla musí byť umelohmotná, tenkostenná a vystužená drôtom proti zalomeniu,	spĺňa	
1.2	telo kanyly musí byť flexibilné a spolu s prstencom, umožňujúce presné polohovanie a fixáciu kanyly,	spĺňa	
1.3	súčasťou kanyly musí byť zavadzač s tupým zakončením, bez vodiaceho drôtu,	spĺňa	
1.4	tlakový gradient musí byť čo najnižší, max.160mmHg,	spĺňa	160mg
1.5	kanyla musí byť zakončená 3/8 konektorom s luer spojkou,	spĺňa	3/8 konektor
1.6	dĺžka kanyly musí byť min. 30 cm a max. 35 cm,	spĺňa	30,5cm
1.7	vo veľkosti 18, 20, 22, 24 Fr (6-8 mm),	spĺňa	18, 20, 22, 24 Fr (6-8 mm)
1.8	kanyla musí mať odvzdušňovací systém umožňujúci jednoduché naplnenie a odvzdušnenie kanyly.	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

TIMED, s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava

IČO:

00602175

DIČ:

2020459067

V: Bratislave

Dňa: 7.3.2022

Richard Kylian - konateľ
spoločnosti