

Príloha č. 1 RD

Špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:

Kanyly**Špecifikácia predmetu zákazky****Časť č. 11 - Kanyly drenážne (venty k drenáži srdcových oddielov)**

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Kanyly drenážne (venty k drenáži srdcových oddielov)			
1.1	katéter musí obsahovať rovný flexibilný zavádzač - kovový zavádzač s pamäťou,	spĺňa	
1.2	musí mať konektor 1/4,	spĺňa	
1.3	musí obsahovať bočné perforačné otvory v dĺžke od 5,5 cm do 7 cm,	spĺňa	
1.4	celková dĺžka kanyly musí byť min. 38 cm a max. 45 cm,	spĺňa	
1.5	musí obsahovať orientačne značenie,	spĺňa	
1.6	veľkosť ventu musí byť 16 Fr, 20 Fr,	spĺňa	
1.7	spojenie mandrénu a silikónového katétra na konci musí byť bezskokové,	spĺňa	
1.8	distálne zakončenie musí byť opatrené guľčikovým umelohmotným hrotom.	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Biomedica Slovakia, s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Drobného 27, 841 01 Bratislava

IČO:

35849258

DIČ:

2020239518

V: Bratislava

Dňa: 7.3.2022

.....
Mag. Karl Hirczy, konateľ

Poznámka:

 - povinné údaje vyplní uchádzač