

Názov predmetu zákazky:
Kanyly

Špecifikácia predmetu zákazky

Časť č. 15 - Kardioplegické ihly

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Kardioplegické ihly			
1.1	požadujú sa kanyly určené na použitie pri operáciách s mimotelovým obehom na podávanie kardioplegických roztokov do srdca a súčasne sa pomocou nich odvodušňuje srdce po ukončení operácie,	spĺňa	
1.2	kardioplegická ihla musí byť priehľadná,	spĺňa	
1.3	umelohmotná,	spĺňa	
1.4	dvojramenná,	spĺňa	
1.5	jedno rameno vystužené ihlou a luerovou koncovkou,	spĺňa	
1.6	druhé rameno s tlačkou (na uzáver ramena) a ukončené 1/4 koncovkou,	spĺňa	
1.7	požadované priemery: 14 Ga (7 Fr) a 16 Ga (5 Fr),	spĺňa	
1.8	na konci ihly tzv. „suture flange“ štvorcového tvaru s dvomi zárezmi pre niť na fixáciu ihly,	spĺňa	
1.9	dĺžka od 14 cm do 15 cm,	spĺňa	
1.10	sterilné balenie: 1 ks,	spĺňa	
1.11	obal musí obsahovať minimálne: názov, veľkosť, expiráciu, katalógové číslo.	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Biomedica Slovakia, s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Drobného 27, 841 01 Bratislava

IČO:

35849258

DIČ:

2020239518

V: Bratislava

Dňa: 7.3.2022

.....
Mag. Karl Hirczy, konateľ

Poznámka:

- povinné údaje vyplní uchádzač

Príloha č. 1 RD

Špecifikácia predmetu zákazky