

Príloha č. 4 SP

Špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:

Kanyly**Špecifikácia predmetu zákazky****Časť č. 16 - Kardioplegické kanyly do koronárnych artérií s pevnou rukoväťou s ukončením uhla 90°, 45°**

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Kardioplegické kanyly do koronárnych artérií s pevnou rukoväťou s ukončením uhla 90°, 45°			
1.1	kanyla do ústí koronárnych artérií,	spĺňa	
1.2	veľkosť od 10 Fr do 14 Fr,	spĺňa	od 10 Fr do 14 Fr
1.3	hrot kanyly musí obsahovať zberný kôš – tzv. angle tip,	spĺňa	kôš – tzv. angle tip
1.4	distálny úsek kanyly zahnutý v uhle 45°, 90°,	spĺňa	45°, 90°
1.5	telo kanyly musí byť z kovového materiálu,	spĺňa	
1.6	celková dĺžka od 19 cm do 21 cm,	spĺňa	19,1 cm
1.7	ukončenie kanyly luer lock alebo konicky.	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

TIMED, s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava

IČO:

00602175

DIČ:

2020459067

V: Bratislava

Dňa: 7.3.2022

Richard Kylian - konateľ
spoločnosti