

Názov predmetu zákazky:
Kanyly

Špecifikácia predmetu zákazky

Časť č. 17 - Kardioplegické kanyly do koronárnych artérií v tvare flexibilnej hadičky s ukončením uhla 90°, 45°

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Kardioplegické kanyly do koronárnych artérií v tvare flexibilnej hadičky s ukončením uhla 90°, 45°			
1.1	kanyla - celá v tvare hadičky, bez rukoväti,	spĺňa	
1.2	kónické ústie do vencovitých artérií v uhle 90°, 45°,	spĺňa	
1.3	veľkosť od 10 Fr do 14 Fr, alebo od 4,0; 5,0; 6,0 mm do 7,0 mm;	spĺňa	
1.4	dĺžka od 20 cm do 29 cm,	spĺňa	
1.5	ukončenie flexibilnej kanyly kónickým balónikom od 4,0 mm do 8,0 mm.	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Biomedica Slovakia, s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Drobného 27, 841 01 Bratislava

IČO:

35849258

DIČ:

2020239518

V: Bratislava

Dňa: 7.3.2022

.....
Mag. Karol Hirczy, konateľ

Poznámka:

- povinné údaje vyplní uchádzač