

Názov predmetu zákazky:  
**Kanyly**

### Špecifikácia predmetu zákazky

#### Časť č. 20 - Femorálne venózne kanyly jednostupňové

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
<b>Položka č. 1 - Femorálne venózne kanyly jednostupňové</b>			
1.1	jednostupňová kanyla venózna kanyla,	spĺňa	
1.2	vo veľkosti 17-18, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26, 27-28, 29-30,	spĺňa	17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 Fr
1.3	vystužená drôtom,	spĺňa	
1.4	s interným dilatátorom, alebo so zavádzačom kužeľovitého tvaru,	spĺňa	
1.5	ukončená konektorom 3/8, alebo konektorom 1/2 s adaptérom na 3/8,	spĺňa	3/8 a 1/2
1.6	pracovná dĺžka od min. 48 cm do max. 69 cm (podľa veľkosti kanyly),	spĺňa	od 48,9 cm do 60 cm
1.7	celková dĺžka od min. 64 cm do max. 87 cm (podľa veľkosti kanyly).	spĺňa	od 64,8 cm do 76,2 cm

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

**TIMED, s.r.o.**

Sídlo uchádzača:

Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava

IČO:

00602175

DIČ:

2020459067

V: Bratislave

Dňa: 7.3.2022

Richard Kylián - konateľ  
spoločnosti