

TECHNICKO – MEDICÍNSKE HODNOTY A PARAMETRE PREDMETU ZÁKAZKY

Časť č. 1 – skupina A

Predmet zákazky: Kardioplegické sety
Výrobca: Terumo® Europe

KARDIOPLEGICKÝ SET S VÝMENNÍKOM TEPLA NA DORUČENIE KARDIOPLÉGIE V POMERE 4:1

Pozostáva z :

- hadicového setu
- výmenník tepla :
 - s možnosťou riadenej zmeny teploty (z TCM II),
 - s možnosťou pripojenia rýchlo spojkami ½
 - vstupný konektor ¼ , výstupný 3/16
 - plniaci objem nie viac ako 55 ml
 - opatrený nerezovým výmenníkom, priehľadným obalom a lapačom vzduchových bublín
 - s integrovaným filtrom s otvorom pórov nie väčším ako 100 mikrónov
 - s povrchom 640 cm²
- obvodovej hadice na kardioplegický roztok :
 - priemer 3/16 x 1/16
 - dĺžka cca 3 m
 - jeden koniec závitová spojka
 - druhý koniec luer spojka
 - v osobitnom obale - sterilná

Kardioplegický set je kompatibilný s prístrojmi pre mimotelový obeh Terumo System1

V Bratislave dňa 17.10.2011.

.....
Ing. Pavel Bohdal
konateľ spoločnosti