

Obec Valaliky
Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, 044 13 Valaliky

AMIREX, a.s.
Hodžova 7
94901 Nitra
Slovenská republika

Váš list značky / zo dňa

Naša značka

Vybavuje / linka
Ing. Štefan Petrik / +421 55 55 2028950

Dátum
11.04.2022

176/1857/2022/OU

Vec: Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z20221971_Z, uzatvorenej cez EKS

Obec Valaliky

Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, 044 13 Valaliky, IČO: 00324850, ako objednávatel', uzatvorilo dňa 25.03.2022 so spoločnosťou AMIREX, a.s., Hodžova 7, 94901 Nitra, Slovenská republika, IČO: 36522295 ako dodávateľom, Kúpnu zmluvu č. Z20221971_Z (ďalej ako "Zmluva")

na predmet zákazky :

„Medicínske vybavenie gynekologickej ambulancie“ - Ultrazvukový prístroj

V zmysle osobitných požiadaviek na plnenie, bola objednávatel'om okrem iného stanovená aj podmienka:

V prípade nedodržania technických parametrov a vlastností predmetu zákazky, ktoré stanovil objednávatel' považuje sa takéto porušenie za podstatné porušenie zmluvy a objednávatel' je oprávnený od zmluvy odstúpiť bez nároku na akúkoľvek finančnú náhradu za náklady spojené s jeho dodaním.

Pri kontrole technickej špecifikácie ponúkaného tovaru (**Nuewa I9S**), ktorú predložil dodávateľ, objednávatel' po posúdení odborníkom, ktorý stanovil špecifikácie na požadovaný tovar zistil, že podľa vyjadrenia ŠUKL nebol uvedený model na ŠUKL oznámený (pod daným ŠUKL kódom P3828A sú oznámené iba modely : Resona I9/Nuewa I9.

V predloženej dokumentácii (vyhlásení o zhode sa síce nachádza aj model Nuewa I9S, avšak tento model nebol na ŠUKL doposiaľ oznámený). Podľa zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a ZP a na účely VO je nutné získať ŠUKL kód a teda daný model I9S oznámiť)

Uvedený tovar nespĺňa vo viacerých položkách technické vlastnosti požadované objednávatel'om v objednávkovom formulári zákazky č. Z20221971.

Konkrétne sa jedná:

Skutočnosť: Depth: 30 levels, 1.5-40 cm

Požiadavka: Maximálna zobrazovacia hĺbka min. 420mm

Skutočnosť: Frame rate (max): 1701 Hz

Požiadavka: Snímková frekvencia na 2D min. 6200 Hz

Skutočnosť: Dynamic range: 30-260

Požiadavka: Dynamický rozsah min. 340 dB

Skutočnosť: Bandwidth: 1.2-6.0MHz, Extended FOV: 72 st., Depth: 4-40cm

Požiadavka: Abdominálna konvexná sonda vrátane resterilizovateľného punkčného adaptéra určená pre vyšetrenie elastografiou a CEUS s frekvenčným rozsahom min. 1-7 MHz, hĺbka zobrazenia min. 420 mm, FOV min. 100 st.

Skutočnosť: SD8-1s, FOV (max): 66 st.

Požiadavka: Abdominálna motorická 3D/4D konvexná sonda určená pre objemové vyšetrenie s frekvenčným rozsahom min. 3-7 MHz, hĺbka zobrazenia min. 330 mm, FOV min. 100 st., 192 elementov

Na základe zistených skutočností, objednávateľ to považuje za podstatné porušenie zmluvy a v zmysle OPET verzia 3.7 účinná odo dňa 02.08.2022, 2. ČASŤ „VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY“, Čl. XVIII Ukončenie Zmluvy, bod 18.2 písm. a, **Objednávateľ využíva svoje právo a odstupuje od Kúpnej zmluvy č. Z2022736_Z.**

S pozdravom



.....
Ing. Štefan Petrík – starosta obce