

TECHNICKO – MEDICÍNSKE HODNOTY A PARAMETRE PREDMETU ZÁKAZKY

Časť č. 38

Predmet zákazky: Hlavica do centrifugálneho čerpadla
Výrobca: Terumo® Europe

Hlavy a prietokomery kompatibilné s centrifugálnym systémom SARNS

- na jednorazové použitie
- sterilne balená každá časť jednotlivo
- nízky prime volume 48mL
- rozsah možnej rotácie do 3600 ot./min
- rozsah tlaku do 700 mmHg
- rozsah výkonu do 9.9 l/min
- konektor 3/8"
- efektívny dizajn s odolným krytom z polykarbonátu
- potiahnutie kvalitným biokoatingom

.....
Ing. Pavel Bohdal
konateľ spoločnosti