

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:

EKG prístroj s príslušenstvom**ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - EKG prístroj s príslušenstvom			
1.	Napájanie 230V/50 Hz aj z akumulátora	spĺňa	
2.	Mobilita - vstavaná batéria min. 50 záznamov alebo min. 1 hodina monitorovania	spĺňa	50 EKG záznamov alebo 3 hodiny kontinuálneho monitorovania
3.	LCD farebný displej s uhlopriečkou min 6" so zobrazením min. 12 zvodov	spĺňa	7 palcový farebný WVGA displej, so zobrazením 12 zvodového EKG
4.	Zobrazenie:	xxx	xxx
4.1	srdcovej frekvencie	spĺňa	
4.2	EKG kriviek	spĺňa	
4.3	kontroly elektród	spĺňa	
4.4	času	spĺňa	
4.5	rýchlosti záznamu	spĺňa	
4.6	nastavenia filtrov	spĺňa	
4.7	chybové hlásenia	spĺňa	
4.8	pomocné hlásenia	spĺňa	
4.9	zobrazenie kvality signálu pred záznamom	spĺňa	
5.	Konfigurovateľné zobrazenie zvodov na displeji	spĺňa	
6.	Prednastavené profily manuál a automat	spĺňa	
7.	Automatická detekcia a zaznamenanie arytmií	spĺňa	
8.	Možnosť prehliadania 120 sec záznamu EKG	spĺňa	
9.	Zmrazenie EKG krivky na obrazovke	spĺňa	
10.	Detekcia kardiostimulátora	spĺňa	
11.	Prístroj musí poskytovať interpretáciu + rozmeranie	spĺňa	
12.	Spustenie záznamu jedným tlačidlom	spĺňa	
13.	Softvér pre predvolenie akútnej ischémie srdca nezávisle od času	spĺňa	
14.	Spätný záznam v režime prntscreen	spĺňa	
15.	Pamäť pre minimálne 100 záznamov EKG	spĺňa	
16.	Rýchlosť posuvu 25mm/s, 50 mm/s	spĺňa	5; 6,25; 10; 12,5; 25 a 50mm/s
17.	Prepracovaná filtrácia a inteligentný autoadaptívny filter	spĺňa	
18.	Eliminácia rušenia vlnových kriviek obmedzením frekvencií (tj. eliminácia rušenia bez používania uzemňovacieho kábla)	spĺňa	
19.	Kvalitný EKG záznam na termopapier - rolka min. 210 mm, resp. skladaný papier A4	spĺňa	
20.	Ochrana pred účinkami výboja zo srdcového defibrilátora	spĺňa	
21.	Vstup pacienta musí byť chránený pred defibriláciou, aby nebolo potrebné pred defibrilovaním pacienta odstraňovať EKG elektródy	spĺňa	
22.	Automatická kontrola uvoľnených zvodov	spĺňa	
23.	Vizuálny ukazovateľ kvality signálov zvodov	spĺňa	
24.	Klávesnica plná alfanumerická	spĺňa	

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky

25.	Minimálne 1 USB konektor	spĺňa	
26.	LAN RJ45 sieťový konektor	spĺňa	
27.	Prenos EKG záznamov do archivačného systému EKG prostredníctvom LAN alebo WIFI	spĺňa	
28.	Prípojenie externého video monitora, štandardný 15 - kolíkový VGA konektor	spĺňa	
29.	V prípade pripojenia čítačky - možnosť skenovania čiarového kódu pacienta	spĺňa	
30.	Napájanie čítačky čiarových kódov prostredníctvom USB portu	spĺňa	
31.	Prístroj musí umožniť nastavenie a definovanie:	spĺňa	xxx
31.1	dostupné a požadované informácie o pacientovi (vek, hmotnosť, výška, pohlavie)	spĺňa	
31.2	dostupné informácie o klinickej skúške	spĺňa	
31.3	nastavenie čítačky čiarových kódov	spĺňa	
32.	Požiadavky pre doplnkovú internú pamäť systému alebo archív:	spĺňa	xxx
32.1	import záznamov z externého zdroja	spĺňa	
32.2	tlač adresára internej pamäte	spĺňa	
32.3	vyhľadávanie v uložených záznamoch	spĺňa	
32.4	editovanie údajov pacientov v zázname	spĺňa	
32.5	vymazanie záznamov	spĺňa	
32.6	tlač záznamov	spĺňa	
32.7	prenos záznamov do externého zariadenia	spĺňa	
32.8	export záznamov na pamäťovú digitálnu kartu alebo do archívu	spĺňa	
33.	Príslušenstvo:	spĺňa	xxx
33.1	elektrody	spĺňa	
33.2	pacientské káble	spĺňa	
33.3	EKG papier	spĺňa	
33.4	pojzdny vozík	spĺňa	
33.5	rameno s držiakom na pacientske káble	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO:

46378979

DIČ:

2023373264

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa špecifikácií:

Meno a priezvisko:

Ing. Jaroslav Tonkovič

Pracovné zaradenie:

konateľ

Telefónne číslo:

0903718650

E-mail:

jaroslav.tonkovic@messermedical.sk

V: Novom Meste nad Váhom

Dňa: 20.5.2022

Podpis a pečiatka:

Ing. Jaroslav Tonkovič

Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:

konateľ

Poznámka:

 - povinné údaje vyplní uchádzač

Príloha č. 1
Špecifikácia predmetu zákazky