

Názov predmetu zákazky:  
**Titánové atraumatické klipy**

### ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
<b>Položka č. 1 - Titánový atraumatický klip, Typ 1</b>			
1.	Výška klipu v uzatvorenom stave: min. 3,5 max. 4,0 mm	spĺňa	
2.	Výška klipu v otvorenom stave: min. 2,5 max. 3,0 mm	spĺňa	
3.	Celková šírka otvoreného klipu: min. 2,0 max. 2,5 mm	spĺňa	
4.	Použitie pri operačných výkonoch zahrňujúcich ligovanie cievnych vrstiev a/alebo podviazanie tkanivových štruktúr.	spĺňa	
5.	Musia byť určené na preparáciu a.mammaria na hemostázuligovanie bočných cievnych vetiev pri získavaní cievneho štepu na revaskularizáciu myokardu.	spĺňa	
6.	Materiál musí byť vysoko kvalitný (titán) s formou tvaru V, ktorá zabezpečí najskôr distálne uzavretie klipu, čím predíde vytlačeniu cievy z klipu počas jej zaklipovania, čo zabezpečuje bezpečnosť a umožňuje polohovanie klipu v primárnom uvedení v tvare písmena O.	spĺňa	
7.	Srdcovité tvarovanie drôtu (prierez), atraumatickým tvarom klipu, so zaoblenými hranami a vnútornou drážkou chrániacou pred nožnicovým efektom.	spĺňa	
8.	Priečne drážky zvyšujúce bezpečnosť klipu proti sklznutiu, ktoré sú zároveň prevenciou rýchlej nekrotizácie tkaniva v mieste prestrihnutia cievy.	spĺňa	
9.	Špeciálna lepivá spodná časť zásobníka umožňuje jeho zafixovanie k sterilnej ploche a pohodlné zabitie klipu do klipovača.	spĺňa	
10.	Samostatné sterilné balenie každej náplne v boxe, minimálne po 6 ks a maximálne 8 ks v jednom samostatnom balení.	spĺňa	
11.	Možnosť používať magnetickú rezonanciu MRI.	spĺňa	
12.	Trojuholníkový tvar klipu na priereze pre lepšie uchytenie do klipovača a pre zabránenie jeho vypadnutiu.	spĺňa	
13.	Zásobník s retenčným pružinovým systémom uchytenia klipu.	spĺňa	
14.	Farebné balenie klipov zodpovedajúce farebnému značeniu klipovačov.	spĺňa	
<b>Položka č.2 - Titánový atraumatický klip, Typ 2</b>			
1.	Výška klipu v uzatvorenom stave: min. 5,5 max. 6,0 mm	spĺňa	
2.	Výška klipu v otvorenom stave: min. 4,5 max. 5,0 mm	spĺňa	
3.	Celková šírka otvoreného klipu: min. 3,0 max. 3,5 mm	spĺňa	
4.	Použitie pri operačných výkonoch zahrňujúcich ligovanie cievnych vrstiev a/alebo podviazanie tkanivových štruktúr.	spĺňa	
5.	Musia byť určené na preparáciu a.mammaria na hemostázuligovanie bočných cievnych vetiev pri získavaní cievneho štepu na revaskularizáciu myokardu.	spĺňa	
6.	Materiál musí byť vysoko kvalitný (titán) s formou tvaru V, ktorá zabezpečí najskôr distálne uzavretie klipu, čím predíde vytlačeniu cievy z klipu počas jej zaklipovania, čo zabezpečuje bezpečnosť a umožňuje polohovanie klipu v primárnom uvedení v tvare písmena O.	spĺňa	
7.	Srdcovité tvarovanie drôtu (prierez), atraumatickým tvarom klipu, so zaoblenými hranami a vnútornou drážkou chrániacou pred nožnicovým efektom.	spĺňa	
8.	Priečne drážky zvyšujúce bezpečnosť klipu proti sklznutiu, ktoré sú zároveň prevenciou rýchlej nekrotizácie tkaniva v mieste prestrihnutia cievy.	spĺňa	
9.	Špeciálna lepivá spodná časť zásobníka umožňuje jeho zafixovanie k sterilnej ploche a pohodlné zabitie klipu do klipovača.	spĺňa	
10.	Samostatné sterilné balenie každej náplne v boxe, minimálne po 6 ks a maximálne 8 ks v jednom samostatnom balení.	spĺňa	

11.	Možnosť používať magnetickú rezonanciu MRI.	spĺňa	
12.	Trojuholníkový tvar klipu na priereze pre lepšie uchytenie do klipovača a pre zabránenie jeho vypadnutiu.	spĺňa	
13.	Zásobník s retenčným pružinovým systémom uchytenia klipu.	spĺňa	
14.	Farebné balenie klipov zodpovedajúce farebnému značeniu klipovačov.	spĺňa	
<b>Položka č.3 - Titánový atraumatický klip, Typ 3</b>			
1.	Výška klipu v uzatvorenom stave: min. 7,9 max. 9,0 mm	spĺňa	
2.	Výška klipu v otvorenom stave: min. 7,0 max. 8,0 mm	spĺňa	
3.	Celková šírka otvoreného klipu: min. 5,5 max. 8,5 mm	spĺňa	
4.	Použitie pri operačných výkonoch zahrňujúcich ligovanie cievnych vrstiev a/alebo podviazanie tkanivových štruktúr.	spĺňa	
5.	Musia byť určené na preparáciu a.mammaria na hemostázuligovanie bočných cievnych vetiev pri získavaní cievneho štepu na revaskularizáciu myokardu.	spĺňa	
6.	Materiál musí byť vysoko kvalitný (titán) s formou tvaru V, ktorá zabezpečí najskôr distálne uzavretie klipu, čím predídde vytlačeniu cievy z klipu počas jej zaklipovania, čo zabezpečuje bezpečnosť a umožňuje polohovanie klipu v primárnom uvedení v tvare písmena O.	spĺňa	
7.	Srdcovité tvarovanie drôtu (prierez), atraumatickým tvarom klipu, so zaoblenými hranami a vnútornou drážkou chrániacou pred nožnicovým efektom.	spĺňa	
8.	Priečne drážky zvyšujúce bezpečnosť klipu proti sklznutiu, ktoré sú zároveň prevenciou rýchlej nekrotizácie tkaniva v mieste prestrihnutia cievy.	spĺňa	
9.	Špeciálna lepivá spodná časť zásobníka umožňuje jeho zafixovanie k sterilnej ploche a pohodlné zabitie klipu do klipovača.	spĺňa	
10.	Samostatné sterilné balenie každej náplne v boxe, minimálne po 6 ks a maximálne 8 ks v jednom samostatnom balení.	spĺňa	
11.	Možnosť používať magnetickú rezonanciu MRI.	spĺňa	
12.	Trojuholníkový tvar klipu na priereze pre lepšie uchytenie do klipovača a pre zabránenie jeho vypadnutiu.	spĺňa	
13.	Zásobník s retenčným pružinovým systémom uchytenia klipu.	spĺňa	
14.	Farebné balenie klipov zodpovedajúce farebnému značeniu klipovačov.	spĺňa	
<b>Položka č.4 - Klipovač</b>			
15.1	Kompatibilný s klipmy v položke č. 1-3.	spĺňa	
15.2	Požaduje sa, aby prvý klipovač bol automaticky dodaný s prvou objednávkou.	spĺňa	
15.3	Požaduje sa, aby každý ďalší klipovač automaticky dodaný s objednávkou, ktorá presiahne milník objednaných klipov danej položky. Za milník sa považuje hodnota objednaných klipov 1800 ks, 3600 ks, 5400 ks, ...	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

CS Medical s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Sabinovská 10, 821 02 Bratislava

IČO:

47825910

DIČ:

2024110913

**Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:**

Meno a priezvisko:

**Tomáš Vojčík**

Pracovné zaradenie:

konateľ spoločnosti

Telefónne číslo:

0905944133

E-mail:

vojcik@csmedical.sk

V: Bratislave

Dňa: 20.4.2022

Podpis a pečiatka:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:

**Tomáš Vojčík**



Príloha č. 2  
Sortiment ponúkaného tovaru

Položka č. 4 - Klipovač

Por. č.	Obchodný názov ponúkaného produktu	Výrobca ponúkaného produktu	Katalógové číslo	ŠUKL	Kategorizačný kód	Číslo rozhodnutia	Merná jednotka (MJ)	Jednotková cena za MJ			Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie
								bez DPH	DPH v %	s DPH	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Aplikátor klipov EVEREST	MDD Medical Device Development	EVC111				ks	0,05 EUR	20%	0,06 EUR	30
2.	Aplikátor klipov EVEREST	MDD Medical Device Development	EVC121				ks	0,05 EUR	20%	0,06 EUR	
3.	Aplikátor klipov EVEREST	MDD Medical Device Development	EVC131				ks	0,05 EUR	20%	0,06 EUR	

Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označiť žltým podfarbením celého riadku.

Obchodný názov uchádzača:

CS Medical s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Sabinovská 10, 821 02 Bratislava

IČO:

47825910

DIČ:

2024110913

V: Bratislave

Dňa: 20.4.2022

Podpis a pečiatka: \_\_\_\_\_  
Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie: **Tomáš Vojčík**

Poznámka:

- povinné údaje vyplní uchádzač

Názov predmetu zákazky:  
**Titánové atraumatické klipy**

### ZOZNAM ZNAMYCH SUBDODAVATEĽOV

V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:

1. údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. uvedenie predmetu subdodávky
4. percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.

P.č.	Subdodávateľ	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	% podiel subdodávok	Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.

V: Bratislave  
Dňa: 20.04.2022

Podpis a pečiatka: \_\_\_\_\_  
Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie: **Tomáš Vojčík**

Poznámka:  
 - povinné údaje vyplní uchádzač