

Dodatok č. 1
k Rámcovej dohode Z202112272_Z zo dňa 16.06.2021

uzatvorený medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami:

Predávajúci:	TIMED, s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania):	Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava
Konajúci prostredníctvom:	Richard Kylian – konateľ spoločnosti
IČO:	00602175
DIČ:	2020459067
IČ DPH:	SK2020569067
Zapísaný:	na Okresnom súde BA I, oddiel: Sro, vložka č. 239/B
Bankové spojenie:	UniCredit bank
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK32 1111 0000 0010 4347 5000
Kontaktná osoba:	Richard Kylian
Email:	kylian@timed.sk
Tel. č.:	02/4820 9514
	(ďalej len „predávajúci“)

(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúci:	Slovenská republika v správe správcu - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Sídlo:	Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica
IČO:	37 957 937
DIČ:	2021928150
IČ DPH:	nie je platiteľ DPH
Zastúpený:	Ing. Juraj Gallo, štatutárny orgán - riaditeľ
Zriadený:	Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR číslo: 14192-6/2004-OPP zo dňa 24.11.2004
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK76 8180 0000 0070 0028 0745
	(ďalej len „kupujúci“)
	(predávajúci a kupujúci ďalej aj ako „zmluvné strany“)

-
1. Medzi zmluvnými stranami bola dňa 16.06.2021 uzatvorená **Rámcová dohoda č. Z202112272_Z**, ktorou si zmluvné strany dohodli dodaniu tovaru – špeciálny zdravotnícky materiál pre pediatrických pacientov a novorodencov (ďalej len „rámcová dohoda“).
 2. Zmluvné strany sa v súlade s Čl. V. ods. 5.5 rámcovej dohody a § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto **Dodatku č. 1**.
 3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. II ods. 2.2 rámcovej dohody, ktorý po zmene bude znieť:

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Špeciálny zdravotnícky materiál pre pediatrických pacientov a novorodencov

Funkcia

1. Perkutánná endogastrická sonda P.E.G.				
2. Hrudné drény s trokarom				
3. Husí krk				
4. Anestetické masky				
5. Antimikrobiálne krytie				
6. Náplasti				
7. Průžky do glukomera				
8. EKG elektródy				
9. TCH kanyly neonatálne				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1.1 veľkosť	Fr			16
1.1 množstvo	bal			
1.1 množstvo v balení	ks			5
1.1 dĺžka	cm			27
1.2 veľkosť	Fr			18
1.2 množstvo	bal			
1.2 množstvo v balení	ks			5
1.2 dĺžka	cm			27
2.1 veľkosť	Fr			10
2.1 množstvo	bal			
2.1 množstvo v balení	ks			10
2.1 dĺžka	cm			22
2.2 veľkosť	Fr			20
2.2 množstvo	bal			
2.2 množstvo v balení	ks			10
2.2 dĺžka	cm			40
3. množstvo	bal			

3. množství v balení	ks			25
4.1 velikost	č.			3
4.1 množství	bal			
4.1 množství v balení	ks			10
4.2 velikost	č.			2
4.2 množství	bal			
4.2 množství v balení	ks			10
4.3 velikost	č.			4
4.3 množství	bal			
4.3 množství v balení	ks			10
5.1 rozmer	cm			10 x 12
5.1 rozmer vankúšika	cm			3 x 4
5.1 množství	bal			
5.1 množství v balení	ks			25
5.2 rozmer	cm			7 x 8,5
5.2 rozmer vankúšika	cm			2 x 2
5.2 množství	bal			
5.2 množství v balení	ks			25
5.3 rozmer	cm			10 x 12
5.3 množství	bal			
5.3 množství v balení	ks			50
5.4 rozmer	cm			5 x 5,7
5.4 množství	bal			
5.4 množství v balení	ks			100
6.1 rozmer	cm			2,5 x 9,14
6.1 množství	bal			
6.1 množství v balení	ks			12

6.2 rozmer	cm			5 x 9,14
6.2 množstvo	bal			
6.2 množstvo v balení	ks			12
6.3 rozmer	cm			10 x 9,14
6.3 množstvo	bal			
6.3 množstvo v balení	ks			12
6.4 rozmer	cm			15 x 9,14

6.4 množstvo	bal			
6.4 množstvo v balení	ks			6
7. množstvo	bal			
7. množstvo v balení	ks			50
8.1 penová EKG elektróda - detská	bal			
8.1 množstvo v balení	ks			500
8.1 AC impedancia	ohm			220
8.1 DC kompenzačné napätie	mV			0,2
8.1 povrch elektródy	mm2			452
8.1 Gélová plocha	mm2			251
8.1 plocha senzora	mm2			80
8.1 tvar / veľkosť - oválna	mm			24
8.2 štandardná EKG elektróda	bal			
8.2 množstvo v balení	ks			500
8.2 AC impedancia	ohm			200
8.2 DC kompenzačné napätie	mV			0,2
8.2 tvar / veľkosť - obdĺžnik	mm			57x34
8.2 plocha senzora	mm2			80
8.2 lepiaca plocha	mm2			1050
8.2 Gélová plocha	mm2			254

8.3 EKG elektróda okrúhla	bal			
8.3 množstvo v balení	ks			500
8.3 DC kompenzačné napätie	mV			0,2
8.3 AC impedancia	ohm			200
8.3 tvar - okrúhla	mm			35
8.3 lepiaca plocha	mm2			708
8.3 gelová plocha	mm2			254
9.1 veľkosť	č.			3
9.1 O.D.	mm			4,8
9.1 I.D.	mm			3
9.1 dĺžka	mm			30
9.1 množstvo	ks			3
9.2 veľkosť	č.			3,5
9.2 O.D.	mm			5,4
9.2 I.D.	mm			3,5
9.2 dĺžka	mm			32
9.2 množstvo	ks			
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
1.		Gastrostomická výživová sondy Kangaroo pre dlhodobé použitie s Y portom, silikónová, sterilná		
2.		Termosenzitívne PVC katétre, s hladkým klzávym povrchom, s radio-kontrastnou linkou, bez latexu		
3.		Roztiahnuteľný katéter 7-16cm (systém harmonika) 90° - modulárnejšie; 22M/15F - 15M, sterilné		
4.1		anestetická maska, priehľadná biela, balené CLEAN		
4.2		anestetická maska, priehľadná zelená, balené CLEAN		
4.3		anestetická maska, priehľadná žltá, balené CLEAN		
5.1 a 5.2		Antimikrobiálne transparentné krytie s chlórhexidín glukonátom (CHG), univerzálne použitie pre fixáciu invazívnych vtupov		
5.1 a 5.2		Slúži ako bariéra proti mikroorganizmom vrátane najčastejších príčin infekcií krvného riečišťa, umožňuje permanentnú vizuálnu kontrolu miesta vpichu a jeho okolia		

5.1 a 5.2	Hypoalergénny materiál neutralizuje pokožku a je komfortný pre pacienta, gélový vankúšik obsahuje vodu, polyméry a 2% chlórhexidín
5.1 a 5.2	Absorbčný gélový vankúšik CHG chráni pred infekciami aj pri prítomnosti krvi, fyziologického roztoku alebo exudátu, okraje krytia sú z netkanej textílie
5.1 a 5.2	Priľnavosť vankúšika pomáha stabilizovať katéter, vystužené okraje a zárezy pomáhajú obmedziť zdvíhanie okrajov a podporujú lepšie priľnutie okolo katétrov
5.3	hranatý tvar
5.4	pediatrická I.V. náplasť s obrázkom
5.3 a 5.4	podkladový polyuretánový film, dokonale uzavretý systém, priedušná náplasť, transparentná, sterilná, hypoalergénna, jemná, vodeodolná
6.1; 6.2; 6.3 a 6.4	Výrobky s mäkkou, šetrnou, pohodlnou náplasťou a vopred pripraveným vankúšikom; ľahká aplikácia a použiteľnosť; Jednoducho deliteľné dierované rolky
6.1; 6.2; 6.3 a 6.4	Šetrná, priedušná, k udržaniu integrity pokožky; vynikajúca flexibilita v priečnom a diagonálnom smere; jednoduchá manipulácia – bez zvlňenia alebo zlepovania sa, odolná voči vode
6.1; 6.2; 6.3 a 6.4	Doporučené aplikácie: Opakované prelepovanie; vhodná na zaistenie miest, v ktorých môže dochádzať k pnutiu pokožky (napr. edémy, zdureníe, hematómy a pohyby)
7.	prúžky určené pre glukometer D92302 FreeStyle Optimum NEO a D69848 FreeStyle Optimum
8.1	druh konektora stud, materiál polyuretánová pena biela, materiál senzor potiahnutý-polymer Ag/AgCl
8.1	adaptér/konektor - nehrdzavejúca oceľ, Gél adhezívny a vodivý
8.2	druh konektora stud, materiál polyuretánová pena biela, materiál senzor -polymer Ag/AgCl
8.2	Gél adhezívny a vodivý, odnímateľný podklad transparentný polypropylén
8.3	polyuretánová pena biela, materiál senzor potiahnutý-polymer Ag/AgCl
8.3	Gél adhezívny a vodivý
9.	Shiley tracheostomické kanyly neonatálne, manžeta Taper Guard, vyrobené z materiálu bez ftalátou, DEHP free, nízko profilová (nízkoobjemová) manžeta "hruškovitého" tvaru, 15 mm konektor,

4. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení čl. III ods. 3.2 rámcovej dohody, ktorý po zmene bude znieť:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu 14 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do dosiahnutia finančného limitu vo výške 10 979,90 EUR s DPH, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

5. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. IV ods. 4.1 rámcovej dohody, ktorý po zmene bude znieť:

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 10 979,90 EUR.

5. Ostatné ustanovenia **rámcovej dohody** zostávajú nezmenené.
6. Tento dodatok sa vyhotovuje vo dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie dodatku.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, a že tak ako je vyhotovený, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne, úplne a slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov.
8. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, podľa § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v spojení so zák. č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 10.6.2022

V Banskej Bystrici, dňa 13.6.2022

.....

Richard Kylian
konateľ

TIMED, s.r.o.

.....

Ing. Juraj Gallo,
riaditeľ – štatutárny orgán

**Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Banská Bystrica**