

Kúpna zmluva č. Z20224481_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica
Sídlo: Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok, Slovenská republika
IČO: 31936415
DIČ: 2020590187
IČ DPH: SK2020590187
Bankové spojenie: IBAN: SK8481800000007000177393
Telefón: +421 444382435

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ULTRAMED s.r.o.
Sídlo: Š. Moysesova 431/14, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
IČO: 36638404
DIČ: 2022011651
IČ DPH: SK2022011651
Bankové spojenie: IBAN: SK7711110000001104060002
Telefón: +421918802655

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Video-endoskopická zostava - 1 komplet
Kľúčové slová: videogastroskop, videokolonoskop, videoprocessor so svetelným zdrojom, LCD medicínsky monitor, odsávacía pumpa, oplachová pumpa, endoskopická insuflačná jednotka, elektrochirurgická jednotka s argón plazmou, pracovná stanica - základňa.
CPV: 33168100-6 - Endoskopy
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Video-endoskopická zostava - 1 komplet

Funkcia				
Video-endoskopická zostava -zariadenie určené pre miniinvazívne diagnostické a terapeutické výkony v duodene, v žilčových a pankreatických cestách.				
Zariadenie pozostávajúce z videogastroskopu, videokolonoskopu-2 ks, videoprocessoru so svetelným zdrojom, LCD medicínskym monitorom, odsávacou pumpou, oplachovou pumpou, endoskopickou insuflačnou jednotkou, elektrochirurgickou jednotkou s argón plazmou, pracovnou stanicou-základňou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Videogastroskop	ks			1
Videogastroskop - veľkosť zorného poľa	°	140		
Videogastroskop - vonkajší priemer distálneho konca	mm	9,5	9,9	
Videogastroskop - vonkajší priemer zavádzacieho tubusu	mm	9,0	9,8	
Videogastroskop - priemer pracovného kanála	mm	2,8		
Videogastroskop - ohybnosť hore/dolu	°	210/90		
Videogastroskop - ohybnosť vpravo/vľavo	°	100/100		

Videogastroskop - pracovná dĺžka	mm	1000	1050	
Videogastroskop - celková dĺžka	mm	1300	1370	
Videokolonoskop	ks			2
Videokolonoskop - veľkosť zorného poľa	°	140		
Videokolonoskop - vonkajší priemer distálneho konca	mm	13,0	13,2	
Videokolonoskop - priemer pracovného kanála	mm	3,7		
Videokolonoskop - ohybnosť hore/dolu	°	180/180		
Videokolonoskop - ohybnosť vpravo/vľavo	°	160/160		
Videokolonoskop - pracovná dĺžka	mm	1600	1700	
Videokolonoskop - celková dĺžka	mm	2000	2020	
Videoprosesor so svetelným zdrojom	ks			1
LCD medicínsky monitor	ks			1
LCD medicínsky monitor - dĺžka uhlopriečky	"	31,5		
Odsávacía pumpa	ks			1
Odsávacía pumpa - zberná nádoba objem	liter	2		
Odsávacía pumpa - nominálne vákuum	kPa	85		
Odsávacía pumpa - nominálny prietok	liter/min.	20		
Oplachová pumpa	ks			1
Oplachová pumpa - nominálny prietok v rozsahu	ml/min.	0	230	
Oplachová pumpa - nádoba na vodu objem	liter	1		
Endoskopická insuflačná jednotka	ks			1
Endoskopická insuflačná jednotka - napätie	V	100	240	
Endoskopická insuflačná jednotka - frekvencia	Hz	50	60	
Endoskopická insuflačná jednotka - napájací tlak plynu	kPa		45	
Elektrochirurgická jednotka s argón plazmou	ks			1
Elektrochirurgická jednotka s argón plazmou - výkon	W	120		
Pracovná stanica - základňa	ks			1
Pracovná stanica - základňa - držiak na 2 endoskopy	ks	1		
Pracovná stanica - základňa - držiak na LCD monitor	ks	1		
Pracovná stanica - základňa - držiak klávesnice	ks	1		
Pracovná stanica - základňa - police na uloženie prístrojov	ks	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Videogastroskop - spôsob snímania	farebný CCD alebo CMOS čip			
Videogastroskop - technológia digitálnej chromoendoskopie	ÁNO			
Videogastroskop - technológia vysokého rozlíšenia obrazu	ÁNO			
Videogastroskop - samostatný oplachový kanál	ÁNO			
Videokolonoskop - spôsob snímania	farebný CCD alebo CMOS čip			
Videokolonoskop - technológia digitálnej chromoendoskopie	ÁNO			
Videokolonoskop - technológia vysokého rozlíšenia obrazu	ÁNO			
Videokolonoskop - technológia nastaviteľnej tuhosti distálneho konca	ÁNO			
Videokolonoskop - prídavný oplachový kanál	ÁNO			
Videoprosesor s integrovaným alebo samostatným svetelným zdrojom s LED alebo xenónovou výbojkou	ÁNO			

Videoprocessor so svetelným zdrojom - identifikácia endoskopov podľa typov a výrobného čísla vrátane zaznamenávania počtu vyšetrení	ÁNO
Videoprocessor so svetelným zdrojom - automatické nastavenie jasu	ÁNO
Videoprocessor so svetelným zdrojom - funkcia zlepšeného zobrazenia textúr a farieb	ÁNO
Videoprocessor so svetelným zdrojom - funkcia nastavenia jasu so zachovaním kontrastu	ÁNO
Videoprocessor so svetelným zdrojom - funkcia subjektívneho nastavenie kontrastu	ÁNO
Videoprocessor so svetelným zdrojom - funkcia nastavenie bielej farby	ÁNO
Videoprocessor so svetelným zdrojom - funkcia subjektívne nastavenie farieb /červená, modrá/	ÁNO
Videoprocessor so svetelným zdrojom - funkcia subjektívne nastavenie chromatickosti obrazu	ÁNO
Videoprocessor so svetelným zdrojom - funkcia zmrazenie obrazu	ÁNO
Videoprocessor so svetelným zdrojom - záznam obrazu na pamäťové médium	ÁNO
Videoprocessor so svetelným zdrojom - funkcia vysokého rozlíšenie obrazu	ÁNO
Videoprocessor so svetelným zdrojom - funkcia digitálnej chromoendoskopie	ÁNO
Videoprocessor so svetelným zdrojom - funkcia elektronický zoom	ÁNO
Videoprocessor so svetelným zdrojom - funkcia obraz v obraze	ÁNO
Videoprocessor so svetelným zdrojom - možnosť používateľských prednastavení	ÁNO
Videoprocessor so svetelným zdrojom - funkcia irisovej clony	ÁNO
Videoprocessor so svetelným zdrojom - filtrácia detailov	ÁNO
Videoprocessor so svetelným zdrojom - vzduchová insuflácia	ÁNO
LCD medicínsky monitor - rozlíšenie monitora	min. 3840x2160 obrazových prvkov
LCD medicínsky monitor - aspekt pomer	16:9
LCD medicínsky monitor - pomer kontrastu	min. 1000:1
LCD medicínsky monitor - funkcia prepínania teploty farieb	ÁNO
LCD medicínsky monitor - funkcia prepínania úrovne gama	ÁNO
LCD medicínsky monitor - funkcia prepínania pomeru zobrazenia a vstupného signálu	ÁNO
LCD medicínsky monitor -funkcia prepínania užívateľských nastavení	ÁNO
LCD medicínsky monitor - funkcia riadenia napájania	ÁNO
Odsávací pumpa - možnosť použitia jednorazového systému	ÁNO
Odsávací pumpa - možnosť použitia opakovateľne použiteľného systému	ÁNO
Oplachová pumpa - ovládanie nožným spínačom	ÁNO
Oplachová pumpa - riadenie rýchlosti prietoku mikroprocesorom	ÁNO
Endoskopická insuflačná jednotka - aplikovateľný plyn	CO2 pre medicínske použitie

Elektrochirurgická jednotka s argón plazmou - vysokofrekvenčný princíp	ÁNO
Elektrochirurgická jednotka s argón plazmou - samostatný monopolárny rezací režim	ÁNO
Elektrochirurgická jednotka s argón plazmou - samostatný monopolárny koagulačný režim	ÁNO
Elektrochirurgická jednotka s argón plazmou - samostatný bipolárny rezací režim	ÁNO
Elektrochirurgická jednotka s argón plazmou - samostatný bipolárny koagulačný režim	ÁNO
Elektrochirurgická jednotka s argón plazmou - neutrálna elektróda	ÁNO
Elektrochirurgická jednotka s argón plazmou - aktívny kábel do inštrumentov	ÁNO
Elektrochirurgická jednotka s argón plazmou - aktívne monitorovanie impedancie tkaniva cez pracovný inštrument	ÁNO
Elektrochirurgická jednotka s argón plazmou - systém ochrany pacienta a lekára proti popáleniu	ÁNO
Elektrochirurgická jednotka s argón plazmou - nožný spínač pre páliaci a koagulačný režim	ÁNO
Elektrochirurgická jednotka s argón plazmou - samostatná oddelená argón-plazmová jednotka	ÁNO
Elektrochirurgická jednotka s argón plazmou - samostatný rýchly pulzujúci režim	ÁNO
Elektrochirurgická jednotka s argón plazmou - samostatný pomalý pulzujúci režim	ÁNO
Elektrochirurgická jednotka s argón plazmou - režim SmartArgon	ÁNO
Elektrochirurgická jednotka s argón plazmou - možnosť použitia argónových sond	ÁNO
Elektrochirurgická jednotka s argón plazmou - redukčný ventil na argónovú bombu	ÁNO
Elektrochirurgická jednotka s argón plazmou - mobilná pracovná stanica s kolieskami	ÁNO
Elektrochirurgická jednotka s argón plazmou - možnosť uloženia elektrochirurgickej a argónovej jednotky zároveň	ÁNO
Elektrochirurgická jednotka s argón plazmou - samostatný odkladací priestor na inštrumenty	ÁNO
Elektrochirurgická jednotka s argón plazmou - odkladací priestor na nožný spínač	ÁNO
Elektrochirurgická jednotka s argón plazmou - priestor na uloženie argónovej bomby	ÁNO
Pracovná stanica - základňa - oddeľovací transformátor	ÁNO
Pracovná stanica - základňa - centrálny spínač	ÁNO
Pracovná stanica - základňa - nastaviteľné police na uloženie prístrojov	ÁNO

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Záručná doba min. 24 mesiacov.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Vrátane inštalácie na mieste plnenia.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 dní od uzavretia zmluvy.

Dopravné náklady v cene produktu.
Prístroje musia byť nové, nerepasované, nepoužívané.
Inštalácia a zaškolenie obsluhy v cene.
Splatnosť faktúry 60 dní.
Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti / záväzky / vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt, neprijme ručenie, nevloží akúkoľvek pohľadávku alebo jej právo z tejto zmluvy ako vklad doobchodnej spoločnosti, nezriadi na akúkoľvek pohľadávku záložné právo alebo iné právo tretej osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti sa bude považovať takýto úkon za neplatný právny úkon.
V prípade porušenia tejto povinnosti dodávateľom, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane, a tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
Protikorupčná klauzula 1. Predávajúci sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzuje dodržiavať Platnú legislatívu zakazujúcu podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, ovplyvňovanie verejných činiteľov za účelom dosiahnutia výhod, pranie špinavých peňazí, a to najmä, ale nie výlučne pri verejnom obstarávaní, podľa predpisov vzťahujúcich sa na verejné obstarávanie a týchto predpisov: a) zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení, b) zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb v platnom znení, c) zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, d) zákon č. 54/2019 Z. z. ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
Predávajúci sa zaväzuje zaviesť a zachovávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia spôsobilé zabrániť korupčnému konaniu.
Predávajúci prehlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden zo štatutárnych zástupcov, vedúcich zamestnancov, zamestnancov, splnomocnených zástupcov alebo iných osôb podieľajúcich sa na strane Predávajúceho na plnení predmetu zmluvy a plnení ďalších povinností podľa Zmluvy priamo alebo nepriamo neponúka, nedáva, neposkytuje, nežiada, ani nesúhlasí s poskytnutím alebo prijatím peňazí, alebo akejkoľvek inej ocene hodnoty, výhody alebo daru žiadnej právnickej alebo fyzickej osobe, najmä nie verejnému, ani štátnemu zamestnancovi, politickej strane, politickému kandidátovi
osobe, ktorá pôsobí v akomkoľvek orgáne zákonodarnej, správnej alebo súdnej moci, zamestnancovi štátneho podniku alebo medzinárodnej verejnej organizácie, a to v akejkoľvek krajine, so zámerom korupčne ovplyvniť, odmeniť, alebo naviesť k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti túto alebo nepriamo akúkoľvek inú osobu, za účelom získať alebo udržať pre Kupujúceho alebo Predávajúceho akýkoľvek prospech alebo výhody pri výkone činnosti.
Predávajúci prehlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden zo štatutárnych zástupcov, vedúcich zamestnancov, zamestnancov, splnomocnených zástupcov ani akákoľvek iná osoba podieľajúca sa na strane Predávajúceho na plnení predmetu zmluvy a plnení ďalších povinností podľa Zmluvy nebola a nie je evidovaná žiadnym štátnym orgánom ako vylúčená, s pozastavenou činnosťou, navrhnutá na vylúčenie alebo pozastavenie činnosti, prípadne inak nežiaduca v rámci účasti na verejnom obstarávaní a /alebo v rámci účasti na ponukách zo strany Svetovej banky prípadne inej medzinárodnej rozvojovej banky.
Predávajúci sa zaväzuje po primeranú dobu, ktorou sa rozumie 5 rokov po ukončení tejto Zmluvy, zachovať súvisiacu dokumentáciu súlade s podmienkami tohto článku Zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytuje kompenzácie za prijatie zákazky, resp. uzatvorenie tejto zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje, že nie je previazaný so štatutárnym zástupcom organizácie.
Predávajúci sa zaväzuje, že Kupujúcemu oznámi akékoľvek porušenie povinností podľa tejto Protikorupčnej klauzuly, alebo zistenie skutočnosti v rozpore s prehláseniami Predávajúceho uvedenými v tejto Protikorupčnej klauzule a to bez zbytočného odkladu po tom ako sa o takomto porušení alebo skutočnosti dozvedel.
V prípade, ak Kupujúci písomne upozorní Predávajúceho na dôvodné podozrenie o porušení záväzku Predávajúceho vyplývajúceho z tejto protikorupčnej klauzuly alebo na rozpor s prehláseniami Predávajúceho uvedenými v tejto Protikorupčnej klauzule : a) Kupujúci je oprávnený pozastaviť plnenie z tejto Zmluvy, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Predávajúceho a podobu, ktorú Kupujúci vzhľadom na zistenie relevantných skutočností považuje za nevyhnutnú. Predávajúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že po dobu zisťovania skutočností nedôjde k vzniku akýchkoľvek povinností Kupujúceho voči
Predávajúcemu plynúcich z takého pozastavenia plnenia zo Zmluvy a nebude sa to považovať za porušenie povinností podľa tejto zmluvy. b) Predávajúci je povinný prijať všetky relevantné opatrenia, aby zabránil strate alebo zničeniu akýchkoľvek údajov a dokumentov vo vzťahu k zistenému korupčnému konaniu.
V prípade, ak Predávajúci poruší ktorúkoľvek z povinností podľa tejto Protikorupčnej klauzuly alebo sa ukáže jeho vyhlásenie nepravdivé Kupujúci je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou bez toho, aby Predávajúcemu vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie Kupujúceho od Zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje, že poskytne Kupujúcemu v zákonom stanovenom rozsahu náhradu škody za akúkoľvek škodu spôsobenú Kupujúcemu v súvislosti s porušením tejto Protikorupčnej klauzuly.

Ochrana osobných údajov. Predávajúci sa zaväzuje, že informuje svojich zamestnancov, štatutárnych zástupcov, splnomocnených zástupcov a iné fyzické osoby, ktoré vystupujú v jeho mene vo vzťahu ku Kupujúcemu, alebo ktoré sa podieľajú naplnení tejto Zmluvy (ďalej len „Dotknuté osoby“) o spracúvaní ich osobných údajov Kupujúcim ako prevádzkovateľom osobných údajov za účelom plnenia tejto Zmluvy, a to v rozsahu podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,

ktorým sa ruší smernica 46/ES a to bez zbytočného odkladu po tom, keď budú osobné údaje Dotknutých osôb poskytnuté Kupujúcemu. V rámci splnenia informačnej povinnosti sa Predávajúci zaväzuje oboznámiť Dotknuté osoby s dokumentom, Informačná povinnosť prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov oprávnených zástupcov, kontaktných osôb a osôb podieľajúcich sa na plnení dodávateľských zmlúv na strane dodávateľov prevádzkovateľa“ zverejneným na <http://www.vesr.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov> .

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ružomberok
Ulica: Gen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

17.06.2022 00:00:00 - 22.07.2022 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 204 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 244 800,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20224481

V Bratislave, dňa 13.06.2022 08:24:02

Objednávateľ:

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

ULTRAMED s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu