

**Ponúkaný sortiment a popis technicko-medicínskych hodnôt
a vlastností predmetu zákazky podľa jednotlivých položiek na časť
č. 7**

Technická špecifikácia :

**ARTER X cievne biologické lepidlo
od výrobcu Tenaxis Medical**

- cievne biologické lepidlo pre chirurgické použitie pri otvorenej revízií veľkých ciev, ktorých priemer je minimálne 5mm, ako aj u aortálnych disekcií, tiež pre procedúry na periférnych cievach.
- pre profylaktické použitie u pacientov užívajúcich antikoagulačnú terapiu, alebo u krvácajúcich stavoch
- **možnosť použitia i za prítomnosti krvi a vo vlhkom aplikačnom poli**
- **vdďaka patentovanej glutaraldehydovanej úprave nespôsobuje žiadne zápalové reakcie**
- viskózna tekutina, ktorá sa v priebehu 10-15 sekúnd zmení na gél a uzavrie otvor stehu v cievnej stene a syntetických cievnych štepoch (graftoch) s maximálnou účinnosťou do 1 minúty
- aplikácia extraluminárne medzi anastomózu a syntetický graft/ patch a natívnu cievu
- po stuhnutí sa mení na plastickú hmotu, biodegradabilita v časovom rozpätí 6-9 mesiacov.
- vyrobený z hovädzieho albumínového séra plus tepelne upravený glutaraldehyd
- dodávaný v 5ml baleniach

V Bratislave, dňa 24. 10. 2011

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

.....
Mgr. Karl Hlrczy, konateľ
Biomedica Slovakia, s.r.o.

.....
Dipl. Ing. Ilija Koprena, prokurista
Biomedica Slovakia, s.r.o.

