

Názov predmetu zákazky:
Striekačka inzulínová injekčná

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
A.	Popis predmetu:		
1.	jednorazová	áno	áno
2.	2-dielna štandardná injekčná striekačka 1 ml	áno	áno
3.	typ luer	áno	áno
4.	prehľadný materiál	áno	áno
5.	ľahký pohyb piestu	áno	áno
6.	ciachovanie 0,01 ml, U 100 medzinárodnej jednotky	áno	áno
7.	ihla ihla ihla so zrezaným uhlom	áno	áno
8.	ihla ihla ihla vyrobená z chirurgickej nehrdzavejúcej ocele	áno	áno
9.	veľkosť ihly 29 G x 1/2 / 0,33 x 12 mm	áno	áno
10.	lubrikovaná silikónovým olejom	áno	áno
11.	sterilné balenie po 1 ks	áno	áno
12.	kompatibilné s výrobcom Chirana	áno	áno
13.1	obal obsahuje:	xxx	xxx
13.2	názov	áno	áno
13.3	veľkosť	áno	áno
13.4	expiráciu	áno	áno
13.5	katalógové číslo	áno	áno

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov dodávateľa:

INTRAVENA s.r.o.

Sídlo dodávateľa:

Levočska 9

IČO:

31717802

DIČ:

2020520766

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:

Meno a priezvisko:

Mgr. Michaela Kolesárová

Pracovné zaradenie:

marketing. pracovník

Telefónne číslo:

051/7495962

E-mail:

szm@intravena.sk

V: Prešove

Dňa: 07.03.2018

Podpis a pečiatka uchádzača

