

Názov predmetu zákazky:  
**Kanyly**

**ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

Časť č. 2 - Arteriálne kanyly s rovným a zošíkmeným hrotom

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
	spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
<b>Položka č. 1 - Arteriálne kanyly s rovným a zošíkmeným hrotom</b>		
1.1 kanyla musí byť vystužená, tenkostenná, umelohmotná, vystužená drôtom proti zalomeniu,	spĺňa	áno
1.2 hrot kanyly musí byť priehľadný, rovný a zošíkmený,	spĺňa	áno
1.3 hrot kanyly musí byť pod 45° uhlom, opatrený 2 bočnými otvormi,	spĺňa	pod 45° uhlom s 2 bočnými otvormi
1.4 telo kanyly musí byť výrazne flexibilné,	spĺňa	áno
1.5 gradienty, zabezpečenie kontinuálneho laminárneho prúdenia,	spĺňa	áno
1.6 tlakový gradient musí byť čo najnižší, max. 90mmHg,	spĺňa	90mmHg
1.7 musí mať bezpečný, jednoduchý a inkorporovaný odvodušňovací systém umožňujúci zjednodušenie naplnenia a odvodušňovania kanyly pri napájaní na hadicový systém,	spĺňa	20, 22, 24 Fr. (6-8 mm)
1.8 vo veľkosti 20, 22, 24 Fr. (6-8 mm),	spĺňa	áno
1.9 dĺžka kanyly musí byť min. 30 cm a max. 35 cm,	spĺňa	30,5cm
1.10 musí byť zakončená 3/8 konektorom s luer spojkou.	spĺňa	3/8 s luer spojkou

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:  
Sídlo uchádzača:  
IČO:  
DIČ:

**TIMED s.r.o.**  
Trnavská cesta 112, 821 01  
00602175  
2020459067

V: Bratislava  
Dňa: 14.02.2018