

Názov predmetu zákazky:  
**Kanyly**

### ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Časť č. 8 - Venózne pravouhle kanyly s plastovým hrotom typu "single stage"

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
	spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
<b>Položka č. 1 - Venózne pravouhle kanyly s plastovým hrotom typu "single stage"</b>		
1.1 venózna kanyla musí byť typu single, pravouhlá,	spĺňa	áno
1.2 musí byť vystužená v celej dĺžke a musí obsahovať plastový hrot,	spĺňa	áno
1.3 musí byť tenkostenná, jednoliata a nelepená,	spĺňa	áno
1.4 variabilita veľkostí od 24, 26, 28, 30 do 40 Fr.,	spĺňa	24, 26, 28, 30 , 32,34,36,38, 40 Fr.
1.5 hrúbka zakončenia kanyly musí byť 3/8,	spĺňa	3/8
1.6 dĺžka kanyly musí byť min. 38 cm a max. 45 cm,	spĺňa	30,5-38,1cm
1.7 uhol v distálnej časti musí byť 90°,	spĺňa	90°
1.8 hrot kanyly musí mať majákový tvar s viacerými bočnými otvormi,	spĺňa	áno
1.9 musí mať vyznačenú orientačnú líniu.	spĺňa	áno

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:  
Sídlo uchádzača:  
IČO:  
DIČ:

**TIMED s.r.o.**  
Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava  
00602175  
2020459067

V: Bratislave  
Dňa: 14.02.2018

Richard Kylian - konateľ spoločnosti