

Názov predmetu zákazky:

Kanyly

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Časť č. 10 - Arteriálne kanyly pre kanyláciu oblúka rovné a zahnuté

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Arteriálne kanyly pre kanyláciu oblúka - rovné			
1.1	kanyla musí byť tenkostenná, vystužená drôtom proti zalomeniu, s uzáverom-obturátorom,	spĺňa	áno
1.2	telo kanyly musí byť flexibilné a spolu s prstencom umožňujúce presné polohovanie a fixáciu kanyly,	spĺňa	áno
1.3	hrot kanyly musí byť priehľadný, rovný s 3D difúzerom, umožňujúci zníženie difúzneho toku,	spĺňa	3D
1.4	tlakový gradient musí byť čo najnižší, max. 100mmHg,	spĺňa	100mmHg
1.5	dĺžka kanyly musí byť min. 31 cm a max. 34 cm,	spĺňa	31-34cm
1.6	vo veľkosti 20, 22 Fr.,	spĺňa	20,22 Fr.
1.7	kanyla musí byť zakončená 3/8 konektorom s luer spojkou,	spĺňa	3/8
1.8	kanyla musí mať bezpečný, odvzdušňovací systém, umožňujúci jednoduché naplnenie a odvzdušnenie kanyly.	spĺňa	áno
Položka č. 2 - Arteriálne kanyly pre kanyláciu oblúka - zahnuté			
2.1	kanyla musí byť tenkostenná, vystužená drôtom proti zalomeniu, s uzáverom-obturátorom,	spĺňa	áno
2.2	telo kanyly musí byť flexibilné a spolu s prstencom umožňujúce presné polohovanie a fixáciu kanyly,	spĺňa	áno
2.3	hrot kanyly musí byť priehľadný, zošíkmený s 3D difúzerom, umožňujúci zníženie difúzneho toku,	spĺňa	3D
2.4	tlakový gradient musí byť čo najnižší, max. 100mmHg,	spĺňa	100mmHg
2.5	dĺžka kanyly musí byť min. 29 cm a max. 32 cm,	spĺňa	29,2cm
2.6	vo veľkosti 20, 22, 24 Fr.,	spĺňa	20, 22, 24 Fr.
2.7	kanyla musí byť zakončená 3/8 konektorom s luer spojkou,	spĺňa	3/8
2.8	kanyla musí mať bezpečný odvzdušňovací systém, umožňujúci jednoduché naplnenie a odvzdušnenie kanyly.	spĺňa	áno

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO:

DIČ:

V: Bratislava

Dňa: 14.02.2018

TIMED s.r.o.

Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava

00602175

2020459067

Richard Kylian - konateľ spoločnosti