

Názov predmetu zákazky:

Kanyly

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Časť č. 11 - Arteriálne kanyly pre kanyláciu do graftov

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Arteriálne kanyly pre kanyláciu do graftov			
1.1	kanyla musí byť umelohmotná, tenkostenná a vystužená drôtom proti zalomeniu,	spĺňa	áno
1.2	telo kanyly musí byť flexibilné a spolu s prstencom, umožňujúce presné polohovanie a fixáciu kanyly,	spĺňa	áné
1.3	súčasťou kanyly musí byť zavádzač s tupým zakončením, bez vodiaceho drôtu,	spĺňa	áno
1.4	tlakový gradient musí byť čo najnižší, max. 160mmHg,	spĺňa	160mmHg
1.5	kanyla musí byť zakončená 3/8 konektorom s luer spojkou,	spĺňa	3/8
1.6	dĺžka kanyly musí byť min. 30 cm a max. 35 cm,	spĺňa	30,5cm
1.7	vo veľkosti 18, 20, 22, 24 Fr. (6-8 mm),	spĺňa	18, 20, 22, 24 Fr. (6-8 mm)
1.8	kanyla musí mať odvzdušňovací systém umožňujúci jednoduché naplnenie a odvzdušnenie kanyly.	spĺňa	áno

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO:

DIČ:

TIMED s.r.o.

Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava

00602175

2020459067

V: Bratislava

Dňa: 14.02.2018

Richard Kylian - konateľ spoločnosti