

Názov predmetu zákazky:

Kanyly

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Časť č. 13 - Kanyly drenážne (venty k drenáži srdcových oddielov)

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Kanyly drenážne (venty k drenáži srdcových oddielov)			
1.1	katéter musí obsahovať rovný flexibilný zavádzač - kovový zavádzač s pamäťou,	spĺňa	
1.2	musí mať konektor 1/4,	spĺňa	1/4
1.3	musí obsahovať bočné perforačné otvory v dĺžke od 5,5 cm do 7 cm,	spĺňa	5,5-7cm
1.4	celková dĺžka kanyly musí byť min. 38 cm a max. 45 cm,	spĺňa	40,6cm
1.5	musí obsahovať orientačne značenie,	spĺňa	
1.6	veľkosť ventu musí byť 16 Fr., 20 Fr.,	spĺňa	16,20 Fr.
1.7	spojenie mandrénu a silikónového katétra na konci musí byť bezskokové,	spĺňa	
1.8	distálne zakončenie musí byť opatrené guľčkovým umelohmotným hrotom.	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO:

DIČ:

TIMED s.r.o.

Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava

00602175

2020459067

V: Bratislava

Dňa: 14.02.2018

Richard Kylian - konateľ spoločnosti