

Príloha č.1

Špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:

Kanyly**ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

Časť č. 1 - Aortálne kanyly nepoťahované

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Predávajúci uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
	spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Aortálne kanyly nepoťahované		
1.1 zakončenie kanyly musí byť 3/8 spojkou luer lock.	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov predávajúceho:

Sídlo predávajúceho:

IČO:

DIČ:

Unomed, spol. s r.o.

Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín

00612791

2020383222

V: Trenčine

Dňa: 13.02.2018

.....
Ing. Peter Havier, konateľ