

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:

Kanyly**ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

Časť č. 5 - Venózne kanyly typu "single stage" rovné

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Predávajúci uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
	spĺňa / nesplňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Venózne kanyly typu "single stage" rovné		
1.1 venózna kanyla musí byť vystužená drôtom v celej dĺžke, musí byť priehľadná a rovná,	spĺňa	
1.2 variabilita veľkostí od 26 do 40 Fr.,	spĺňa	
1.3 zakončená 3/8,	spĺňa	
1.4 musí mať vyznačenú orientačnú líniu a musí mať multiotvorový špic,	spĺňa	
1.5 dĺžka kanyly musí byť min. 38 cm a max. 45 cm.	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov predávajúceho:

Sídlo predávajúceho

IČO:

DIČ:

Unomed, spol. s r.o.

Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín

00612791

2020383222

V: Trenčine

Dňa: 13.02.2018

.....
Ing. Peter havier, konateľ