

**KÚPNA ZMLUVA č. ....**  
uzavretá podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.  
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov  
(ďalej len Zmluva)

**Čl. 1**

**Zmluvné strany**

- 1.1 **Predávajúci:** Ing. Miloš Ladický ELMED, Jánošíkova 73, 92101 Piešťany  
(*uviesť meno, názov, adresa*)  
Zastúpený: Ing. Miloš Ladický - riaditeľ  
IČO:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
BIC/SWIFT:  
Zápis v Živnostenskom registri č. 204-4077. Platca DPH.  
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov na ÚVO pod r. číslom: 2019/09-FO-F1097.  
(ďalej len predávajúci)
- 1.2 **Kupujúci:** Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin  
Zastúpený: Radou riaditeľov v zložení:  
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA – generálny riaditeľ  
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., MHA – medicínsky riaditeľ  
Ing. Stanislav Škorňa, MBA – ekonomický riaditeľ  
V mene organizácie sú oprávnení konať najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne.  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
BIC/SWIFT:  
(ďalej len kupujúci)

predávajúci a kupujúci ďalej spoločne aj „*zmluvné strany*“ alebo jednotlivo  
„*zmluvná strana*“

**Čl. 2**

**Predmet Zmluvy**

- 2.1 Kúpnu zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu 10 ks injekčných púmp Terumo TE-SS83XXX a 12 ks infúzných púmp Terumo TE-LM83XXX, zabezpečiť dopravu do Univerzitetnej nemocnice Martin, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti a zaškolenie zamestnancov užívateľa do obsluhy. Špecifikácia predmetu zmluvy tvorí Prílohu č. 1 tejto kúpnej zmluvy. Súčasťou dodávky tovaru bude návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar nový, nepoužívaný a nerepasovaný a previesť na kupujúceho vlastnícke právo na tento tovar a kupujúci sa zaväzuje uvedený tovar prebrať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

### Čl. 3

#### Cena

- 3.1 Cena predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zásad zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky a to vo výške:

- cena za predmet zmluvy v € bez DPH	16 730,- €
sadzba DPH v %	20 %
výška DPH v €	3 346,- €
- cena za predmet zmluvy v € s DPH	20 076,- €

Súčasťou zmluvy je ponuková cena (rozpočet) predávajúceho uvedená v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

- 3.2 V cene podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je zahrnutá cena za celý predmet zmluvy vrátane DPH v súlade s platnými predpismi, vrátane dopravy do miesta určenia, inštalácie a uvedenia do prevádzky a zaškolenia, vrátane ostatných odvodov v krajine verejného obstarávateľa.

### Čl. 4

#### Platobné podmienky

- 4.1 Kupujúci sa s predávajúcim dohodli na úhrade ceny za predmet zmluvy po splnení dodávky predmetu zmluvy do miesta určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky a zaškolenia personálu do obsluhy zariadenia a protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy podľa Čl. 2 zmluvy.
- 4.2 Predávajúci vystaví faktúru kupujúcemu za predmet zmluvy v sume 20 076,- € s DPH. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru do 15 dní odo dňa riadneho dodania, najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bol tovar dodaný. Splatnosť faktúry je do 60 dní od vystavenia faktúry.
- 4.3 Predávajúci sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu kupujúceho nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré vzniknú z tejto zmluvy iným tretím osobám. Postúpenie pohľadávky zo strany predávajúceho tretej osobe bez súhlasu kupujúceho je neplatné. Súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci súhlas MZ SR.  
V prípade porušenia tejto povinnosti je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 2 % z istiny pohľadávky. Uvedené sa neuplatní, ak osobitný právny predpis vzťahujúci sa na pohľadávku vyplývajúcu z takejto zmluvy vylučuje možnosť podmieniť postúpenie pohľadávky súhlasom kupujúceho ako dlžníka.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci neprijme vyhlásenie podľa § 303 a nasl. Obchodného zákonníka. V prípade porušenia tejto povinnosti je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 2 % z istiny pohľadávky. Uvedené sa neuplatní, ak osobitný právny predpis vylučuje uzavretie dohody podľa predchádzajúcej vety.

## Čl. 5

### Miesto dodania predmetu zmluvy

- 5.1 Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávku predmetu zmluvy podľa Čl. 2 tejto zmluvy do miesta plnenia – Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin:
- 5.1.1 Klinika hrudníkovej chirurgie – 4ks injekčných púmp a 4ks infúzných púmp
  - 5.1.2 Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie – 2ks infúzných púmp
  - 5.1.3 Úsek ošetrovateľskej starostlivosti – 6ks injekčných púmp a 6ks infúzných púmp
- 5.2 Lehota dodania predmetu zmluvy je po nadobudnutí účinnosti zmluvy do 60 dní.
- 5.3 Splnením dodávky sa rozumie dátum odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy do užívania. Predávajúci pri dodaní predmetu zmluvy zabezpečí predvedenie funkčnosti predmetu zmluvy, vysvetlí základné funkcie potrebné pre ovládanie a správnu prevádzku a zaškolí v nevyhnutnom rozsahu zodpovedných pracovníkov, ktorí budú s predmetom zmluvy pracovať. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany preberací protokol (dodací list). Súčasťou protokolárneho odovzdania predmetu zmluvy do prevádzky bude odovzdanie sprievodnej a technickej dokumentácie v rozsahu zodpovedajúcom charakteru predmetu zákazky v slovenskom/českom jazyku a bezpečnostno-technickým požiadavkám.
- 5.4 Odmietnutie dodávky kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre dodaného predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

## Čl. 6

### Záručná doba, reklamačné konanie

- 6.1 Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, sortimente a kvalite v súlade s touto zmluvou. Z tohto dôvodu je kupujúci v súčinnosti s predávajúcim povinný pri prevzatí dodávky zistiť jej kompletnosť a kvalitu. Pri zistení závad a rozdielov má kupujúci právo ešte pred zaplatením na odstránenie závad a dodanie zvyšnej časti dodávky.
- 6.2 Na tovar je poskytnutá záruka 24 mesiacov od odovzdania, prevzatia a uvedenia do prevádzky.
- 6.3 Počas záručnej doby je predávajúci povinný uskutočniť povinné preventívne prehliadky a kontroly, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenia.
- 6.4 V prípade vzniku – zistenia závady, ktorá robí tovar neupotrebitelným alebo funkčne len čiastočne upotrebitelným, plynutie záručnej doby sa preruší až do jej úplného odstránenia, ktoré bude písomne potvrdené kupujúcim.
- 6.5 Servis – záručný i pozáručný – vykonáva predávajúci prostredníctvom svojich servisných technikov a servisných pracovísk. Počas záručnej lehoty zabezpečuje predávajúci nástup servisného technika na opravu v pracovných dňoch do 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy a predloženia záväznej objednávky.  
Zodpovedný pracovník predávajúceho je .  
Ing. Miloš Ladický,

## Čl. 7

### Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

- 7.1 Ak je kupujúci v omeškaní s platením kúpnej ceny za tovar v lehote podľa bodu 4.2 tejto zmluvy, predávajúci si môže uplatniť úrok z omeškania v súlade s nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. v platnom znení.
- 7.2 V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodaného predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania.
- 7.3 Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
- 7.4 Splnením záväzku predávajúceho zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu nezaniká povinnosť predávajúceho, ktorej plnenie je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute. Ukončením zmluvného vzťahu nie je dotknuté právo na náhradu škody a uplatnenia si zmluvnej pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie o zmluvnej pokute zostáva v platnosti aj po uplynutí platnosti tejto zmluvy.
- 7.5 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu.
- 7.6 Kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany predávajúceho, ktorým sa rozumie najmä:
- 7.6.1 nedodržanie kvality predmetu plnenia,
- 7.6.2 ak technické parametre predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke,
- 7.6.3 realizačná neschopnosť predávajúceho alebo iné okolnosti, ktoré mu bránia splniť predmet zmluvy, pričom za realizačnú neschopnosť sa považuje najmä nie však výlučne neschopnosť predávajúceho realizovať dodanie predmetu zmluvy,
- 7.6.4 akéhokoľvek porušenia povinností predávajúceho podľa tejto zmluvy.
- 7.7 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo predávajúcemu plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.
- 7.8 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené v deň, kedy druhá zmluvná strana prevzala zásielku obsahujúcu odstúpenie a v prípade, že toto odstúpenie odmietla prevziať alebo jej nebolo doručené z iného dôvodu, považuje sa odstúpenie za doručené v deň, kedy sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane za podmienky, že bola odoslaná na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v zmluve alebo v príslušnom verejnom registri (t.j. v príslušnom obchodnom alebo živnostenskom registri). Uvedené ustanovenie o doručení odstúpenia sa rovnako vzťahuje na doručovanie akýchkoľvek výziev, upomienok, výpovedí a iných písomných prejavov vôle medzi zmluvnými stranami.

## Čl. 8

### Závěrečné ustanovenia

- 8.1 Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť vykonané len písomnou dohodou oboch zmluvných strán vo forme číslovaných dodatkov k tejto kúpnej zmluve.
- 8.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené zmiernom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmiernom, spor rozhodne vecne a miestne príslušný súd určený podľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 8.3 Kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom pre každú zmluvnú stranu sú určené dva rovnopisy.
- 8.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 8.5 Právne vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 8.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

#### Príloha č. 1 kúpnej zmluvy:

#### Špecifikácia predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny

23. JÚN 2022

V Martine, dňa: .....

V Piešťanoch, dňa: 06.06.2022

Za UNM:

Za predávajúceho:

Meno: In

Funkcia:

Podpis:.....

Podpis: ..

Podpis:.....

Príloha č. 1 kúpnej zmluvy - Špecifikácia predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny

Minimálne technicko-medicínske parametre pre Injekčné pumpy – 10 ks a infúzne pumpy – 12 ks:

ID	Technické špecifikácie	Parametre	Bodové kritérium	Počet bodov	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky
LIN JIS	Infúzia				
LIN JIS	Rýchlosť prietoku	0,1 - min 999 ml/h			0,1 - min 999 ml/h
LIN JIS	Presnosť rýchlosti prietoku prístroja so striekačkou	max +/- 3%			max +/- 3%
LIN JIS	Objemy použiteľných striekačiek	min 10, 20, 30, 50, 60 ml			5, 10, 20, 30, 50, 60 ml
LIN JIS	Databáza kompatibilných striekačiek dostupných na SK trhu	min. BD, B, Braun, Terumo, Fresenius			áno
LIN JIS	Režim infúzie				
LIN JIS	Kontinuálny režim	áno			áno
LIN JIS	Režim - Dávka/objem za čas	áno			áno
LIN JIS	Režim - Viacnásobná dávka	bez preferencie	body za áno	2,5	áno
LIN JIS	Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie	áno			áno
LIN JIS	TOM (Take over mode)	bez preferencie	body za áno	2,5	áno
LIN JIS	Režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku				
LIN JIS	Výpočet dávky priamo v pumpe	áno			áno
LIN JIS	Minimálne dostupné jednotky dávky: µg, mg, g, mmol	áno			áno
LIN JIS	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI)	min 0,1 - 999 ml			0,1 - 999 ml
LIN JIS	Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI)	min 0:01 - hodina			0:01 - hodina
LIN JIS	Bolus	min 50 - 1 200 ml/h			0,1 - 1 200 ml/h
LIN JIS	Objem bolusu	min 0,1 - 50,00 ml			0,1 - 1 200 ml/h
LIN JIS	Manuálny bolus	áno			áno
LIN JIS	Automatický bolus	áno			áno
LIN JIS	Záznam udalostí s dátumom a časom	min počet 1000			10000

LIN JIS	Dlhá pauza - Standby	min 1 min - 24 hodín		1 min - 24 hodín
LIN JIS	Knižnica liekov	áno		áno
LIN JIS	- možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov	áno		áno
LIN JIS	Počet liekov v knižnici liekov	min 256		3500
LIN JIS	Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	bez preferencie	body za áno	áno
LIN JIS	Riadenie tlaku			
LIN JIS	Tlakové limity oklúzneho tlaku	min 150 - 900 mmHg		150 - 900 mmHg
LIN JIS	Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku	min 9		10
LIN JIS	Špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba	bez preferencie	body za áno	áno
LIN JIS	Bezpečnostné prvky			
LIN JIS	Automatické uchytenie striekačky pri vkladaní	bez preferencie	body za áno	nie
LIN JIS	Manuálne uchytenie striekačky pri vkladaní	min. manuálne (ak nemá automatické)		áno, polo- automatické
LIN JIS	Kontrola polohy a uchytenia striekačky	áno		áno
LIN JIS	Mechanická ochrana proti nežiaducej bolusu	áno		áno
LIN JIS	Alarmy a predalarmy			
LIN JIS	Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne	áno		áno
LIN JIS	Textová identifikácia alarmu	áno		áno
LIN JIS	Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu	áno		áno
LIN JIS	Alarm nesprávnej polohy a uchytenia striekačky	áno		áno
LIN JIS	Tlakový alarm s automatickým odbúraním bolusu do striekačky	áno		áno
LIN JIS	Alarm konca striekačky	áno		áno
LIN JIS	Alarm odpojenia od elektrickej siete	áno		áno
LIN JIS	Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie	áno		áno
LIN JIS	Koniec Standby (dlhá pauza)	áno		áno
LIN JIS	Alarm vybitia batérie	áno		áno
LIN JIS	Porucha prístroja	áno		áno
LIN JIS	Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti	bez preferencie	body za áno	áno
LIN JIS	Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah	bez preferencie	body za áno	áno
LIN JIS	Predalarm konca striekačky	áno		áno
LIN JIS	Predalarm vybitia batérie	áno		áno
LIN JIS	Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času	áno		áno
LIN JIS	Technické špecifikácie			
LIN JIS	Výdrž batérie pri 5ml/h	min 9 h		min 9 h
LIN JIS	Doba nabíjania batérie	max 9 h		max 9 h

Lin JIS	Odolnosť proti vode	Min IP 22	IP 22
Lin JIS	Interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky výrobcom	max 2 roky	max 2 roky
Lin JIS	Možnosť upravenia hodnôt parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis	áno	áno
Lin JIS	Súčasť pumpy rúčka na prenášanie	áno	áno
Lin JIS	Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu	áno	áno
Lin JIS	Súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V	áno	áno
Lin JIS	Možnosť uchytenia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť)	áno	áno
Lin JIS	Softvér v Slovenskom / Českom jazyku	áno	áno
Lin JIS	Možnosť uzamknutia klávesnice s numerickým kódom / pinom / klávesou	áno	áno
Vol JIS	Volumetrická pumpa		
Vol JIS	Rýchlosť prietoku	Min 0,1 - 1200 ml/h	áno
Vol JIS	Presnosť rýchlostí prietoku so setom	max +/- 5%	áno
Vol JIS	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI)	min v rozsahu 0,1 - 999 ml	0,1 - 1200 ml
Vol JIS	Režim infúzie		
Vol JIS	Kontinuálny režim	áno	áno
Vol JIS	Režim - Dávka/objem za čas	áno	áno
Vol JIS	Režim - Nábeh a pokles	bez preferencie	body za áno
Vol JIS	Režim - Viacnásobná dávka	bez preferencie	body za áno
Vol JIS	Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie	bez preferencie	body za áno
Vol JIS	Programovateľný režim	bez preferencie	body za áno
Vol JIS	Podávanie enterálnej výživy aj so setom	bez preferencie	body za áno
Vol JIS	Automatické zabránenie voľného toku infúzie do žily pacienta pri vytiahnutí setu z pumpy	áno	nie
Vol JIS	Režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku		áno
Vol JIS	Výpočet dávky priamo v pumpe	áno	áno
Vol JIS	Minimálne dostupné jednotky dávky: µg, mg, g, mmol, kcal	áno	áno
Vol JIS	Počet režimov dávky	min 20	20
Vol JIS	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI)	min 0,1 - 999 ml	0,1 - 9999 ml
Vol JIS	Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI)	min 1 min - 99 hodín	1 min - 99 hodín
Vol JIS	Manuálne plnenie	áno	áno
Vol JIS	Plnenie s použitím odzvušňovacej/plniacej funkcie pumpy	áno	áno
Vol JIS	Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom	bez preferencie	body za áno
			2,5



Vol JIS	Rýchlosť podania bolusu	min v rozsahu 1 - 1200 ml / h		v rozsahu 1 - 1200 ml / h
Vol JIS	Objem bolusu	min v rozsahu 1 - 99,99 ml		v rozsahu 1 - 99,99 ml
Vol JIS	Manuálny bolus	áno		áno
Vol JIS	Automatický bolus	áno		áno
Vol JIS	Záznam udalostí s dátumom a časom	min 1000		10000
Vol JIS	Dlhá pauza - Standby	min 1 hodina		1min - 24hod
Vol JIS	Knižnica liekov	áno		áno
Vol JIS	- možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov	áno		áno
Vol JIS	Počet liekov v knižnici liekov	min 256		3500
Vol JIS	Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	bez preferencie	body za áno	áno
Vol JIS	Tlak			
Vol JIS	Tlakové limity oklúzneho tlaku	áno min 225 - 750 mmHg		225-900 mmHg
Vol JIS	Antibolusový systém	áno		áno
Vol JIS	Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku	min 9		10
Vol JIS	Bezpečnostné prvky - Alarmy a predalarmy	áno		áno
Vol JIS	Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne	áno		áno
Vol JIS	Textová identifikácia alarmu	áno		áno
Vol JIS	Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu	áno		áno
Vol JIS	Kontrola správnej inštalácie setu	áno		áno
Vol JIS	Nemožnosť úplne vypnúť prístroj ak je vložený set, resp. nemožnosť vypnúť prístroj počas prebiehajúcej infúzie a teda s vloženým setom, ale až po užití atelom vedomom zastavení infúzie tlačidlom STOP	áno		áno
Vol JIS	Súprava s bezpečnostnou svorkou voči voľnému prútok	áno		áno
Vol JIS	Alarm hornej oklúzie	áno		áno
Vol JIS	Alarm dolnej oklúzie	áno		áno
Vol JIS	Alarm zle zatvorených dvierok	áno		áno
Vol JIS	Výstražný alarm rozpojenia linky	bez preferencie	body za áno	áno
Vol JIS	Vzduchový alarm - jednorazová bublina, kumulovaný vzduch	áno		áno
Vol JIS	Možnosť nastaviť citlivosť senzora na vzduchový alarm	áno		áno
Vol JIS	Alarm pri nepovolení odepýlke prietoku oproti nastaveniu	áno		áno
Vol JIS	Kvapkový alarm ak je k pumpe pripojený kvapkový senzor	áno		áno
Vol JIS	Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie	áno		áno
Vol JIS	Alarm pri dosiahnutí nastaveného objemu a času	áno		áno

Vol JIS	Alarm odpojenia od elektrickej siete	áno	áno	áno
Vol JIS	Koniec Standby (dlhá pauza)	áno	áno	áno
Vol JIS	Alarm vybitej batérie	áno	áno	áno
Vol JIS	Porucha prístroja	áno	áno	áno
Vol JIS	Predalarm vybitia batérie	áno	áno	áno
Vol JIS	Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času	áno	áno	áno
Vol JIS	Kontrola chyby komunikačného spojenia (v dokovacej stanici)	áno	áno	áno
Vol JIS	Technické špecifikácie			
Vol JIS	Možnosť prevádzky prístroja bez kvapkového detektoru	áno	áno	áno
Vol JIS	Výdrž batérie pri 25 ml/h	min 5 hodín	min 5 hodín	áno
Vol JIS	Doba nabíjania batérie	max 9 hodín	max 9 hodín	áno
Vol JIS	Odolnosť proti vode	Min IP 22	Min IP 22	Min IP 22
Vol JIS	Možnosť upravenia hodnôt parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis	áno	áno	áno
Vol JIS	Interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky výrobcom	max 2 roky	max 2 roky	max 2 roky
Vol JIS	Možnosť uchytania v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť)	áno	áno	áno
Vol JIS	Ochrana peristaltiky proti zatečeniu (odolnosť)	áno	áno	áno
Vol JIS	Súčasťou pumpy rúčka na prenášanie	áno	áno	áno
Vol JIS	Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu	áno	áno	áno
Vol JIS	Súčasťou pumpy sietový kábel s napájaním na 240 V	áno	áno	áno
Vol JIS	Softvér v Slovenskom / Českom jazyku	áno	áno	áno

*Uviesť kalkuláciu zmluvnej ceny v zmysle bodu 6. výzvy na predkladanie ponúk.*

V Piešťanoch, dňa: 06.06.2022

**Za predávajúceho:**

Meno: I

Funkcia

Podpis:

## Návrh na plnenie kritérií

K1:

Prístroj	Počet kusov	Jednotková cena v € bez DPH	Sadzba DPH v %	Cena celkom za požadovaný počet kusov
pumpa JIS				
<i>Typ 1 (lineárna / injekčná) TE-SS83XXX</i>	10	725,00	20	8 700,00
<i>Typ 2 (volumetrická / infúzna) TE-LM83XXX</i>	12	790,00	20	11 376,00
Cena za celý predmet zákazky celkom v € bez DPH				16 730,00
Cena za celý predmet zákazky celkom v € s DPH				20 076,00

K2:

Technické špecifikácie	Bodové kritérium	Počet bodov	áno/nie
<i>Lineárne (injekčné) pumpy – TYP 1</i>			
Režim - Viacnásobná dávka	body za áno	2,5	áno
TOM (Take over mode)	body za áno	2,5	áno
Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	body za áno	2,5	áno
Špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba	body za áno	2,5	áno
Automatické uchytenie striekačky pri vkladaní	body za áno	2,5	nie
Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti	body za áno	2,5	áno
Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah	body za áno	2,5	áno
<i>Volumetrické (infúzne) pumpy – TYP 2</i>			
Režim - Nábeh a pokles	body za áno	2,5	áno
Režim - Viacnásobná dávka	body za áno	2,5	áno
Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie	body za áno	2,5	áno
Programovateľný režim	body za áno	2,5	áno
Podávanie enterálnej výživy aj so setom	body za áno	2,5	nie
Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom	body za áno	2,5	áno
Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	body za áno	2,5	áno
Výstražný alarm rozpojenia linky	body za áno	2,5	áno

Platnosť ponuky : 90 dní min.

Dodacia lehota : 60 dní od obdržania objednávky

Záručná lehota : 24 mesiacov

Nástup na servis : do 48 hod. po nahlásení poruchy

Naša spoločnosť je malým podnikom

Zaväzujeme sa, že bez písomného súhlasu VO nepostúpime svoje peňažné pohľadávky, ktoré vzniknú zo zmluvného vzťahu s VO, iným tretím osobám.

V Piešťanoch

25.03.2022

Ing. Miloš Ladický

