

KÚPNA ZMLUVA č.
uzavretá podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len Zmluva)

Čl. 1

Zmluvné strany

- 1.1 **Predávajúci:** Surgitech s.r.o., Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava
(meno, názov, adresa)
Zastúpený: Ing. Peter Šumichrast - konateľ
IČO: 50197975
IČ DPH: SK2120238736
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN:
SWIFT (BIC): TATRSKBX

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 109341/B

- 1.2 **Kupujúci:** Univerzitná nemocnica Martin, Kolárova 2, 036 59 Martin
Zastúpený: Radou riaditeľov v zložení:
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA – generálny riaditeľ
Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. – medicínsky riaditeľ
Ing. Stanislav Škorňa – ekonomický riaditeľ
V mene organizácie sú oprávnení konať najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu.
IČO: 00 365 327
DIČ: 2020598019
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
(ďalej len kupujúci)

predávajúci a kupujúci ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivو
„zmluvná strana“

Čl. 2

Predmet Zmluvy

- 2.1 Kúpnu zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu *Kompletný endoskopický set nástrojov*, zabezpečiť dopravu do Univerzitnej nemocnice Martin, inštaláciu a uvedenie do prevádzky. Zaškolenie obsluhy je bezplatné. Špecifikácia predmetu zmluvy tvorí Prílohu č. 1 tejto kúpnej zmluvy. Súčasťou dodávky tovaru bude návod na obsluhu v slovenskom/českom jazyku. Predávajúci sa zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo na tento tovar a kupujúci sa zaväzuje uvedený tovar prebrať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

Čl. 3

Cena

3.1 Cena predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zásad zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky a to vo výške:

- jednotková cena v € bez DPH	14 989,57 €
- cena za predmet zmluvy v € bez DPH	14 989,57 €
sadzba DPH v %	20%
sadzba DPH v €	2 997,91 €
- cena za predmet zmluvy v € s DPH	17 987,48 €

3.2 V cene podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je zahrnutá cena za celý predmet zmluvy vrátane DPH v súlade s platnými predpismi, vrátane dopravy do miesta určenia, inštalácie a uvedenia do prevádzky, vrátane ostatných odvodov v krajine verejného obstarávateľa. Zaškolenie personálu do obsluhy predmetu zmluvy je bezplatné.

Čl. 4

Platobné podmienky

4.1 Kupujúci sa s predávajúcim dohodli na úhrade ceny za predmet zmluvy po splnení dodávky predmetu zmluvy do miesta určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky a zaškolenia personálu do obsluhy zariadenia a protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy podľa Čl. 2 zmluvy.

4.2 Predávajúci vystaví faktúru kupujúcemu za predmet zmluvy v sume 17 987,48 € s DPH. Splatnosť faktúry je do 60 dní od vystavenia faktúry.

Čl. 5

Miesto dodania predmetu zmluvy

5.1 Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávku do miesta plnenia – Univerzitná nemocnica Martin, Spoločné operačné sály, Kollárova 2, 036 59 Martin.

5.2 Lehota dodania predmetu zmluvy je po nadobudnutí účinnosti zmluvy do 6 týždňov.

5.3 Splnením dodávky sa rozumie dátum odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy do užívania. Predávajúci pri dodaní predmetu zmluvy zabezpečí predvedenie funkčnosti predmetu zmluvy, vysvetlí základné funkcie potrebné pre ovládanie a správnu prevádzku a zaškolí v nevyhnutnom rozsahu zodpovedných pracovníkov, ktorí budú s predmetom zmluvy pracovať. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany preberací protokol (dodací list). Súčasťou protokolárneho odovzdania predmetu zmluvy do prevádzky bude odovzdanie sprievodnej a technickej dokumentácie v rozsahu zodpovedajúcom charakteru predmetu zákazky v slovenskom/českom jazyku a bezpečnostno-technickým požiadavkám.

5.4 Odmietnutie dodávky kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre dodaného predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

Čl. 6

Záručná doba, reklamačné konanie

- 6.1 Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, sortimente a kvalite v súlade s touto zmluvou. Z tohto dôvodu je kupujúci v súčinnosti s predávajúcim povinný pri prevzatí dodávky zistiť jej kompletnosť a kvalitu. Pri zistení uvedených závad a rozdielov má kupujúci právo ešte pred zaplatením na odstránenie závad a dodanie zvyšnej časti dodávky.
- 6.2 Na tovar je poskytnutá záruka 24 mesiacov od odovzdania, prevzatia a uvedenia do prevádzky.
- 6.3 V prípade vzniku – zistenia závady, ktorá robí tovar neupotrebitelným alebo funkčne len čiastočne upotrebitelným, plynutie záručnej doby sa preruší až do jej úplného odstránenia, ktoré bude písomne potvrdené kupujúcim. V prípade, ak bude prístroj v záručnej dobe mimo prevádzky po dobu viac ako 3 dni nepretržite z dôvodu neschopnosti predávajúceho alebo ním zabezpečenej alebo poverenej servisnej organizácie odstrániť poruchu, predávajúci sa zaväzuje po túto dobu zapožičať kupujúcemu náhradný prístroj.
- 6.4 Servis – záručný i pozáručný – vykonáva predávajúci prostredníctvom svojich servisných technikov a servisných pracovísk. Počas záručnej lehoty zabezpečuje predávajúci nástup servisného technika na opravu do 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy a predloženia záväznej objednávky.
Zodpovedný pracovník predávajúceho je Attila Toth, tel.

Čl. 7

Zmluvné pokuty

- 7.1 Ak je kupujúci v omeškaní s platením kúpnej ceny za tovar v lehote podľa bodu 4.2 tejto zmluvy, predávajúci si môže uplatniť úrok z omeškania v súlade s nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. v platnom znení.
- 7.2 V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodaného predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania.
- 7.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmierom, spor rozhodne vecne a miestne príslušný súd určený podľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 7.4 Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
- 7.5 Predávajúci sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu kupujúceho nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré vzniknú z tejto zmluvy iným tretím osobám. Postúpenie pohľadávky zo strany predávajúceho tretej osobe bez súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci súhlas MZ SR.

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

- 8.1 Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť vykonané len písomnou dohodou oboch zmluvných strán vo forme číslovaných dodatkov k tejto kúpnej zmluve.
- 8.2 Kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom pre každú zmluvnú stranu sú určené dva rovnopisy.
- 8.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 8.4 Právne vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 8.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Príloha č. 1 kúpnej zmluvy:

Špecifikácia predmetu zmluvy „Kompletný endoskopický set nástrojov“

V Martine, dňa:

V Bratislave dňa: 12.03.2018

Za UNM:

Za predávajúceho:

Ing. Peter Šumichrast

Konateľ Surgitech s.r.o.

Podpis:.....

Podpis:

Podpis:.....

Príloha č. 1 kúpnej zmluvy - Špecifikácia predmetu zmluvy (špecifikácia v zmysle Výzvy na predloženie cenovej ponuky)

Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná minimálna hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky:
1. Monopolárne endoskopické nástroje:	ÁNO
– zoznam endoskopických nástrojov:	ÁNO
a) 2 ks - monopolárne endoskopické nožnice METZENBAUM, priemer: max. 5 mm, dĺžka min. 310 mm	ÁNO
b) 1 ks - monopolárne endoskopické úchopové kliešte MARYLAND, priemer: max. 5 mm, dĺžka min. 310 mm	ÁNO
c) 1 ks - monopolárne endoskopické univerzálne atraumatické okienkové kliešte, priemer: max. 5 mm, dĺžka min. 310 mm	ÁNO
d) 1 ks monopolárne endoskopické úchopové kliešte okienkové, priemer: max. 5 mm, dĺžka min. 310 mm	ÁNO
e) 1 ks - monopolárne endoskopické úchopové kliešte univerzálne, krátka pracovná časť, priemer: max. 5 mm, dĺžka min. 310 mm	ÁNO
f) 2 ks - monopolárne endoskopické úchopové črevné kliešte DORSEY, priemer: max. 5 mm, dĺžka min. 310 mm–2 ks	ÁNO
g) 2 ks - monopolárne endoskopické kliešte BABCOCK, priemer: max. 5 mm, dĺžka min. 310 mm	ÁNO
h) 1 ks - monopolárne endoskopické úchopové kliešte na myom so zúbkami, 2x3 zúbky, priemer: max. 10 mm, dĺžka min. 310 mm	ÁNO
– každý endoskopický nástroj možno demontovať do 4 častí (rúčka, pracovná branža, kovový tubus, izolácia)	ÁNO
– pracovná čelusť je zapustená do pracovnej branže	ÁNO
– pri rúčke s aretáciou možnosť vypnutia aretačného mechanizmu a pracovania voľne	ÁNO
– všetky nástroje s označením katalógového čísla	ÁNO
– resterilizovateľné v autokláve pri 134°C	ÁNO
– súčasťou balenia kábel s koncovkou ERBE/STORZ – 1 ks	ÁNO
– súčasťou balenia kábel s koncovkou AAG PLOCHÁ – 1ks	ÁNO
2. Rúčka pre monopolárne elektródy – 1 ks:	ÁNO
– priemer: max. 5 mm	ÁNO
– dĺžka min. 330 mm	ÁNO
– súčasťou monopolárny kábel – dĺžka min. 2,5 m	ÁNO

– súčasťou monopolárne elektródy tvaru „L“ – 5 ks	ÁNO
– resterilizovateľné v autokláve pri 134°C	ÁNO
3. Endoskopický ihelca – 2 ks:	ÁNO
– pracovná časť: priama a zahnutá vľavo, v pracovnej časti vložený tvrdokov	ÁNO
– priemer: max. 5 mm	ÁNO
– dĺžka: min. 310 mm	ÁNO
– kanylovaný – preplachový kanál na čistenie ihelca	ÁNO
– axiálny dizajn rúčky ihelca	ÁNO
– jednoduchý zamykací mechanizmus rúčky ihelca v dvoch polohách (1. uzatvorený, 2. otvorený), pre jednoduchú manipuláciu s chirurgickou ihlou	ÁNO
– resterilizovateľný v autokláve pri 134°C	ÁNO
4. Sterilizačný kontajner – 1 ks:	ÁNO
– materiál nádoby kontajneru je eloxovaný hliník určený výhradne pre parnú sterilizáciu	ÁNO
– rozmer nádoby kontajneru: 592x274x120mm (povolená odchýlka $\pm 5\%$)	ÁNO
– materiál veka kontajneru je z termostabilného polyméru určeného výhradne pre parnú sterilizáciu	ÁNO
– farba veka kontajneru: modrá	ÁNO
– značenie kontajneru strojovo čitateľným kódom	ÁNO
– filtračný systém, integrované filtre pre opakované použitie v súlade s EN 868 časť 2, filter je validovaný na 5000 umývacích a sterilizačných cyklov	ÁNO
– kontajner možno stohovať bez neprimeraného namáhania (stlačenia) tesnenia veka	ÁNO
– stabilita stohovaného kontajneru spĺňa EN 868	ÁNO
– nerezové sito je vypaľované laserom, neprepletané, perforované s výškou 76 mm (povolená odchýlka $\pm 5\%$)	ÁNO

V Bratislave dňa: 12.03.2018

Za predávajúceho:

Ing. Peter Šumichrast

konateľ Surgitech s.r.o.

Podpis:

