

Názov predmetu zákazky:
Proximálny konektor

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
A.	Popis predmetu:		
01.1	zariadenie má malé prevádzkové rozmery	áno	áno
01.2	nízky profil	áno	áno
01.3	zabezpečuje požiadavku, že v aorte nezostáva žiadny cudzorodý materiál	áno	áno
01.4	obsahuje tieto časti:	xxx	xxx
1.4.1	Proximálny uzáver	áno	áno
1.4.1	zariadenie, ktoré sa dostane do aorty cez miesto perforácie a poskytne uzatvorený priestor, čím uľahčuje tvorbu proximálnej anastomózy	áno	áno
1.4.1	pozostáva z nasledovných častí:	xxx	xxx
a.	trubička s piestom, podobná injekčnej striekačke, ktorá sa používa na umiestnenie uzáveru na vnútornej ploche (strane) aorty	áno	áno
b.	dvojranná pružina, ktorá obsahuje tkaninový flexibilný klobúčik ukotvený kotviacim putkom a jemnými fixačnými	áno	áno
c.	zavádzací - mechanizmus, ktorý zvinie proximálny uzáver a zavedie konektor do aplikačného zariadenia	áno	áno
1.4.2	Aortálny nôž	áno	áno
1.4.2.1	slúži na vytvorenie rezu, resp. otvoru na aortu pre anastomózu	áno	áno
1.4.2.2	slúži ako jednorázová pomôcka	áno	áno
1.4.2.3	priemer aortálneho noža: od 2 mm do 5 mm	áno	áno
1.4.2.4	v strede sa nachádza ihla	áno	áno
1.4.2.5	má pevnú rukoväť, na ktorej je bezpečnostná zámka a aktivačné tlačidlo	áno	áno

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Donská 61, 841 06 Bratislava

IČO:

35757329

DIČ:

2020253730

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:

Meno a priezvisko:

MUDr. Martina Medveďová

Pracovné zaradenie:

Medicínsky a obchodný manažér

Telefónne číslo:

+ 421 904 973 032

E-mail:

medvedova@operativa.sk

V: Bratislava

Dňa: 10.04.2018