

Príloha č. 1
Špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:
Drenážne katétre

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
A.	Popis predmetu:		
	Položka č. 1 - Drenážny katéter, typ 1	xxx	xxx
1.	Veľkosť drénu: 24 - 25 CH	áno	áno
2.	Dĺžka drénu: min. 50 cm max. 70 cm	áno	áno
2.1	v celej dĺžke drénu RTG značenie	áno	áno
3.	Vnútorný priemer drénu: 0,50 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)	áno	áno
4.	Vonkajší priemer drénu: 0,80 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)	áno	áno
5.	Materiál: 100 % silicon	áno	áno
5.1	hrúbka silikónu: 0,10 cm	áno	áno
6.	Na začiatku drénu 4 až 6 oválnych otvorov, pričom:	xxx	xxx
6.1	- dĺžka jedného otvoru: 1 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)	áno	áno
6.2	- šírka jedného otvoru: 0,60 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)	áno	áno
6.3	- rozpätie medzi jednotlivými otvormi: 1,50 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)	áno	áno
6.4	protismerné rozmiestnenie otvorov po obvode drénu	áno	áno
7.	Položka predmetu zákazky musí byť zabalená v sterilnom obale s peel efektom otvárania, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov, veľkosť, expiráciu, katalógové číslo a označenie otvárania.	áno	áno
	Položka č. 2 - Drenážny katéter, typ 2	xxx	xxx
1.	Veľkosť drénu: 27 - 28 CH	áno	áno
2.	Dĺžka drénu: min. 50 cm max. 70 cm	áno	áno
2.1	v celej dĺžke drénu RTG značenie	áno	áno
3.	Vnútorný priemer drénu: 0,50 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)	áno	áno
4.	Vonkajší priemer drénu: 0,86 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)	áno	áno
5.	Materiál: 100 % silicon	áno	áno
5.1	hrúbka silikónu: 0,20 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)	áno	áno
6.	Na začiatku drénu 4 až 6 oválnych otvorov, pričom:	xxx	xxx
6.1	dĺžka jedného otvoru: 1 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)	áno	áno
6.2	šírka jedného otvoru: 0,70 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)	áno	áno
6.3	rozpätie medzi jednotlivými otvormi: 1,50 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)	áno	áno
6.4	protismerné rozmiestnenie otvorov po obvode drénu	áno	áno
7.	Položka predmetu zákazky musí byť zabalená v sterilnom obale s peel efektom otvárania, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov, veľkosť, expiráciu, katalógové číslo a označenie otvárania.	áno	áno
	Položka č. 3 - Drenážny katéter, typ 3	xxx	xxx
1.	Veľkosť drénu: 30 - 32 CH	áno	áno

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky

2.	Dĺžka drénu: min. 50 cm max. 70 cm	áno	áno
2.1	- v celej dĺžke drénu RTG značenie	áno	áno
3.	Vnútorňy priemer drénu: 0,70 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)	áno	áno
4.	Vonkajši priemer drénu: 1 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)	áno	áno
5.	Materiál: 100 % silicon	áno	áno
5.1	hrúbka silikónu: 0,20 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)	áno	áno
6.	Na začiatku drénu 4 až 6 oválnych otvorov, pričom:	xxx	xxx
6.1	dĺžka jedného otvoru: 1,20 cm (tolerancia +0,2/- 0,4 cm)	áno	áno
6.2	šírka jedného otvoru: 0,90 cm (tolerancia +0,2/- 0,3 cm)	áno	áno
6.3	rozpätie medzi jednotlivými otvormi: 1,50 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)	áno	áno
6.4	protismerné rozmiestnenie otvorov po obvode drénu	áno	áno
7.	Položka predmetu zákazky musí byť zabalená v sterilnom obale s peel efektom otvárania, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov, veľkosť, expiráciu, katalógove číslo a označenie otvárania.	áno	áno

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Unomed spol. s r.o.

Sídlo uchádzača:

Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín

IČO:

00612791

DIČ:

2020383222

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:

Meno a priezvisko:

MVDr. Zuzana Legényová

Pracovné zaradenie:

produktový manažér

Telefónne číslo:

0903640297

E-mail:

legenyova_unomed@stonline.sk

V: Trenčine

Dňa: 11.04.2018

Ing. Peter Havier, konateľ