

## Príloha č. 2

Špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:

Tampón prešívavý

## ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
<b>Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty:</b>			
<b>Položka č. 1 - Tampón prešívavý, typ 1</b>			
1.1	materiál: 100% bavlna	spĺňa	
1.2	zhotovené z vysokobielenej gázy: 17 - 20 nití/cm <sup>2</sup>	spĺňa	
1.3	pozostáva zo 4 vrstiev	spĺňa	
1.4	predpraný	spĺňa	
1.5	vysoko savý	spĺňa	
1.6	rozmer: min. 42 x 42 cm a max. 45 x 45 cm, tolerancia ± 2 mm	spĺňa	
1.7	všitá RTG tkanica na strane obvodu	spĺňa	
1.7.1	dĺžka všitej časti RTG tkanice: min. 11 cm - max. 13 cm	spĺňa	
1.7.2	dĺžka voľnej časti tkanice: min. 13 cm - max. 20 cm	spĺňa	
1.8	založené vnútorné okraje	spĺňa	
1.9	prešitie bez strapkania po obvode aj vodorovne	spĺňa	
1.10	nesmie zanechávať žmolky v operačnej rane	spĺňa	
1.11	balenie: sterilné po 5 ks v dvojobale s peel efektom pre správne otvorenie obalu	spĺňa	
1.12	balenie musí obsahovať lepiacu etiketu na dokumentáciu, ktorá obsahuje:	spĺňa	
a.)	názov produktu	spĺňa	
b.)	počet	spĺňa	
c.)	expiráciu	spĺňa	
d.)	čiarový kód	spĺňa	
1.13	určené na použitie v zdravotníckom zariadení	spĺňa	
<b>Položka č. 2 - Tampón prešívavý, typ 2</b>			
2.1	materiál: 100% bavlna	spĺňa	
2.2	zhotovené z vysokobielenej gázy: 17 - 20 nití/cm <sup>2</sup>	spĺňa	
2.3	pozostáva zo 4 vrstiev	spĺňa	
2.4	predpraný	spĺňa	
2.5	vysoko savý	spĺňa	
2.6	rozmer: min. 20 cm x max. 33 cm	spĺňa	
2.7	všitá RTG tkanica na strane obvodu	spĺňa	
2.7.1	dĺžka všitej časti RTG tkanice: min. 10 cm - max. 12 cm	spĺňa	
2.8	založené vnútorné okraje	spĺňa	
2.9	prešitie bez strapkania po obvode aj vodorovne	spĺňa	
2.10	nesmie zanechávať žmolky v operačnej rane	spĺňa	
2.11	balenie : sterilné po min. 5 ks a max. 10 ks v dvojobale s peel efektom pre správne otvorenie oba	spĺňa	
2.12	balenie musí obsahovať lepiacu etiketu na dokumentáciu, ktorá obsahuje:	spĺňa	

**Príloha č. 2**

Špecifikácia predmetu zákazky

a.)	názov produktu	spĺňa	
b.)	počet	spĺňa	
c.)	expiráciu	spĺňa	
d.)	čiarový kód	spĺňa	
2.13	určené na použitie v zdravotníckom zariadení	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Panep s.r.o

Sídlo uchádzača:

Brnenská 1246 66501

IČO:

25550250

DIČ:

4020152048

**Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:**

Meno a priezvisko:

**María Gurová**

Pracovné zaradenie:

obchodný manažér

Telefónne číslo:

911652266

E-mail:

[maria.gurova@panep.sk](mailto:maria.gurova@panep.sk)

V: V Medzilaborciach

Dňa: 30.6.2022

a pečiatka: .....

Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:

**Ing. Ivan Hriseňko**

Poznámka:

 - povinné údaje vyplní uchádzač