



K & M MEDIA s.r.o.
Čierne 94
023 13 Čierne

Váš list číslo/zo dňa

Náše číslo
305-5/ORVO/2018/17

Vybavuje/linka
Ing. Jakobová/orvo@kezachranka.sk
Tel.: +42155681444, +421911408156

Košice
15.05.2018

Vec: Odstúpenie od Rámcovej dohody č. Z201818860_Z

Dňa 05.05.2018 nadobudla účinnosť Rámcová dohoda č. Z201818860_Z uzatvorená medzi Záchranou službou Košice, so sídlom Rastislavova 43, 040 91 Košice, IČO: 00606731 na strane objednávateľa (ďalej len „objednávateľ“) a Vašou spoločnosťou K & M MEDIA s.r.o. so sídlom: Čierne 94, 023 13 Čierne, IČO: 44879806 na strane dodávateľa (ďalej len „dodávateľ“), predmetom ktorej bol záväzok dodávateľa dodať predmet rámcovej dohody „**Endotracheálne kanyly a príslušenstvo**“ – objednávateľovi, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v rámcovej dohode.

V súlade ustanoveniami rámcovej dohody ako aj Obchodných podmienok elektronického trhu týmto objednávateľ **odstupuje od Rámcovej dohody č. Z201818860_Z**, a to z dôvodu: dodávateľ síce predložil objednávateľovi vzorky jednotlivých položiek predmetu rámcovej dohody uvedením konkrétneho názvu, typu, v stanovenej lehote v zmysle ust. čl. II ods. 2.3 „*Osobitné požiadavky na plnenie*“ bodu 7 rámcovej dohody, ktoré ale v zmysle ust. čl. II ods. 2.2 Dohody **nezodpovedá špecifikácii** podľa Rámcovej dohody a objednávateľom boli zistené nasledovné skutočnosti:

Položka č.1: 1. Laryngeálna maska s nafukovateľnou manžetou č.2,5

V bode 1.3 popis položky č.1: sterilná, určená pre pacienta v rozmedzí od 10 do 25 kg, Vami ponúkaná Ambu AuraGain Disposable laryngeal mask nespĺňa kritériá váhového rozpätia v kritériách súťaže, Ambu AuraGain veľkosť 2,5 je určená pre pacientov s váhou od 20-30 kg, Ambu AuraGain veľkosť 2,0 pre pacientov s váhou 10-20 kg.

Položka č.2: 2. Laryngeálna maska s nafukovateľnou manžetou č.4

V bode 1.3 popis položky č.2: sterilná, určená pre pacienta v rozmedzí od 50-70kg a s **gastrickým kanálom pre odsávací katéter v:14 Fr**, vhodné na UPV-PPV. Vami ponúkaná Ambu AuraGain Disposable laryngeal mask veľkosť 4 s **gastrickým kanálom pre odsávací katéter v:16 Fr** nespĺňa kritériá súťaže v určenej šírke gastrického kanála pre odsávací katéter.


Položka č.3: 3. Laryngeálna maska s nafukovateľnou manžetou č.5

V bode 1.3 popis položky č.3: popis položky č.2: sterilná, určená pre pacienta nad 70kg a **s gastrickým kanálom pre odsávací katéter v:14 Fr** , vhodné na UPV-PPV. Vami ponúkaná Ambu AuraGain Disposable laryngeal mask veľkosť 5 **s gastrickým kanálom pre odsávací katéter v:16 Fr** nespĺňa kritériá súťaže v určenej šírke gastrického kanála pre odsávací katéter .


V nadväznosti na vyššie uvedené objednávateľ týmto **o d s t u p u j e** od Rámcovej dohody č. Z201818860_Z zo dňa 04.05.2018.

V súlade s čl. XVIII. Bodom 18.5 2.časti Obchodných podmienok elektronického trhu – Všeobecných zmluvných podmienok. „Odstúpenie musí mať písomnú formu, účinné je dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade pochybnosti sa má za to , že odstúpenie je doručené tretí deň odo dňa jeho odoslania. **Odstúpením od Zmluvy zmluva zaniká ku dňu doručenia oznámenia jednej zmluvnej strany o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane**“.

S úctou



MUDr. Ľubica Bajeroanská. MPH
Záchraná služba Košice
Medicínsky riaditeľ



Ing. Martin Jaš
Záchraná služba Košice
Ekonomický riaditeľ

