

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:

Set kardiovaskulárny

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa / nesplňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty:			
Položka č. 1 - Jednorazové sety - Set kardiovaskulárny			
1.1	Rúško na stolík trojvrstvé, rozmer min. 140 x 190 cm, max. 150 x 200 cm; PE fólia (nepriepustná pre baktérie a tekutiny) 60g/m2 (absorbčný netkaný textil 30g/m2) - 1 ks	spĺňa	
1.2	Návlek na inštrumentačný stolík s antistatickou úpravou a teleskopickým skladaním, rozmer 80 x 145 cm; PE fólia (nepriepustná pre baktérie a tekutiny) 57g/m2 / absorbčný netkaný textil 55g/m2 - 1 ks	spĺňa	
1.3	U rúško trojvrstvé, dĺžka: rozmer min. 260 max. 290 cm, šírka min. 175cm max. 200 cm, s perineálnym krytím, lepiaci obvod v okolí U výstrihu v absorbčným vysokosavým krytím v rozmere dĺžka lepiaceho otvoru min. 100 max.120cm, šírka otvoru min. 20 max. 22 cm; PE fólia na strane pacienta , absorbčný netkaný textil 55g/m2, nepriepustná fólia 60g/m2 - 1 ks	spĺňa	
1.4	Hrudné rúško s incíznou fóliou rozmer dĺžka min. 310 max. 345cm , šírka hlavovej časti min. 260 max. 300 cm, šírka nožnej časti min. 195 max. 225 cm, trojvrstvé s otvorom min.32 max. 38 cm x min. 38 max. 42 cm a s integrovanou incíznou fóliou, po oboch bočných stranách s pevnými zbernými 3-komorovými vreckami a s otvormi na hadice v dolnej časti okolia operačného otvoru a fixným suchým zipsom na pravej strane 2 cm x 23 cm, s aktívnu savou zónou pod operačným otvorom v rozmere 100 x 75 cm; PE fólia na strane pacienta, absorbčný netkaný textil 55g/m2, vysoko savá vrstva netkaného textilu - 1 ks	spĺňa	
1.5	Rúško dvojvrstvé rozmer min. 150 x 175 cm, max. 160 x 180 cm; PE fólia na strane pacienta 25g/m2 / absorbčný netkaný textil 30g/m2 - 1 ks	spĺňa	
1.6	Rúško trojvrstvé s lepením po celom vrchnom okraji, rozmer 75 x 90 cm; PE fólia na strane pacienta 25g/m2, absorbčný netkaný textil 55g/m2 - 2 ks	spĺňa	
1.7	Rúško dvojvrstvé, rozmer 75 x 90 cm; PE fólia na strane pacienta 25g/m2 / absorbčný netkaný textil 30g/m2 - 1 ks	spĺňa	
1.8	Návlek na dolné končatiny – „papučka“ rozmer min. 24 x 37 cm max. 25 x 50 cm - 2 ks	spĺňa	
1.9	Lepky na papučky 10 x 50 cm - 2 ks	spĺňa	
1.10	Vysoko savé utierky z netkanej textílie, rozmer min. 30 x 31 cm, max. 33 x 40 cm, - 6 ks	spĺňa	
1.11	Emitná miska 800 ml, 28 x 12 cm, tolerancia +2 cm	spĺňa	
1.12	Suchý zips, rozmer min. 2,5 x 23 cm, max. 3 x 24 cm	spĺňa	
1.13	Škrabka 5 x 5 cm, tolerancia +1cm	spĺňa	
1.14	Vrchnák na kadinku 10 cm - 1 ks	spĺňa	
1.15	Kadinka 250 ml transparentná, kalibrovaná, rozmer 9,3 x 5,4 cm- 1 ks	spĺňa	
1.16	Kadinka 250 ml modrá, kalibrovaná, rozmer 9,3 x 5,4 cm - 1 ks	spĺňa	
1.17	Odsávač PVC od CH18, do 20CH, dĺžka 15,5 cm - do 16,5 cm – valcový s dierkou - 1 ks	spĺňa	
1.18	Striekačka luer 20 ml - 2 ks	spĺňa	
1.19	Čepielka č. 23 - 2 ks	spĺňa	
1.20	Čepielka č. 15 - 1 ks	spĺňa	
1.21	Čepielka č. 11 - 1 ks	spĺňa	
1.22	Ihla čierna 22G, 0,7x50 mm (+tolerancia 10 mm pri dĺžke) - 1 ks	spĺňa	
1.23	Ihla oranžová 25G, 0,50x25 mm-(+tolerancia 5 mm pri dĺžke) 1 ks	spĺňa	

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky

1.24	Kadinka 250 ml žltá, kalibrovaná, rozmer 9,3 x 5,4 cm - 1 ks	spĺňa	
1.25	Infúzna súprava - 1 ks	spĺňa	
1.26	Krycia náplast' s ochranným vankúšikom min. 9 x 34 cm, max. 10 x 36 cm	spĺňa	
1.27	Rukavice sterilné bezpudrové latexové 6,5	spĺňa	
1.28	Rukavice sterilné bezpudrové latexové 7,5	spĺňa	
1.29	Skladanie setu po otvorení : utierka 1ks, rukavice 6,61/2, návlek na ideálku, ďalšie položky ľubovoľne	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

HARTMANN-RICO spol.s r.o.

Sídlo uchádzača:

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO:

31351361

DIČ:

2020300073

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:

Meno a priezvisko:

Jana Bialko

Pracovné zaradenie:

Key account manager

Telefónne číslo:

421 940 401 530

E-mail:

jana.bialko@hartmann.info

V: Bratislava

Podpis a pečiatka:

Dňa: 1.7.2022

Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:

Ing. Marek Třeška, MBA, konateľ
MVDr. Ondrej Gutyan, prokurista

Poznámka:

 - povinné údaje vyplní uchádzač