

Príloha č. 1 Súťažná ponuka

Verejný obstarávateľ: Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

Zákazka: Prenosný viacparametrový monitor vitálneho pacienta s príslušenstvom

Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno uchádzača	Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o.
Adresa alebo sídlo uchádzača	Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO	46378979
Kontaktná osoba	Ing. Jaroslav Tonkovič
e-mail	0903796623
telefón	livia.ruckay@messermedical.sk

Návrh na plnenie kritérií:

Prenosný viacparametrový monitor vitálneho pacienta s príslušenstvom	
Cena za 1ks	1.812,- €
Cena za 4 ks	7.248,- €
Cena celkom bez DPH – kritérium na vyhodnotenie ponúk	7.248,- €
DPH	1.449,60 €
Cena celkom s DPH	8.697,60 €

Špecifikácia ponuky:


Ponúkané zariadenie	Názov výrobcu	Názov a typ zariadenia
	Shanzen Hwatime Biological medical electronics Co.,Ltd.	Patient Monitor XM550
Názov požiadavky	Min. požiadavky, parametre	Ponúkané parametre
funkcia	štandardné monitorovanie pacienta, ktoré umožňuje sledovanie základných vitálnych funkcií min.: EKG, neinvazívny tlak, saturácia O ₂ , teplota, pulz, spirometria.	Áno, umožňuje sledovanie aj základných vitálnych funkcií ako sú EKG, neinvazívne meranie krvného tlaku, saturácia O ₂ , teplotu, pulz a spirometriu.
hmotnosť prístroja	max. 5 kg	Hmotnosť prístroja je 4,5kg.
uhlopriečka monitora	plnofarebný dotykový TFT displej, min. 6,5 palca	Áno, plne farebný dotykový TFT displej, 10,1' palca
prstové snímače SpO ₂	min. 4 ks	Áno
manžety na meranie tlaku NIBP	min. 4 ks	Áno
funkcie merania	moduly k monitoru na meranie fyziologických	Áno, meranie EKG, Meranie neinvazívneho krvného

	funkcii pacienta: min. 1. EKG 2. meranie tlaku neinvazívny 3. meranie SpO2 saturácia 4. meranie teploty Quick Oral Temp alebo Infrared Ear Temp 5. meranie pulzu 6. spirometria	tlaku, meranie SpO2 saturácie, meranie teploty Quick Oral, Temp, meranie pulzu a aj spirometria.
napájanie	elektrické napájanie 230V / 50Hz, so záložným napájaním vstavaným akumulátorom	Áno, elektrické napájanie 230V/50Hz, aj so záložným napájaním/vstavaným akumulátorom
príslušenstvo pre detského pacienta - prstový snímač SpO2	prstový snímač SpO2 pre deti, min. 1 ks	Áno
príslušenstvo pre detského pacienta – manžety na meranie tlaku	manžety na meranie tlaku pre deti - veľkosti pre menšie deti, väčšie deti min. 4 ks	Áno
pamäť	min. 500 hodín plného záznamu	680 hodín plného záznamu pre Trendy a grafy trendov
prevádzka na zabudovanom akumulátore	min. 2 hod.	Áno
záručná doba - prístroj	min. 24 mesiacov	Áno
záručná doba - príslušenstvo	min. 12 mesiacov	Áno
ostatné požiadavky dodávky	inštalácia, zaškolenie, servis	Áno, inštalácia, profesionálne zaškolenie a servis

Čestné vyhlásenie:

Zároveň týmto čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V Novom Meste nad Váhom dňa 11.7.2022


Ing. Jaroslav Tonkovič

Podpis štatutárneho zástupcu

Ponuku podpíše štatutárny zástupca uchádzača, alebo ním splnomocnená (určená) osoba.

