

Príloha č. 1

Typový list lekárskeho prístroja

COBAS INTEGRA[®] 400 plus analyzer

Časť A - Špecifikácia lekárskeho prístroja

1. Systém:	stolový plnoautomatický klinickobiochemický analyzátor 4 meracie princípy (absorbčná fotometria, turbidimetria, fluorescenčná polarizácia, iónoselektívna elektródová potenciometria)
2. Výkon:	do 300 fotometrických testov/hod., do 400 fotometrických testov + ISE/hod.
3. Materiál vzorky:	sérum, plazma, CSF, moč, plná krv, hemolýzát
4. Kapacita pre vzorky:	90 vzoriek na palube naraz v 6 RD 15-pozíčných stojanoch
5. Typy vzorkových skúmaviek:	primárne 5, 7 a 10 ml sekundárne 0,5 – 2,5 ml cobas cup, Eppendorf cup, HIT standard cup, HIT microcup definovateľné
6. Objem vzorky:	2 – 10 µl/test; ISE - režim Indirect 20 µl, režim Direct 97 µl
7. Čiarový kód pre vzorky:	Code128, Codabar 2 zo 7, Interleaved 2 z 5, Code 39
8. Reagencie:	32 kaziet, 50 – 800 testov/kazetu v závislosti od testu 8 stojanov po 4 kazetách na palube (chladené na 10° až 15 °C)
9. Kyvety:	jednorazové, na palube k dispozícii 1000 ks s meracím objemom 120-240 µl
10. Spotreba vody:	do 2 l/hod. v pracovnom režime
11. Kontrolná jednotka:	HP Workstation s Windows XP, Intel Pentium IV s 512 MB RAM
12. Rozhranie:	RS 232 obojsmerne + modem pre externú komunikáciu
13. Požiadavky na pripojenie do elektrickej siete:	100 -125/200-240 V AC, 50 alebo 60 Hz spotreba 1200 VA
14. Rozmery:	dĺžka 135 cm, šírka 66 cm, výška 75 cm
15. Hmotnosť:	230 kg
16. Certifikácia:	CE, UL, C-UL
17. Príslušenstvo lekárskeho prístroja ¹ :	03310264001 Table COBAS INTEGRA [®] 400 plus Man. Box oper. Integra 400 plus SK 28048762001 RD 15 Rack Sample 28086834001 Adapter for cup samples 30 ks DHP2035 Printer HP 2035 local item UPS 21029371001 Electrode ISE Sodium 21029355001 Electrode ISE Potassium 03003523001 Electrode ISE Chlorine Integra 21029398001 Electrode ISE Ref.

¹V konkrétnom obchodnom prípade môže byť dodané všetko uvedené príslušenstvo alebo len niektoré. Presný zoznam dodaného príslušenstva lekárskeho prístroja bude uvedený v preberacom protokole.

Časť B - Špecifikácia servisu pri nájme

Servisná organizácia⁵:	Autorizovaný servis Roche Slovensko s.r.o., Divízia Diagnostics, Pribinova 19, 811 09 Bratislava 1
Autorizovaný servis:	bezplatné odstránenie porúch na prístroji majúce pôvod v povahe prístroja bezplatná preventívna údržba (servisná prehliadka), 2 x za 12 mesiacov odplatný servis porúch prístroja nad rámec bezplatného servisu
Servisná prehliadka:	Spoločnosť Roche Slovensko, s.r.o. vykoná na žiadosť zákazníka periodickú servisnú prehliadku prístroja 2x za obdobie 12 mesiacov ktorej obsahom je: a) Vyčistenie vnútorných častí prístroja b) Namazanie pohyblivých mechanických častí c) Výmena ND z údržbového kitu d) Justácia a otestovanie funkčnosti v diagnostickom programe
Bezplatný servis sa nevzťahuje na dodávanie nasledovného spotrebného materiálu⁶:	a) Nevzťahuje sa b) c) d)
Bezplatný servis sa nevzťahuje na nasledovné náhradné diely lekárskeho prístroja:	28088144001 Syringe 250uL 28058296001 Syringe 5mL Complete 28078165001 Probe Set Integra 400/400Plus
Bezplatný servis UPS nezahŕňa (hradené nájomcom):	1. spotrebný materiál 2. náhradné diely

⁵ Akýkoľvek zásah do prístroja je oprávnená urobiť iba osoba na to oprávnená podľa všeobecných platných predpisov, s odborným vzdelaním a skúsenosťami, ktorá je servisným partnerom výrobcu alebo spoločnosti Roche Slovensko, s.r.o. alebo zamestnancom spoločnosti Roche Slovensko, s.r.o.

⁶ Dodávky reagensov a spotrebného materiálu sa uskutočňujú na základe osobitných objednávok zákazníka.