

Názov predmetu zákazky:
Operačný stôl prenosný

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Operačný stôl prenosný			
1.	Operačný stôl vyššieho štandardu pre potreby cievnej chirurgie a kardiochirurgie so základňou stola	spĺňa	
2.	Nosnosť operačného stola v štandardnej zostave min. 450 kg	spĺňa	
3.	Motorizované výškové nastavenie v rozsahu min. 575 -1055 mm	spĺňa	
4.	Motorizovaný náklon dosky stola do trendelenburgovej / antitrendelenburgovej polohy v rozsahu min. -25°/+30°	spĺňa	
5.	Motorizovaný laterálny sklon v rozsahu min. +/- 20°	spĺňa	
6.	Motorizovaný sklon chrbtového dielu v rozsahu min. -40°/+75°	spĺňa	
7.	Motorizovaný sklon nožných dielov v rozsahu min. +50°/-90°	spĺňa	
8.	Motorizovaný longitudálny - pozdĺžny posun dosky stola min. 310 mm	spĺňa	
9.	Šírka dosky stola min. 530 mm, max. 550 mm	spĺňa	
10.	Použitie karbónovej dosky musí umožniť prístup C ramena k doske stola, bez prekážok, t.j. čistý priestor o dĺžke min. 1600 mm	spĺňa	
11.	Počet rýchlostí pre nastavenie polohovania jednotlivých dielov stola (spoločne alebo aj samostatne) min. 3	spĺňa	
12.	Možnosť navolenia si polôh a ich uloženia do pamäte ovládača. Počet mies v pamäti ovládača min. 10	spĺňa	
13.	Možné ovládanie stola: záložné na nohe stola, diaľkové bezdrôtové aj káblové	spĺňa	
14.	Diaľkový bezdrôtový ovládač stola s farebným dotykovým displejom zobrazujúcim nastavenie stola s uvedením uhlov sklonov jednotlivých častí dosky stola pre ľahkú orientáciu	spĺňa	
15.	Displej ovládača s farebným rozlíšením jednotlivých dielov dosky stola pre ľahkú identifikáciu.	spĺňa	
16.	Záložné ovládanie na nohe stola - dostupné aj pri zlyhaní ovládania diaľkovým alebo nožným ovládačom.	spĺňa	
17.	Minimálne 4 preddefinované polohy stola: 0-poloha, flex poloha, reflex poloha, poloha kresla (beach chair) a pamäť pre ďalších aspoň 10 nastavení	spĺňa	
18.	Možnosť prepnutia ovládača do reverzného vyskladania stola, pre minimalizáciu chybového polohovania.	spĺňa	
19.	Rozhrania hlavnej dosky stola rovnaké v sedacej časti ako v chrbtovej časti, pre rýchle a jednoduché premiestnenie a zámenu jednotlivých dielov stola.	spĺňa	
20.	Hlavový diel s rovnakým rozhraním ako chrbtový diel a zároveň sklopný/výklopný v 2 pároch kĺbov - použiteľný pre lumbotomickú polohu pacienta bez potreby vypodloženia hlavy pacienta	spĺňa	
21.	Motorizované ovládanie končatín kolenných podpier nôh pacienta - polosed	spĺňa	
22.	Matrace operačného stola s antidekubitnými vlastnosťami - dvojvrstvové,s pamäťovou penou a paropriepustným a vodeodolným potahom.	spĺňa	
23.	Vybavenosť stola:		
23.1	mobilná základňa stola s hlavnou doskou s matracou a s elektrickým bezkáblovým aj káblovým ovládaním (1 ks)	spĺňa	
23.2	bezkáblový a káblový diaľkový ovládač s nabíjacou stanicou a farebným dotykovým displejom (1 ks)	spĺňa	
23.3	nožný segment s matracou, 2 dielny so 4 kĺbami (1 ks)	spĺňa	
23.4	chrbtový predlžovací, obojstranne použiteľný diel s matracou (1 ks)	spĺňa	

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky

23.5	hlavový diel s 2 párami kĺbov, vybavený s matracou, sklopný v dvoch kĺboch t.j. využiteľný aj pre laterálnu polohu pre vypodloženie hlavy pacienta bez nutnosti použiť podložku pod hlavu (1 ks)	spĺňa	
23.6	postranné podpery horných končatín so svorkou na eurolištu, odklopným ramenom, výškovo nastaviteľné a s guľovým kĺbom pre rôzne polohovanie (1 ks)	spĺňa	
23.7	postranná podpera hornej končatiny so suchým zipsom a svorkou na eurolištu (2 ks)	spĺňa	
23.8	rám zásteny anestéziológa (1 ks)	spĺňa	
23.9	upínací pás na ruku s uchytením na anestéziologický rám (1 ks)	spĺňa	
23.10	karbónový chrbtový diel o dĺžke min. 1100 mm, pripojiteľné do nožnej aj chrbtovej časti hlavnej dosky (2 ks)	spĺňa	
23.11	3 kĺbové rameno pre bočnú podperu pacienta (2 ks)	spĺňa	
23.12	bočná podpera pacienta s matracou o veľkosti min. 14 x 17 cm (2 ks)	spĺňa	
23.13	radiálne svorky s otočným otvorom o priemere 16 - 18 mm (4 ks)	spĺňa	
23.14	infúzna tyč s min. 2 háčikmi, teleskopická (1 ks)	spĺňa	
23.15	pásy pre fixáciu dolných končatín v lýtkovej časti (2 ks)	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO:

DIČ:

Surgitech, sr.o.

Pri suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava

50197975

2120238736

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa špecifikácií:

Meno a priezvisko:

Pracovné zaradenie:

Telefónne číslo:

E-mail:

Ing. Zdenko Orosz

obchodný zástupca

+421 911 901 806

zdenko.orosz@gmail.com

V: Bratislava

Dňa: 12.8.2022

Podpis a pečiatka:

Ing. Peter Šumichrast

Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:

Poznámka:

 - povinné údaje vyplní uchádzač

Príloha č. 2
Štruktúrovaný rozpočet ceny

Názov predmetu zákazky:

Operačný stôl prenosný

P.č.	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ	Obchodný názov ponúkaného tovaru	Názov výrobcu ponúkaného tovaru	Katalógové číslo	Kód ŠUKL	Kategorizačný kód	Číslo rozhodnutia	Jednotková cena za MJ				Celková cena za požadovaný počet MJ	
										bez DPH	sadzba DPH v %	DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Operačný stôl prenosný	ks	1	MEERA	MAQUET GmbH	7200	-	trieda I		55 832,50 EUR	20%	11 166,50 EUR	66 999,00 EUR	55 832,50 EUR	66 999,00 EUR

Doplňujúce informácie:

1	Termín dodania	60	pracovných dní
2	Záručná doba	24	mesiacov
3	Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby	70,00 EUR	na hodinu
4	Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%.	0%	zľava

Obchodný názov uchádzača: **Surgitech s.r.o.**
Sídlo uchádzača: **Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava**
IČO: 50197975

Kontaktná osoba: Ing. Zdenko Orosz
Telefónne číslo: +421 911 901 806
E-mailová adresa: zdenko.orosz@surgitech.sk

V: Bratislave
Dňa: 12.8.2022

Poznámka:

- povinné údaje vyplní uchádzač

- cena, ktorú uchádzač vloží do systému JOSEPHINE

- kritérium na vyhodnotenie

podpis: _____

meno: **Ing. Peter Šumichrast**
pracovná pozícia: konateľ
pečiatka:

Príloha č.3

Zoznam subdodávateľov

Názov predmetu zákazky:

Operačný stôl prenosný**ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV**

V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:

1. údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. uvedenie predmetu subdodávky
4. percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.

P.č.	Subdodávateľ	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	% podiel subdodávok	Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	bez subdodávateľa				

V: Bratislava

Dňa: 12.8.2022

Podpis a pečiatka:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie: **Ing. Peter Šumichrast**

Poznámka:

 - povinné údaje vyplní uchádzač