

Názov predmetu zákazky:
Jednorázový bronchoskop

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky						Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
						spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Bronchoskop veľkosť 5.0/2.2 - veľkosť 2		jednotka	minimum	maximum	presne	xxx	
1.	Množstvo	ks			35	spĺňa	
2.	Vnútorný priemer ETK	mm	6			spĺňa	
3.	Veľkosť KRK	Fr	41			spĺňa	
4.	Šírka pracovného kanála EP	mm	2			spĺňa	
5.	Vonkajší priemer	mm	5	5,5		spĺňa	
6.	Vnútorný priemer	mm	2			spĺňa	
7.	Ohýbateľná časť ¹	°	-180	180		spĺňa	
8.	Priemer zavádzacej hadičky	mm (°)			5 (0,20)	spĺňa	
9.	Priemer distálneho konca	mm (°)			5,4 (0,21)	spĺňa	
10.	Priemer zavádzacej časti	mm (°)		5,5 (0,22)		spĺňa	
11.	Veľkosť endotracheálnej kanyly (vnútorný priemer)	mm	6			spĺňa	
12.	Veľkosť kanyly s rozdvojeným koncom (vnútorný priemer)	Fr	41			spĺňa	
13.	Pracovná dĺžka	mm (°)			600 (23,6)	spĺňa	
14.	Šírka kanála	mm (°)	2,0 (0,079)			spĺňa	
15.	Veľkosť a rozhranie pracovnej časti bronchoskopu	5.0 / 2.2				spĺňa	
16.	Farebné rozlíšenie veľkosti	áno (zelená)				spĺňa	
17.	Optický systém:					xxx	
18.	Zorné pole	°	-85			spĺňa	
19.	Hĺbka poľa	mm	-6	50		spĺňa	
20.	Spôsob osvetlenia:	svetelná dióda (LED)				spĺňa	
21.	Konektor na odsávanie:	vnútorný priemer spojovacej hadice ID (mm) - O7 +/- 1				spĺňa	
Položka č. 2 - Bronchoskop veľkosť 5.8/2.8 - veľkosť 3		jednotka	minimum	maximum	presne		
1.	Množstvo	ks			70	spĺňa	
2.	Vnútorný priemer ETK	mm	7			spĺňa	
3.	Šírka pracovného kanála EP	mm	2,6			spĺňa	
4.	Vonkajší priemer	mm	5,8	6,3		spĺňa	
5.	Vnútorný priemer	mm	2,6			spĺňa	
6.	Ohýbateľná časť ¹	°	-180	180		spĺňa	
7.	Priemer zavádzacej hadičky	mm (°)			5,8 (0,23)	spĺňa	
8.	Priemer distálneho konca	mm (°)			6,2 (0,24)	spĺňa	
9.	Priemer zavádzacej časti	mm (°)		6,3 (0,25)		spĺňa	
10.	Veľkosť endotracheálnej kanyly (vnútorný priemer)	mm	7			spĺňa	
11.	Pracovná dĺžka	mm (°)			600 (23,6)	spĺňa	
12.	Šírka kanála	mm (°)	2,6 (0,102)			spĺňa	
13.	Veľkosť a rozhranie pracovnej časti bronchoskopu	5.8 / 2.8				spĺňa	
14.	Farebné rozlíšenie veľkosti	áno (oranžová)				spĺňa	
15.	Optický systém:					xxx	
16.	Zorné pole	°	-85			spĺňa	
17.	Hĺbka poľa	mm	-6	50		spĺňa	
18.	Spôsob osvetlenia:	svetelná dióda (LED)				spĺňa	
19.	Konektor na odsávanie:	vnútorný priemer spojovacej hadice ID (mm) - O7 +/- 1				spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:

MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1, 851 01 Bratislava
173 12 001
2020293121

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa špecifikácií:

Meno a priezvisko:

Pracovné zaradenie:

Telefónne číslo:

E-mail:

V: Bratislava

Dňa: 8.8.2022

MVDr. Eva Dobriková

obchodný zástupca

0911407332

edobrikova@meditrade.sk

obchod@meditrade.sk

Podpis a pečiatka:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:

Ing. Pavel Bohdal

Poznámka:

- povinné údaje vyplni uchádzač