

Kúpna zmluva č. Z20229236_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo: Safárikovo nám. 6, 81499 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
IČ DPH: SK2020845332
Telefón: 0259244617

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Hermes LabSystems, s.r.o.
Sídlo: Púchovská 12, 831 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35693487
DIČ: SK2020310083
IČ DPH: 2020310083
Bankové spojenie: IBAN: SK9111000000002626040775
Telefón: +421 2 49206938

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Multifunkčná stolová centrifúga
Kľúčové slová: centrifúga, biologické vzorky, roztoky
CPV: 42931120-8 - Stolné odstredivky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Multifunkčná stolová centrifúga

Funkcia				
Multifunkčná stolová centrifúga s vymeniteľnými rotormi: uhlovým rotorom pre 50 ml kónické a okrúhle centrifugačné skúmavky a uhlovým rotorom pre 15 ml kónické a okrúhle centrifugačné skúmavky s adaptérom pre 1,5/2,0 ml centrifugačné skúmavky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Multifunkčná stolová centrifúga	rozsah minimálnych otáčok: (200-250) rpm			
Multifunkčná stolová centrifúga	rozsah maximálnych otáčok: (6000-6500) rpm			
Multifunkčná stolová centrifúga	maximálna relatívna odstredivá sila: 4400xg-4500xg			
Multifunkčná stolová centrifúga	95-105 uložitelných programov v pamäti			
Multifunkčná stolová centrifúga	10-12 akceleračných stupňov			
Multifunkčná stolová centrifúga	10-12 deceleračných stupňov			
Multifunkčná stolová centrifúga	požadované vybavenie dvojriadkovým LCD displejom s podsvietením			
Multifunkčná stolová centrifúga	požadované vybavenie motorizovaným zámkom veka			
Multifunkčná stolová centrifúga	hmotnosť netto: 10-11 kg			
Multifunkčná stolová centrifúga	úroveň hluku: maximálne 65 ±2 dB			

Multifunkčná stolová centrifúga	spotreba energie: (100 -120) W
Multifunkčná stolová centrifúga	časovač: (10s - 100 hodín)
Multifunkčná stolová centrifúga	možnosť nepretržitého chodu
Multifunkčná stolová centrifúga	požadovaná bezpečnostná certifikácia CE, FCC
Multifunkčná stolová centrifúga	rozmery (HxVxŠ): (390-400) mm x (260-270) mm x (290-300) mm
Multifunkčná stolová centrifúga	napájanie (220-230)V/50-60 Hz
Uhlový rotor pre 50 ml kónické a okrúhle centrifugačné skúmavky	kompatibilita s centrifúgou s vyššie špecifikovanými technickými požiadavkami
Uhlový rotor pre 50 ml kónické a okrúhle centrifugačné skúmavky	kapacita: minimálne 6 x 50 ml
Uhlový rotor pre 50 ml kónické a okrúhle centrifugačné skúmavky	maximálne otáčky: (6000-6500) rpm
Uhlový rotor pre 50 ml kónické a okrúhle centrifugačné skúmavky	maximálna relatívna odstredivá sila: 4400xg-4500xg
Uhlový rotor pre 50 ml kónické a okrúhle centrifugačné skúmavky	hmotnosť: (1,4 -1,5) kg
Uhlový rotor pre 50 ml kónické a okrúhle centrifugačné skúmavky	maximálna nakladacia výška: (110-120) mm
Uhlový rotor pre 50 ml kónické a okrúhle centrifugačné skúmavky	maximálna nakladacia hmotnosť: (425-435) g
Uhlový rotor pre 50 ml kónické a okrúhle centrifugačné skúmavky	rozmery (HxVxŠ): (115-120) mm x (115-120) mm x (90-95) mm
Uhlový rotor pre 50 ml kónické a okrúhle centrifugačné skúmavky	rozmer (Ø): (115-120) mm
Uhlový rotor pre 50 ml kónické a okrúhle centrifugačné skúmavky	uhol rotora: (39 °-42 °)
Uhlový rotor pre 15 ml kónické a okrúhle centrifugačné skúmavky	kompatibilita s centrifúgou s vyššie špecifikovanými technickými požiadavkami
Uhlový rotor pre 15 ml kónické a okrúhle centrifugačné skúmavky	kapacita: minimálne 12 x 15 ml
Uhlový rotor pre 15 ml kónické a okrúhle centrifugačné skúmavky	maximálne otáčky: (6000-6200) rpm
Uhlový rotor pre 15 ml kónické a okrúhle centrifugačné skúmavky	maximálna relatívna odstredivá sila: 4400xg-4500xg
Uhlový rotor pre 15 ml kónické a okrúhle centrifugačné skúmavky	hmotnosť netto: (1,5 -1,6) kg
Uhlový rotor pre 15 ml kónické a okrúhle centrifugačné skúmavky	maximálna nakladacia výška: (100-120) mm
Uhlový rotor pre 15 ml kónické a okrúhle centrifugačné skúmavky	rozmery (HxVxŠ): (115-120) mm x (115-120) mm x (90-95) mm
Uhlový rotor pre 15 ml kónické a okrúhle centrifugačné skúmavky	rozmer (Ø): minimum: (115-120) mm
Uhlový rotor pre 15 ml kónické a okrúhle centrifugačné skúmavky	uhol rotora: (30 °-32 °)
Adaptéry pre 1,5/2,0 ml centrifugačné skúmavky	kompatibilita s vyššie špecifikovaným uhlovým rotorom pre 15 ml kónické a okrúhle centrifugačné skúmavky
Adaptéry pre 1,5/2,0 ml centrifugačné skúmavky	minimálne 12 ks
Adaptéry pre 1,5/2,0 ml centrifugačné skúmavky	priemer: presne 11 mm

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu a kvalite I. triedy. Dodaný tovar, bude nový a nepoužitý. Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ bol autorizovaným obchodným zástupcom dodávanej značky centrifúgy.

Úhrada plnenia bude uskutočnená po dodaní objednaného tovaru na základe doručenej faktúry s uvedením jednotkových cien, DPH a celkovej ceny s DPH. Požaduje sa predložiť funkčnú a technickú špecifikáciu, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presného názvu (obchodnej značky) predmetu zákazky do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy.

V prípade nedodržania technických parametrov na predmet zákazky, uvedených v technickej špecifikácii a požiadaviek objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy a verejný obstarávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov zmluvných strán.

Cena je maximálna vrátane všetkých ekonomicky oprávnených nákladov úspešného uchádzača vynaložených v súvislosti s dodávkou predmetu plnenia kúpnej zmluvy, napr. obaly na prepravu tovaru, doprava na miesto vyložením tovaru na konkrétne miesto ako aj inštalácia a zaškolenie zamestnancov.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava
Obec: Bratislava
Ulica: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Špitálska 24, 813 72 Bratislava

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.09.2022 08:00:00 - 20.12.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kompletný predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 610,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 932,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20229236

V Bratislave, dňa 12.09.2022 14:36:01

Objednávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Hermes LabSystems, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska