

Názov predmetu zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzatváracie systémy vrátane príslušenstva

Špecifikácia predmetu zákazky

Časť č. 4: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na perkutánne implantovateľné uzávěry uška ľavej predsiene vrátane príslušenstva

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Okluzor			
1.	požaduje sa okluzný systém indikovaný na uzáver uška ľavej predsiene zavádzaný perkutánne katetrizačnou metódou,	spĺňa	
2.	požaduje sa samo-tvarovateľný a samo-expandovateľný systém,	spĺňa	
3.	požaduje sa plne reponibilná schopnosť systému,	spĺňa	
4.	uzáver musí pozostávať:	spĺňa	
4.1	z nítinového materiálu z dvoch častí: z disku a tela uzáveru opatreného nítinovými háčikmi,	spĺňa	
4.2	vo veľkosti uzáveru od 16 do 34mm,	spĺňa	
4.3	dĺžka tela uzáveru od 7,5 do 10mm,	spĺňa	
4.4	priemer disku od 22 do 44mm,	spĺňa	
5.	systém musí byť opatrený prvkami umožňujúcimi RTG vizualizáciu.	spĺňa	
Položka č. 2 - Vodiaci drôt (príslušenstvo)			
1.	určený na zavedenie uzáveru do uška ľavej predsiene.	spĺňa	
Položka č. 3 - Zavádzací systém (príslušenstvo)			
1.	požaduje sa zavádzací systém 12-14 Fr.	spĺňa	
Služby spojené s implantáciou špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ďalej len "ŠZM") počas trvania zmluvného vzťahu, ktoré musia byť zahrnuté v cene ŠZM			
a)	Požaduje sa, aby uchádzač zabezpečil pred prvou implantáciou ŠZM odborné zaškolenie pre maximálne troch lekárov verejného obstarávateľa v školiacom zariadení (pracovisko, ktoré vykonáva implantácie ŠZM) a to najneskôr 30 dní pred prvou implantáciou, ktorému bude po zaškolení školiacim zariadením vydané potvrdenie o zaškolení.	spĺňa	
b)	Požaduje sa, aby uchádzač zabezpečil v školiacom zariadení (pracovisko, ktoré vykonáva implantácie ŠZM) medicínsko-technickú podporu zahŕňajúcu zabezpečenie školiteľa - lekára s implantačnými skúsenosťami LAAO, resp. technického špecialistu pri výkone ako aj konzultácie a periprocedurálne merania uška ľavej predsiene pre maximalizáciu úspešnosti implantácií realizovaných verejným obstarávateľom.	spĺňa	

Príloha č. 1 RD

Špecifikácia predmetu zákazky

c)	Požaduje sa, aby v prípade výmeny okluzora z dôvodu nevyhovujúcej pozície počas implantácie za inú veľkosť – tzv. missizing, bol nevyhovujúci okluzor plne dobropisovaný uchádzačom, verejný obstarávateľ je povinný k objednávke týkajúca sa vymeneného okluzora priložiť vždy správu o výkone, v ktorej bude potreba výmena riadne zaznamenaná a odôvodnená.	spĺňa
----	--	-------

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Donská 61, 841 06 Bratislava

IČO:

35757329

DIČ:

2020253730

V: Bratislave

Dňa: 09.05.2018

.....
Ing. Silvia Augustinová
konateľ