

Názov predmetu zákazky:
Pristroje na monitorovanie pacientov s implantovaným kardioverter defibrilátorom

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Prístroje na monitorovanie pacientov s implantovaným kardioverter defibrilátorom			
1.	Požaduje sa diaľkový monitorovací systém určený na:	spĺňa	
1.1	monitorovanie pacientov s implantovaným ICD	spĺňa	
1.2	prenos informácií z implantovaného srdcového zariadenia (ICD, CRT-D) od výrobcu SORIN Group/Microport Italia S.r.l.	spĺňa	
2.	Srdcové zariadenie je vybavené vysielateľom, ktorý odosiela klinické informácie a parametre zariadenia lekárovi cez systém monitor SMARTVIEW za pomoci rádiových frekvenčnej bezdrôtovej technológie.	spĺňa	
3.	Údaje načítané pomocou systému monitor SMARTVIEW sa odošlú cez mobilnú sieť a prevedú do formátu, ktorý je možné nahlásiť lekárovi.	spĺňa	
4.	Požaduje sa systém monitor SMARTVIEW, ktorý je plne automatický systém, ktorý nevyžaduje v prevádzkovom režime žiadne špecifické zásahy.	spĺňa	
5.	Automaticky deteguje implantované srdcové zariadenie a klinické udalosti/výstrahy.	spĺňa	
6.	Požaduje sa aby výstrahy boli rozdelené podľa stupňa dôležitosti.	spĺňa	
7.	Požaduje sa aby údaje zo zariadenia boli reportované v PDF formáte, zhrnutie obsahuje terapie, tachogram, manažment zariadenia, ...	spĺňa	
8.	Rozmery zariadenia: V 59mm (tolerancia +5mm), Š 156mm (tolerancia +5mm), H 122mm (tolerancia +5mm).	spĺňa	
9.	Hmotnosť zariadenia: max. 300g.	spĺňa	
10.	Zdroj napájania: striedavé, 100-240V, 50-60 Hz, 250mA.	spĺňa	
11.	Veľkosť pamäte: min. 64Mb.	spĺňa	
12.	Napájací kábel: dĺžka od min. 1m do max. 2m.	spĺňa	
13.	Požaduje sa, aby uchádzač sprostredkoval uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb vzdialeného monitorovania s výrobcom, resp. distribútorom, ktorý tieto služby prostredníctvom uchádzačom dodávaného monitorovacieho systému poskytuje, o čom uchádzač predloží čestné vyhlásenie.	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Biomedica Slovakia, s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Drobného 27, 841 01 Bratislava

IČO:

35 849 258

DIČ:

2020239518

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:

Meno a priezvisko:

Ing. Andrea Kováčová

Pracovné zaradenie:

Market Access & Sales Support

Telefónne číslo:

421 911 735 161

E-mail:

Andrea.Kovacova@bmgrp.sk

V: Bratislava

Dňa: 5.9.2022

Podpis a pečiatka:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:

Mag. Karl Hirczy, konateľ