

4357/2022

Kúpna zmluva č.

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej v texte ako „zmluva“, v príslušnom gramatickom tvare)

Zmluvné strany

Kupujúci:

Názov organizácie: **Národný ústav detských chorôb**
Adresa organizácie: **Limbová 1, 833 40 Bratislava 37**
IČO: **00 607 231**
DIČ: **2020848368**
IČ DPH: **SK 2020848368**
Krajina: **Slovensko**
Zastúpený: **MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ**

ďalej v texte ako „Kupujúci“, v príslušnom gramatickom tvare

Predávajúci:

Obchodné meno: **Siemens Healthcare s.r.o.**
Sídlo/miesto podnikania: **Lamačská cesta 2/B, 841 04 Bratislava**
Krajina: **Slovenská republika**
Štatutárny zástupca: **Ing. Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ a konateľ**
Ing. Martin Petruf, finančný riaditeľ a konateľ
IČO: **48 146 676**
DIČ: **2120074869**
IČ DPH: **SK2120074869**
Bankové spojenie:
Číslo účtu / IBAN:
Tel./fax:
emailová adresa:

ďalej v texte ako „Predávajúci“, v príslušnom gramatickom tvare

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe verejného obstarávania nadlimitnej zákazky na predmet „Sktaskopicko-skiagrafická sklopná stena s dvomi detektormi a so stropným statívom – dlhé snímky“, v rámci ktorého sa úspešným uchádzačom stal Predávajúci.

Čl. I Predmet zmluvy

1. Predmet zmluvy je podrobne špecifikovaný v Opise predmetu zákazky/dodania a v Návrhu uchádzača na plnenie predmetu zákazky/dodania, ktoré tvoria prílohy tejto zmluvy. Tovar sa Predávajúci zaväzuje dodať vo vyhotovení, s výbavou a sprievodnou dokumentáciou podľa špecifikácie uvedenej v týchto prílohách.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar špecifikovaný v bode 1. článku I (ďalej v texte ako „Tovar“, v príslušnom gramatickom tvare) a Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť za Tovar dohodnutú kúpnu cenu, všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet plnenia podľa tejto zmluvy zahŕňa nasledovné záväzky Predávajúceho:
 - 3.1 Dodanie Tovarú do miesta plnenia;
 - 3.2 Inštaláciu Tovarú, ktorá spočíva v softvérovom a funkčnom oživení zariadení a synchronizácii jednotlivých komponentov;
 - 3.3 Testovanie funkčnosti Tovarú;
 - 3.4 Dodanie kompletnej technickej, prevádzkovej a používateľskej dokumentácie v slovenskom alebo českom jazyku;
 - 3.5 Odovzdanie predmetu plnenia bez väd;
 - 3.6 Prepojenie Tovarú s príslušnými informačnými systémami Kupujúceho;

- 3.7 Náklady na systémovú integráciu do Nemocničného informačného systému a jeho plnohodnotnú komunikáciu vrátane potrebných licencií;
- 3.8 Plnohodnotné zaškolenie určeného personálu Kupujúceho;
- 3.9 Komplexný záručný servis po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie a uvedenia do prevádzky Tovar;
- 3.10 Vykonanie preventívnej prehliadky pred uplynutím záručnej doby;
- 3.11 Zabezpečenie servisných služieb s plným krytím po dobu nasledujúcich 36 mesiacov po skončení záručnej doby, v rámci ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty:
- online pripojenie a diagnostika do 4 hodín od nahlásenia,
 - fyzický nástup technika na opravu na miesto inštalácie prístroja do 24 hodín od nahlásenia,
 - maximálna doba opravy bez dodania náhradného dielu do 48 hodín od nástupu na opravu,
 - maximálna doba opravy s dodaním náhradného dielu do 72 hodín od nástupu na opravu,
 - požiadavka na zabezpečenie lokálnych servisných technikov v min. počte 3 ľudí, ktorí zabezpečujú servis Tovar na území SR.
- 3.11.1 Servisné služby s plným krytím pozostávajú z/zo:
- zabezpečenia servisných služieb a technickej podpory Tovar - zabezpečovanie a/alebo vykonávanie všetkých opráv a úprav zariadenia vrátane prác zabezpečených servisným technikom a náhradných dielov, súčasťou náhradných dielov sa rozumie dodanie všetkých súčastí prístroja - Tovar, ktoré zabezpečujú jeho plnohodnotnú prevádzku,
 - rozsah technickej podpory zahŕňa návštevy servisného technika po oznámení, dodanie náhradných dielov, validáciu a záruku na náhradné diely, práca technika, čas, doprava,
 - o vykonaní servisu a technickej podpory je nutné vyhotoviť a doručiť záznam (servisný výkaz) s popisom činnosti a odpracovanými hodinami,
 - v cene paušálu je dodávka všetkých náhradných dielov potrebných pre opravu Tovar, vykonanie zmluvného počtu preventívnych údržieb podľa odporúčaní výrobcu, vrátane výmeny náhradných dielov predpísaných výrobcom pre výkon prevencie, vykonanie všetkých opráv vrátane dodania náhradných dielov, t. j. uvedenia Tovar do stavu plnej využiteľnosti jeho technických parametrov, náklady za prácu a dopravu/ubytovanie/pracovný čas servisného technika, aktualizácia programového vybavenia Tovar, spotrebný materiál.
4. Dodaný Tovar (a tiež náhradné diely) musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný a s príslušenstvom, musí spĺňať všetky funkčnosti, technické vlastnosti a kvalitu špecifikovanú v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Užívateľské rozhranie, manuál a nastavenia v slovenskom alebo českom jazyku.

Čl. II Kúpna cena

1. Kúpna cena za dodanie Tovar je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách ako maximálna. Kúpna cena je
- Cena bez DPH 328.403,50
 - Výška DPH v EUR 65.680,70
 - Cena vrátane DPH 394.084,20
2. Kúpnu cenou sa rozumie maximálna kúpna cena vrátane všetkých poplatkov súvisiacich s dodaním Tovar, a to najmä komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou Tovar (náklady na dopravu, poistenie prepravy, resp. iné náklady) ako aj všetkých služieb podľa článku I. bod. 3 tejto Zmluvy.

Čl. III Platobné podmienky

1. Platba za Tovar sa realizuje bezhotovostne prevodným príkazom na účet Predávajúceho, na základe faktúry vystavenej Predávajúcim a doručenej Kupujúcemu.
2. Platobné podmienky boli dohodnuté tak, že Kupujúci sa zaväzuje kúpnu cenu za Tovar podľa tejto zmluvy uvedenú v bode 1, článku II zmluvy zaplatiť na základe faktúry vystavenej dodávateľom.

3. Oprávnenie fakturovať kúpnu cenu vzniká Predávajúcemu momentom vystavenia preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Tovarú bez väd po inštalácii a uvedení Tovarú do prevádzky. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru najneskôr do piateho pracovného dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, ktorom došlo k dodaniu Tovarú a skutočnostiam podľa predchádzajúcej vety.
4. Miestom pre doručovanie faktúry s prílohou v písomnej forme je adresa Kupujúceho uvedená v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Predávajúci je povinný doručiť Kupujúcemu faktúru v minimálne štyroch vyhotoveniach. Predávajúcim predložená faktúra k úhrade musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra musí obsahovať najmä:
 - a. názov Tovarú,
 - b. deň dodania,
 - c. predmet úhrady,
 - d. IČO predávajúceho, obchodné meno predávajúceho, DIČ predávajúceho, IČ DPH predávajúceho, číselné označenie faktúry
 - e. identifikáciu zmluvy (prípadne dodatku k zmluve), v rámci ktorej sa dodanie tovarov realizuje
 - f. čiastku k úhrade (cena bez DPH, výška DPH (ak relevantné), cena vrátane DPH (ak relevantné),
 - g. splatnosť faktúry
 - h. bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý má byť faktúra uhradená.
5. Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa ich riadneho doručenia. Zmluvné strany vyhlasujú, že uvedená lehota nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 369 d Obchodného zákonníka SR.
6. Ak faktúra doručená Predávajúcim nespĺňa zákonné podmienky v zmysle osobitného predpisu resp. podmienky dohodnuté touto zmluvou, je Kupujúci oprávnený faktúru vrátiť Predávajúcemu na prepracovanie. V takomto prípade nie je Kupujúci v omeškani so zaplacením kúpnej ceny Predávajúcemu.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci nie je oprávnený postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky voči Kupujúcemu podľa § 524 Občianskeho zákonníka plynúce z tejto zmluvy alebo súvisiace s touto zmluvou na tretí subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho. Právny úkon, na základe ktorého Predávajúci postúpi svoje pohľadávky bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho na tretiu osobu, je neplatný. Akýkoľvek súhlas Kupujúceho s postúpením pohľadávok je platný iba v prípade, ak naň bol udelený predchádzajúci súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

Čl. IV Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný Tovar dodať v mieste dodania najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2. Presný termín dodania Tovarú (deň a hodinu) bude určený na základe dohody zmluvných strán najmenej sedem dní pred samotným dodaním Tovarú. Predávajúci písomne alebo prostredníctvom emailu oznámi Kupujúcemu predpokladaný možný deň dodania a začatia montáže Tovarú, ktorý Kupujúci potvrdí v prípade, ak je uvedený deň dodania pre neho vyhovujúci. Kupujúci sa zaväzuje, že navrhovaný termín bezdôvodne neodmietne.
3. Predávajúci je povinný dodať Tovar, ktorý je špecifikovaný v tejto zmluve nový a bez väd, v bezchybnom a plne funkčnom stave, v požadovanej a deklarovanej kvalite a pri odovzdaní pred podpisom Preberacieho protokolu je Predávajúci povinný predviesť jeho funkčnosť.
4. O dodaní Tovarú Predávajúcim a jeho prevzatí Kupujúcim spíšu Zmluvné strany písomný Preberací protokol, ktorý pripraví Predávajúci. Preberací protokol na znak súhlasu s obsahom osoby oprávnené konať v mene Predávajúceho a Kupujúceho podpíšu.
5. Podpisom Preberacieho protokolu po dodávke, inštalácii a uvedení Tovarú do prevádzky osobami oprávnenými konať v mene Kupujúceho a súčasne osobou oprávnenou konať v mene Predávajúceho sa považuje Tovar za dodaný. Kupujúci nie je povinný Preberací protokol podpísať, a to najmä ak Tovar vykazuje zjavné vady, prípadne vykazuje viditeľné znaky poškodenia, prípadne ak predávajúci odmietne

predviesť funkčnosť Tovarú pred prevzatím Kupujúcim.

6. Ak pri odovzdaní a prevzatí Tovarú budú zistené vady alebo nekompletnosť Tovarú, nepovažuje sa Tovar za riadne dodaný a záväzok Predávajúceho sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Kupujúci je oprávnený takto ponúknutý Tovar neprevziať, prípadne ho vrátiť (čo i len z časti) Predávajúcemu. Kupujúci však môže prevziať Tovar i v prípade, pokiaľ bude tento vykazovať vady, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu alebo v prípade, ak bude Tovar neúplný. V takomto prípade zmluvné strany v Preberacom protokole uvedú zistené vady a/alebo chýbajúce časti Tovarú a zároveň určia termín na ich odstránenie alebo doplnenie Tovarú Predávajúcim.
7. Odovzдание Tovarú sa uskutoční v mieste sídla Kupujúceho, na Rádiologickom oddelení NÚDCH.

Čl. V Záruka

1. Predávajúci vyhlasuje, že preberá záväzok, že dodaný Tovar bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a že si zachová dohodnuté a inak obvyklé vlastnosti minimálne po dobu záruky, ktorá je 24 mesiacov.
2. Záruka začína plynúť dňom podpísania Preberacieho protokolu obomi zmluvnými stranami.
3. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť Tovarú zavinená Predávajúcim, je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu škodu tým spôsobenú.
4. Pre nároky zo zodpovedností za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
5. V prípade zistených väd alebo nedorobkov Tovarú, resp. jeho častí (vrátane nedodržania predpísaných parametrov, resp. vlastností Tovarú alebo niektorej jeho častí) je Kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu nárok zo záruky za akosť Tovarú v rámci záručnej doby.
6. Vady Tovarú uvedené v Preberacom protokole zmluvné strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Kupujúceho.
7. Uplatnenie nároku zo záruky je Kupujúci povinný uplatniť písomne výzvou na odstránenie vady/väd Tovarú so stručným popisom jestvujúcej vady/väd Tovarú prípadne jeho častí.
8. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Kupujúceho zo záruky.
9. Predávajúci je povinný vykonať v prípade poruchy zariadenia servisnú odozvu maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah maximálne do 24 hodín v rámci pracovných dní od nahlásenia poruchy. Odstránenie väd prioritne spočíva v dodaní náhradného tovarú alebo jeho častí, resp. oprave Tovarú alebo jeho častí. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť a to tak, aby bolo možné v čo najkratšom čase vadu/vady odstrániť.
10. Ak Predávajúci po výzve Kupujúceho neodstráni vadu/vady v lehote najneskôr do 15 dní od doručenia písomnej výzvy a zmluvné strany sa nedohodnú inak, je Kupujúci oprávnený zabezpečiť odstránenie vady/väd Tovarú prípadne jeho časti na svoj účet treťou osobou. Takéto svoje rozhodnutie oznámi písomne Predávajúcemu.
11. Všetky náklady súvisiace s odstránením vady/väd Tovarú alebo jeho časti je povinný Predávajúci nahradiť Kupujúcemu najneskôr do desiatich dní od doručenia vyúčtovania nákladov Predávajúcemu. Kupujúci je povinný písomne oznámiť Predávajúcemu výšku nákladov vynaložených na odstránenie vady/väd Tovarú alebo jeho časti bez zbytočného odkladu po ich zaplatení. Nákladmi pre účely odstránenia vady diela sa rozumejú najmä všetky výdavky Kupujúceho súvisiace s dopravou, všetky výdavky súvisiace s prípadným posúdením vady/väd, výdavky na materiál a výdavky na prácu a pod..
12. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady spôsobené neodbornou prevádzkou, neodbornou obsluhou alebo neodbornou údržbou.

13. Predávajúci sa zaväzuje vykonávať pravidelné prehliadky Tovarú podľa intervalov stanovených výrobcou Tovarú.
14. Predávajúci je povinný vykonať okrem prehliadok Tovarú stanovených výrobcou Tovarú aj preventívnu prehliadku Tovarú pred uplynutím záručnej doby, a to v poslednom mesiaci plynutia záruky.

Čl. VI Servisné podmienky

1. Predávajúci je povinný na písomný pokyn kupujúceho vykonávať záručný servis.
2. Rozsah služieb pozáručného servisu a spôsob úhrady budú predmetom osobitného dojednania zmluvných strán.

Čl. VII Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Predávajúci nedodá Tovar riadne a včas Kupujúcemu, je Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny Tovarú za každý aj začatý deň omeškania s jeho dodaním, s výnimkou okolností objektívne vylučujúcich zodpovednosť Predávajúceho. Nárok Kupujúceho na náhradu škody zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý.
2. V prípade nedodržania lehoty splatnosti faktúry je Predávajúci oprávnený uplatniť si úrok z omeškania vo výške stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Zmluvná pokuta alebo úrok z omeškania sú splatné v stanovenej lehote na základe výzvy oprávnenej zmluvnej strany na ich zaplatenie.

Čl. VIII Vlastnícke právo

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Tovarú dňom podpísania Preberacieho protokolu Kupujúcim, v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve. Okamihom nadobudnutia vlastníckeho práva k Tovarú prechádzajú na Kupujúceho všetky riziká vyplývajúce z jeho užívania, vrátane jeho poškodenia, prípadne zničenia.

Čl. IX Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu, pokiaľ sú plnené podmienky na jej úhradu podľa tejto zmluvy.
2. Kupujúci je povinný dôkladne prezrieť Tovar pri jeho prevzatí od Predávajúceho a uplatniť nároky z väd Tovarú, pokiaľ dodaný tovar trpí vadami alebo je neúplný najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Uvedené nemá vplyv na nároky Kupujúceho z väd Tovarú v rámci záručnej doby podľa tejto zmluvy.
3. Predávajúci je povinný dodať Tovar riadne a včas a bez väd.
4. V súvislosti s dodávkou Tovarú do miesta dodania je Predávajúci povinný splniť nasledovné podmienky:
 - a) všetci pracovníci Predávajúceho, ktorí budú vykonávať činnosti v priestoroch Kupujúceho budú dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim Kupujúceho, ktorý bude zameraný na dodržiavanie opatrení zabezpečujúcich prevenciu vzniku a šírenia mikroorganizmov vyvolávajúcich nešpecifické nozokomiálne nákazy;
 - b) všetci zamestnanci a pracovníci Predávajúceho sú povinní dodržiavať zákaz fajčenia v celom areáli Objednávateľa.
5. Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet zmluvy.
6. Tovar bude balený, uložený a riadne zaistený pre účel prepravy podľa obvyklých zvyklostí.

7. Predávajúci je povinný Kupujúcemu poskytnúť presnú špecifikáciu parametrov prevádzkového miesta Tovar. Pred dodaním Tovar sa Predávajúci zaväzuje skontrolovať prevádzkové miesto, pričom pripravenosť je povinný Kupujúcemu písomne potvrdiť. V prípade, ak sa na Tovare vyskytnú vady z dôvodu nesprávnej pripravenosti prevádzkového miesta a Predávajúci jeho pripravenosť písomne potvrdil alebo sa k prevádzkovému miestu nevyjadril, považujú sa tieto vady za vady dodávky a Kupujúci je oprávnený uplatniť si svoje práva vyplývajúce zo záruky.
8. V prípade potreby, Predávajúci presne špecifikuje požiadavky na prípadne stavebné úpravy (el., dátové prípojky, plyn, voda, kanalizácia, vetranie a pod.), ak sú potrebné z hľadiska inštalácie Predmetu kúpy. Náklady na systémovú integráciu do Nemocničného informačného systému a jeho plnohodnotnú komunikáciu vrátane potrebných licencií sú zahrnuté v kúpnej cene.
9. Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet zmluvy v plánovanom termíne.
10. Predávajúci najneskôr pri dodaní Tovar predloží vyhlásenie zhody s doplňujúcimi podkladmi k nemu, alebo certifikát vydaný autorizovanými osobami, resp. notifikovanými osobami ES, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody, v slovenskom alebo českom jazyku.
11. Predávajúci je povinný zabezpečiť bezplatné poskytnutie autorizovaného servisu a bezplatnej údržby Tovar počas trvania záručnej doby a počas výkonu servisných služieb podľa tejto zmluvy.

Čl. X Ďalšie zmluvné dojednania

1. Všetky oficiálne oznámenia medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo e-mailom, ktorý bude odoslaný na adresu zmluvných strán uvedenú v záhlaví zmluvy. Všetky oznámenia, ktoré majú význam pre trvanie zmluvného vzťahu alebo, ktorými sú uplatňované sankcie budú zasielané doporučeným listom, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak z tejto zmluvy nevyplýva inak.
2. Písomnosť sa považuje za doručenu tiež momentom odmietnutia jej prevzatia adresátom ako i v prípade, pokiaľ nebola adresátom prevzatá z akéhokoľvek dôvodu v odbernej lehote, pokiaľ bola zaslaná na adresu sídla zmluvnej strany; v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenu dňom vrátenia neprevzatej zásielky odosielateľovi. V prípade zasielania písomnosti e-mailom sa e-mail považuje doručený nasledujúci pracovný deň po jeho odoslaní, pokiaľ bol odoslaný na e-mailovú adresu kontaktnej osoby zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy.

Čl. XI Zánik zmluvy

1. Platnosť tejto Zmluvy sa môže skončiť pred jej riadnym splnením aj:
 - a) Písomnou dohodou oboch zmluvných strán;
 - b) Odstúpením od zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
2. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
 - a) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Predávajúceho, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Predávajúceho do likvidácie;
 - b) opakované dodanie Tovar alebo časti s vadami (napr. vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - c) omeškanie s dodaním Tovar o viac ako 30 dní;
 - d) nedodržanie akejkoľvek podmienky alebo požiadavky Kupujúceho, ktorá bola uvedená

- v technickej špecifikácii, ktorá je prílohou tejto Zmluvy a/alebo ktorá je uvedená v článku III tejto Zmluvy,
- e) iné porušenie podľa textu Zmluvy, ktoré je spojené s právom Zmluvnej strany odstúpiť od Zmluvy.
3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od zmluvy.

Čl. XII Osobitné ustanovenia

1. V prílohe č. 3 sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch Predávajúceho, ktorí sú známi v čase uzavierania tejto zmluvy, a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
2. Predávajúci je povinný Kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 3, a to bezodkladne.
3. V prípade zmeny subdodávateľa je Predávajúci povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť Kupujúcemu informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 1 a predmety subdodávok, pričom pri výbere subdodávateľa musí Predávajúci postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
4. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/ vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
5. Porušenie povinností Predávajúceho podľa bodu 1. až 4. tohto článku tejto zmluvy predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
7. Predávajúci vyhlasuje, že vzhľadom na objem finančného plnenia z tejto zmluvy a právne postavenie Kupujúceho si je vedomý skutočnosti, že má postavenie partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRPVS“). Na základe týchto skutočností predávajúci vyhlasuje, že je v čase podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) v súlade so ZoRPVS. Predávajúci tiež vyhlasuje, že v prípade ak bude plniť predmet tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS, musia byť v čase uzatvorenia tejto zmluvy takíto subdodávatelia zapísaní v RPVS. V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa Predávajúceho z RPVS, je predávajúci povinný okamžite ukončiť plnenie tejto zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa.
8. Kupujúci si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak proces verejného obstarávania nebude akceptovaný zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov alebo v prípade, ak zdravotníckemu zariadeniu, resp. organizácii ako verejnému obstarávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na realizáciu zákazky zo strany ich poskytovateľa.

Čl. XIII Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť iba písomne formou dodatkov k zmluve podpísaných osobami oprávnenými konať za zmluvné strany súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, resp. príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3. Akékoľvek nezhody, spory alebo nároky vznikajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené prednostne dohodou zmluvných strán. Ak k takejto dohode nedôjde, rozhodne príslušný súd v Slovenskej republike.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, s dvoma vyhotoveniami pre Predávajúceho a dvoma vyhotoveniami pre Kupujúceho.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli, text je pre nich dostatočne určitý a zrozumiteľný, zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok a bez nátlaku a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V....., dňa

V Bratislave, dňa 05.10.2022

Predávajúci:

Kupujúci:

NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH
CHORÔB
mbová 1, 833 40 Bratislava

.....
Ing. Vladimír Souček, výkonný riaditeľ a konateľ

.....
MUDr. Peter Bartoš, riaditeľ

.....
Ing. Martin Petruf, finančný riaditeľ a konateľ

SIEMENS
Healthineers

Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava
Slovenská republika

333

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 – Návrh uchádzača/predávajúceho na plnenie predmetu zákazky

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov (ak sa uplatňuje)

Technická špecifikácia predmetu

**Skiaskopicko-skiagrafická sklopná stena s dvomi detektormi a
so stropným statívom – dlhé snímky**

Identifikácia uchádzača (obch. meno, sídlo, IČO): Siemens Healthcare s.r.o., Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, IČO: 48 146 676

Minimálna úroveň požadovaných medicínsko-technických parametrov, vlastností a charakteristík predmetu zákazky:

Popis	Kvalifikačné hodnoty	Ponúkaná hodnota áno / nie
Typ prístroja:	RTG prístroj na zemi montovaný, so stropným statívom RTG žiarica , elevačným a sklopným patientskym stolom	áno
Typ detektorov:	a-Si amorfný kremík	áno
Počet detektorov:	minimálne 2 (v stole a vo vertigrafe), pevne zabudovaný do stola a vyberateľný pre vertigraf	Áno pevný do stola , vyberateľný pre vertigraf
Automatické nabíjanie akumulátora detektora vo vertikálnom statíve.	áno	áno
Rozmer aktívnej plochy detektora (výška x šírka) v patientskom stole	minimálne 42 x 42 cm	Áno
Rozlíšenie veľkosť bodu:	max. 150 µm	Áno 148 µm
Rozlíšenie – počet bodov	2800 x 2800 pixelov	Áni 2840x2874 pix
Univerzálny raster na odstránenie sekundárneho žiarenia s fókusom min. 115 -180 cm s počtom lamiel min. 80 čiar/cm.	áno	Áno
Rozlíšenie – rozsah šedi:	minimálne 16 bit	Áno
Rozmer aktívnej plochy detektora (výška x šírka) pre WIFI detektor vo vertikálnom statíve.	minimálne 32 x 42 cm	Áno 34,8x42x4cm
Vertigraf s AEC s funkciou nakláňania v rozsahu min. -20 / +90 stupňov.	áno	áno

Rozlíšenie veľkosti bodu:	max. 150 μ m	Áno Áno 148 μ m
Rozlíšenie – rozsah šedi:	minimálne 16 bit	16bit
Čas zobrazenia snímky po expozícii:	maximálne 10 sekúnd	Menj ako 5s
Vzdialenosť detektor - úložná doska vertigrafu:	max. 54 mm	Áno 42mm
Univerzálny raster na odstránenie sekundárneho žiarenia s fókusom min. 115 -180 cm s počtom lamiel min. 80 čiar/cm.	áno	Áno
Výstupný výkon generátora:	80 kW	Áno 80kW
Rozsah kV:	minimálne od 40 kV do 150 kV	Áno
Rozsah nastavenia mAs:	minimálne od 0,5 mAs do 800 mAs	Áno
RTG žiarič na stropnom statíve s výkonom zodpovedajúci výkonu RTG generátora.	áno	Áno
Rýchlosť otáčky anódy rtg žiariča:	min. 9000 ot/min.	Áno
Veľkosť malého ohniska:	maximálne 0,6 mm	Áno 0,6
Veľkosť veľkého ohniska:	maximálne 1 mm	Áno 1
Tepelná kapacita anódy:	minimálne 780 kHU	Áno 820 kHU
Tepelná kapacita rtg žiariča:	min. 2 MHU	Áno 2,53MHU
Dotyková obrazovka na držiaku RTG žiariča.	áno	Áno
Možnosť znázornenia minimálne nasledovných parametrov na dotykovej obrazovke: patientske dáta, uhol naklonenia RTG žiariča a detektora, vzdialenosť detektor ohnisko, vykalkulovaný zväčšovací faktor pre obrázok.	áno	Áno
Možnosť voľby a korekcie minimálne nasledovných parametrov na dotykovej obrazovke: voľba náradia vertigraf/stôl/snímkovanie voľne položeného objektu, korekcia navoleného orgánového programu, nastavenie kV, mAs, dĺžka expozície, ohnisko, úroveň dávky, voľba komôrok osvitového automatu.	áno	Áno
Elevačný patientsky stôl.	áno	Áno
Nosnosť stola:	min. 280 kg	Áno 300kg
Patientsky rádiotransparentný stôl s plávajúcou doskou/ s pozdĺžnym a priečnym motorickým pohybom/	áno	Áno
Rozmer úložnej dosky stola (dĺžka x šírka):	minimálne 210 cm x 70 cm	Áno 2010x80c m
Rozsah motorického nastavenia výšky stola:	minimálne 40 cm	Áno 50cm
Najnižšia nastaviteľná výška patientskeho stola:	minimálne od 50 cm do 95 cm	Áno 50- 100cm
Vzdialenosť detektor - úložná doska patientskeho stola:	max. 75 mm	Áno 73mm
Motorický pozdĺžny pohyb úložnej dosky	min.160 cm	Áno 160cm

Motorický priečny pohyb úložnej dosky	min. 35 cm	Áno 35cm
Najnižšia poloha centrálného lúča rtg žiarenia vo vertikálnej polohe zariadenia + 90°	max. 75 cm	Áno 75cm
Nastaviteľná vzdialenosť detektora od ohniska	min. 120 do 150 cm	Áno 115- 150cm
Uhol naklonenia stola	min. od -45 do + 90°	Áno
Pozdĺžny pohyb detektora	min. 110 cm	Áno
Expozičná automatika pre skiagrafický režim	áno	Áno
Automatickú reguláciu dávkového príkonu pri skiaskopii	áno	Áno
Pulzný skiaskopický mód	minimálne od 3 do 15 obrazov/sekundu	Áno
Pulzný expozičný mód	min. 0,5 do 8 obrazov/sec s m,atricou min. 1400 x 1400/12 bit	Áno
Digitálny rádiografický mód	min. 2800 x 2800 pixelov/14-bit	Áno
Možnosť nahrávania skiaskopickej slučky	áno	Áno
2 ks farebných monitorov vo vyšetrovacej miestnosti pre skiaskopický a referenčný obraz s rozmerom minimálne 19 palcov, s rozlíšením minimálne 1280x1024, maximálny jas obrazovky - minimálne 700 cd/cm ² , kontrast - minimálne 800:1	áno	Áno 2x19 palcov
Vertigraf na snímkovanie pacientov v stoji	áno	Áno
Motorické nastavenie výšky centrálného lúča vertigrafu v rozsahu	min. 27 do 170 cm	Áno 26- 173cm
Pozdĺžny manuálny posun stropného statívu pre RTG lampu:	rozsah min. 300 cm	Áno 346cm
Priečny manuálny posun stropného statívu pre RTG lampu:	rozsah min. 200 cm	Áno
Dotykové ovládanie priamo na rontgenke stropného závesu pre jednoduchšie ovládanie stropného závesu	áno	áno
Vertikálny motorický aj manuálny posun stropného statívu:	rozsah min. 180 cm	Áno 180cm
Pohyby stropného statívu v 3 smeroch (pozdĺžny, priečny a vertikálny) a rotácie RTG žiariča okolo horizontálnej a vertikálnej osi.	áno	áno
Motorizovaná a manuálna kolimácia pomocou kolimátora na rotgenke stropného závesu	áno	áno
Dávkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u (DAP).	áno	áno
Zabudované laserové zameriavanie a kolimačné svetlo do clony.	áno	áno
Autotracking pre vertikálny pohyb RTG žiariča a vertikálneho statívu.	áno	áno
Automatické motorické nastavenie centrálného lúča RTG žiariča na stred detektora v patientskom stole podľa navoleného orgánového programu.	áno	áno
Automatické motorické nastavenie centrálného lúča RTG žiariča na stred detektora vo vertigrafe podľa navoleného orgánového programu.	áno	áno
Stiching – automatické skladanie obrazov celej chrbtice aj končatín ležiaceho aj stojaceho pacienta do jedného snímku.	áno	áno

Špeciálny držiak na snímkovanie pacienta v stoji pre skladanie obrazu do jednej snímky zo vzdialenosti min. 3 m aj s rastrom s fókusom na min. 280 cm alebo ekvivalentné riešenie.	áno	áno
Možnosť vytvárania zošívajúcich snímok na akvizičnej pracovnej stanici.	áno	áno
Automatické nabíjanie akumulátora wifi detektora v úložnom priestore vo vertigrafe	áno	áno
Rozlíšenie – počet bodov detektora vertigrafu	minimálne 2350 x 2800 pixelov	Áno
Expozičná automatika.	áno	Áno
DAP meter.	áno	Áno
CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný prístroj aj s príslušenstvom.	áno	Áno
Platný ŠUKL kód prístroja.	áno	Áno
Platnosť IEC 62220.	áno	Áno
Povolenie na na distribúciu, predaj a prenájom zdroja ionizujúceho žiarenia. Povolenie na vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia okrem údržby a opráv generátorov žiarenia, ktoré nie sú spojené s ožiareními osôb. Povolenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon č. 87/2018 Z.z..	áno	Áno
Technická špecifikácia akvizičnej stanice pre RTG prístroj	Kvalifikačné hodnoty	Ponúkaná hodnota áno / nie
Operačný systém:	Windows	áno
Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie pre archiváciu obrazov na pamäťové médiá s integrovaným DICOM čítacím programom.	áno	Áno usb
Hard disk:	minimálne 150 GB alebo pamäť na min. 10 000 obrazov v DICOM formáte	Áno
Možnosť archivovať obrazy min. v AVI a TIFF formáte.	áno	Áno
Pamäť RAM:	minimálne 4 GB	Áno
Minimálne softvérové vybavenie pre spracovanie obrazu: Optimalizácia denzity obrazu pre súčasné znázornenie nízko-kontrastného a vysoko-kontrastného znázornenie bez straty obrazových informácií, zoom, rotácia, autokontrast, inverzia, zvýraznenie hrán vyšetřovaného objektu, meranie uhlov a vzdialeností, digitálne orezávanie obrazu, vkladanie poznámok do obrazu, označovanie strán R/L.	áno	Áno
Minimálne DICOM verzia 3 alebo novšia, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Storage Commitment, DICOM zasielanie snímok na PACS.	áno	Áno
Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom, alebo českom jazyku.	áno	Áno manuál
Monitor akvizičnej stanice s rozmerom minimálne 19 palcov, s rozlíšením minimálne 1280x1024.	áno	Áno
Požaduje sa zabezpečenie pripojenia a archivácie výsledkov do NIS/LIS, ktorého poskytovateľom je spol. STAPRO SLOVENSKO, s.r.o.	áno	Áno

Náklady na uvedené pripojenie zariadenia sú zahrnuté v cene zákazky.		
Požaduje sa pripojenie do PACSu, ktorého poskytovateľom je spol. TatraMed Software s.r.o. Náklady na uvedené pripojenie zariadenia sú zahrnuté v cene zákazky.	áno	
Záložný zdroj:	áno	Áno
Vzdialený prístup:	áno	Áno
Technická špecifikácia pracovnej stanice	Kvalifikačné hodnoty	Ponúkaná hodnota áno / nie
Operačný systém:	Windows Pro	Áno
Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie pre archiváciu obrazov na pamäťové médiá s integrovaným DICOM čítacím programom.	áno	Áno
Hard disk:	min. 500 GB	Áno
Možnosť archivovať obrázky min. v AVI a TIFF formáte.	áno	Áno
Pamäť RAM:	min. 8 GB	Áno
Minimálne softvérové vybavenie pre spracovanie obrazu: Optimalizácia denzity obrazu pre súčasné znázornenie nízko-kontrastného a vysoko-kontrastného znázornenie bez straty obrazových informácií, zoom, rotácia, autokontrast, inverzia, zvýraznenie hrán vyšetřovaného objektu, meranie uhlov a vzdialeností, digitálne orezávanie obrazu, vkladanie poznámok do obrazu, označovanie strán R/L. Softvér umožňujúci prácu na viacerých pracovných staniciach.	áno	Áno
Multimodalitné prehliadanie DR (skiagrafia), RF (skioskopia), CT, MR. Možnosť CT zobrazovacích módov 3D (MPR, MIP, minIP, VRT).	áno	Áno
Systém musí umožňovať automatické vyhľadávanie predošlých štúdií pacienta.	áno	Áno
DICOM 3.0. - Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Storage Commitment, DICOM zasielanie snímok na PACS.	áno	Áno
Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom, alebo českom jazyku.	áno	Áno
Diagnostický monitor s rozmerom minimálne 21 palcov, s rozlíšením minimálne 3 MPx.	áno	Áno
Požaduje sa pripojenie do PACSu, ktorého poskytovateľom je spol. TatraMed Software s.r.o. Náklady na uvedené pripojenie zariadenia sú zahrnuté v cene zákazky.	áno	Áno
Požaduje sa zabezpečenie pripojenia a archivácie výsledkov do NIS/LIS, ktorého poskytovateľom je spol. STAPRO SLOVENSKO, s.r.o. Náklady na uvedené pripojenie zariadenia sú zahrnuté v cene zákazky.	áno	Áno

Všeobecné požiadavky	Uplatnenie požiadavky	Vyplní uchádzač ÁNO/NIE/Hodnota parametra
V cene musí byť zahrnuté aj plnohodnotné zaškolenie zdravotníckych pracovníkov (v dĺžke minimálne 7 dní s možnosťou čerpania v priebehu 1 roka od inštalácie), technologický projekt, podklady k inštalácii zariadenia - medicínskej technológii, inštalácia	Áno	Áno

prístroja, montáž prístroja a jeho odskúšanie, uvedenie do prevádzky, dopravné náklady na miesto plnenia, poistné náklady do miesta určenia, demontáž a likvidácia pôvodného zariadenia.		
Tovar musí byť dodaný nový, nepoužívaný, nerepasovaný a s príslušenstvom, požiadavka na rok výroby prístroja je, aby bol vyrobený maximálne jeden rok pred uzatvorením zmluvy.	Áno	Áno
<p>Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Kupujúci neodbornou manipuláciou, resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie a zabezpečenie servisných služieb s plným krytím pod dobu ďalších nasledujúcich 36 mesiacov, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - online pripojenie a diagnostika do 4 hodín od nahlásenia, - fyzický nástup technika na opravu na miesto inštalácie prístroja do 24 hodín od nahlásenia, - maximálna doba opravy bez dodania náhradného dielu do 48 hodín od nástupu na opravu, - maximálna doba opravy s dodaním náhradného dielu do 72 hodín od nástupu na opravu, <p>požiadavka na zabezpečenie lokálnych servisných technikov v min. počte 3 ľudí, ktorí zabezpečujú servis predmetného prístroja na území SR.</p>	Áno	Áno
<p>Servisné služby s plným krytím pozostávajú z/zo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zabezpečenia servisných služieb a technickej podpory prístroja - zabezpečovanie a/alebo vykonávanie všetkých opráv a úprav zariadenia vrátane prác zabezpečených servisným technikom a náhradných dielov, súčasťou náhradných dielov sa rozumie dodanie všetkých súčastí prístroja, ktoré zabezpečujú jeho plnohodnotnú prevádzku, • rozsah technickej podpory zahŕňa návštevy servisného technika po oznámení, dodanie náhradných dielov, validáciu a záruku na náhradné diely, práca technika, čas, doprava, • o vykonaní servisu a technickej podpory je nutné vyhotoviť a doručiť záznam (servisný výkaz) s popisom činnosti a odpracovanými hodinami, • v cene je zahrnuté vykonanie počtu preventívnych údržieb podľa odporúčaní výrobcu, vrátane výmeny náhradných dielov predpísaných výrobcom pre výkon prevencie, náklady za prácu a dopravu/ubytovanie/pracovný čas servisného technika, aktualizácia programového vybavenia prístroja, drobný spotrebný materiál. 	Áno	áno

V Bratislave, dňa 22.04.2022

.....
Ing. Vladimír Šolík
výkonný riaditeľ a konateľ
Siemens Healthcare s.r.o.

.....
Ing. Martin Petruš
finančný riaditeľ a konateľ
Siemens Healthcare s.r.o.

SIEMENS
Healthineers 

Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava
Slovenská republika

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

vo verejnom obstarávaní zákazky

„Skiaskopicko-skiagrafická sklopná stena s dvomi detektormi a so stropným statívom – dlhé snímky“

Uchádzač / skupina dodávateľov:	Siemens Healthcare s.r.o.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:	Najnižšia cena za celý predmet zákazky bez DPH

Je uchádzač platcom DPH?	ÁNO	NIE
--------------------------	-----	-----

časť 1

P.č.	Názov položky	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1.	Skiaskopicko-skiagrafická sklopná stena s dvomi detektormi a so stropným statívom – dlhé snímky	328.403,50	65.680,70	394.084,20

V Bratislave, dňa 22.04.2022

.....
Ing. Vladimír Šolík
výkonný riaditeľ a konateľ
Siemens Healthcare s.r.o.

.....
Ing. Martin Petruš
finančný riaditeľ a konateľ
Siemens Healthcare s.r.o.

SIEMENS
Healthineers

Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
333