

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

N Á V R H

K Ú P N A Z M L U V A č. /2022

(ďalej aj ako „zmluva“ alebo „kúpna zmluva“)
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

1. predávajúci:

obchodné meno:	Surgitech s.r.o.
sídlo/miesto podnikania:	Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava
právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
v mene predávajúceho podpisuje/-ú:	Ing. Peter Šumichrast
IČO:	50 197 975
DIČ:	2120238736
IČ DPH:	SK2120238736
bankové spojenie :	VÚB a.s.
medzinárodný kód banky (BIC):	SUBASKBX
medzinárodné bankové číslo účtu (IBAN):	SK68 0200 0000 0038 2699 3655
zapísaný v:	ORSR Okr. súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 109341/B

(ďalej len „predávajúci“)

a

2. kupujúci:

názov:	Slovenská republika v zastúpení správcu majetku štátu
	- Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
sídlo:	Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky
právna forma:	príspevková organizácia
v mene kupujúceho podpisuje:	MUDr. Karol Hajnovič, riaditeľ
IČO:	17336112
DIČ:	2021068324
IČ DPH:	SK2021068324
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
medzinárodný kód banky (BIC):	SPSRSKBA
medzinárodné bankové číslo účtu (IBAN):	SK9081800000007000659763
zapísaný v:	register organizácií vedený Štatistickým úradom SR a živnostenský register Okresného úradu Nové Zámky pod č. 404-9729

(ďalej len „kupujúci“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

2.1. Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Kupujúci na obstaranie predmetu zmluvy použil postup verejného obstarávania – nadlimitnú zákazku – verejnú súťaž č. 15491-MST zverejnenú vo VVO č. 61/2022 zo dňa 03.03.2022.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

Článok III.

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom zmluvy je dodanie tovaru: „Zdravotnícka technika“, Časť 2: Komplexný systém pre transport novorodencov v špecifikácii uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy vrátane jej dodania na miesto dodania, inštalácie, uvedenia do prevádzky, funkčnej skúšky, zaškolenia obsluhy, bezplatného záručného servisu, a dodania potrebnej dokumentácie v súlade s čl. IV ods. 4.6 zmluvy (ďalej aj „tovar“), ktoré sa zaväzuje predávajúci dodať kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo. Kupujúci sa zaväzuje tovar bez zjavných väd dodaný v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu v súlade s čl. VI zmluvy.
- 3.2 Predávajúci dodá tovar vo vlastnom mene, s odbornou starostlivosťou, na vlastnú zodpovednosť a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy a jej príloh, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými normami. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar nový a nepoškodený v množstve a špecifikácii požadovanej kupujúcim.

Článok IV.

Miesto a spôsob plnenia zmluvy, subdodávateľa

- 4.1 Predávajúci sa zaväzuje, že tovar dodá na miesto plnenia, ktorým je adresa sídla kupujúceho: **Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky**, vrátane montáže a inštalácie, uvedenia do prevádzky, následného odborného zaškolenia obsluhy a dodania potrebnej dokumentácie podľa ods. 4.6 tejto zmluvy.
- 4.2 Presný deň dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Kupujúci na tento účel poskytne predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť.
- 4.3 Tovar sa považuje za dodaný podpísaním odovzdávajúceho a preberacieho protokolu (ďalej len „protokol“) zástupcami zmluvných strán po jeho inštalácii, odbornom zaškolení obsluhy a uvedení tovaru do prevádzky s uvedením dátumu montáže, dátumu uvedenia do prevádzky. Súčasťou odovzdania a prevzatia tovaru bude aj protokol o vyškolení zdravotníckeho personálu, v ktorom bude uvedený menovitý zoznam vyškolených osôb, ich podpisy, termín a miesto školenia, meno a podpis škooliteľa. V protokole bude uvedený názov a typ tovaru, položky, z ktorých sa tovar skladá, výrobné čísla jednotlivých komponentov.
- 4.4 V prípade, že pri preberaní tovaru sa zistia zjavné vady alebo nedostatky, zapíšu zmluvné strany tieto skutočnosti do protokolu, v ktorom dohodnú ďalší postup pri odstránení vytýkaných väd a sú povinní písomne dohodnúť záväzný termín odstránenia týchto väd. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť tieto vady alebo nedostatky v najskoršom možnom termíne, avšak najneskôr do termínu dohodnutého v protokole, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Do času, kedy predávajúci neodstráni vady a nedostatky uvedené v protokole sa tovar považuje za nedodaný. Pokiaľ tovar nie je dodaný podľa predchádzajúcej vety, kupujúci nenadobudne vlastníctvo k tovaru a neprechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.
- 4.5 Kupujúci nie je povinný prevziať tovar so zjavnými vadami, ktoré bránia jeho užívaniu.
- 4.6 Predávajúci je povinný spolu s tovarom dodať kupujúcemu písomnú dokumentáciu k predmetu zmluvy, ktorá bude obsahovať technický popis, návod na použitie (obsluhu) a údržbu, osvedčenie o kvalite, certifikát, resp. vyhlásenie o zhode, dodací list, záručný list, preberací protokol, protokol o zaškolení personálu ako aj ďalšie dokumenty požadované a obvyklé pri takomto druhu tovaru. Písomná dokumentácia bude vyhotovená v jazyku slovenskom alebo českom.
- 4.7 Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa navzájom informovať o zmene telefónnych, faxových čísel, internetových adresách, adresách elektronickej pošty alebo iných zmenách údajov. Zmeny uvedených informácií musia byť zaslané druhej zmluvnej strane bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) kalendárnych dní.
- 4.8 Ak sa na predávajúceho a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“ a „register partnerov verejného sektora“), potom je predávajúci, ako aj jeho subdodávateľia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu
-

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

trvania tejto zmluvy, pričom predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov.

- 4.9 Predávajúci bude predmet zmluvy zabezpečovať subdodávateľmi uvedenými v prílohe č.2 zmluvy. Predávajúci je oprávnený zmeniť subdodávateľa až po súhlase kupujúceho a je povinný v súlade s § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi písomne v súlade s ods. 4.7 tohto článku zmluvy. Zmeny budú realizované formou dodatku k zmluve podpísaného zmluvnými stranami. Týmto ustanovením nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za plnenie zmluvy. V prípade neuvedenia subdodávateľov v prílohe č. 2 zmluvy, musí tovar dodať predávajúci bez subdodávateľov.

Článok V.

Termín dodania a nadobudnutie vlastníckeho práva

- 5.1 Predávajúci sa zaväzuje, že tovar dodá v lehote najneskôr do šiestich (6) týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až keď bude tovar dodaný v súlade s ustanovením 4.3 a 4.4 článku IV. zmluvy.
- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade objektívnych prekážok na strane kupujúceho, napr. nepripravenosť priestorov pre dodávku inštalácie zariadení, sa doba dodania môže predĺžiť o dobu trvania prekážky. Takéto prekážky na strane kupujúceho sa nepovažujú za omeškanie na strane kupujúceho. Takáto skutočnosť, ak nastane, bude predmetom dodatku ku kúpnej zmluve.

Článok VI.

Cena a platobné podmienky

- 6.1 Cena za predmet kúpy: „Zdravotnícka technika“, Časť 2: Komplexný systém pre transport novorodencov podľa tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách nasledovne:

78 050,00 eur bez DPH (slovom sedemdesiatosemtisíc päťdesiat eur bez DPH)

15 610,00 eur DPH (slovom pätnásť tisíc šesťstodesať eur DPH)

93 660,00 eur s DPH (slovom deväťdesiatitisíc šestošesťdesiat eur s DPH)

- 6.2 Cena za tovar ako výsledok verejného obstarávania je špecifikovaná v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 6.3 Cena tovaru je konečná a sú v nej započítané všetky náklady spojené s dopravou tovaru do miesta odovzdania, poistením, montážou, inštaláciou, uvedením do prevádzky, zaškolením obsluhy predmetu zmluvy v mieste plnenia, s dodaním písomnej dokumentácie patriacej k tovaru, nákladov na odstránenie väd tovaru zistených pri odovzdávaní a preberaní tovaru a väd zistených počas záručnej doby a vykonávaním záručného servisu. Zmeny kúpnej ceny sú možné iba v prípade, ak vyplývajú zo zmien predpisov SR alebo písomných dodatkov zmluvy.
- 6.4 Predávajúci k cene uvedenej v ustanovení 6.1 tohto článku zmluvy uplatní DPH podľa všeobecne záväzného právneho predpisu platného v čase fakturácie.
- 6.5 Predávajúci nie je oprávnený od kupujúceho požadovať zálohovú platbu ani preddavok na kúpnu cenu. Predávajúci má právo vystaviť faktúru po dodaní celého tovaru podľa ustanovenia 4.3 a 4.4 tejto zmluvy.
- 6.6 Cenu za tovar uhradí kupujúci na základe faktúry - daňového dokladu, vystaveného po dodaní a prevzatí tovaru, a to potvrdeným dodacím listom a preberacím protokolom podľa ustanovenia 4.3 a 4.4 tejto zmluvy na účet predávajúceho.
- 6.7 Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa doručenia kupujúcemu.
- 6.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky údaje podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, kupujúci je oprávnený ju vrátiť predávajúcemu na doplnenie (prepracovanie) a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia doplnenej (prepracovanej) faktúry kupujúcemu.
-

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

6.9 Predávajúci vystaví faktúru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci v ktorom bol tovar dodaný.

6.10 Faktúru je potrebné zaslať doporučenou listovou zásielkou alebo elektronicky na email: email@nspnz.sk. Pri faktúre, ktorá bola odoslaná ako obyčajná listová zásielka, nie je možné uplatniť si úroky z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady tovaru, reklamácie, záručný servis

- 7.1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa tejto zmluvy a plne spôsobilý na užívanie na dohodnutý, resp. obvyklý účel. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar ku dňu jeho dodania bude v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažený žiadnymi právami tretích osôb a zároveň bude spĺňať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy, stanovené požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ako aj všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, má tovar vady.
- 7.2. Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, ak je vada spôsobená porušením povinností predávajúceho.
- 7.3. Predávajúci týmto poskytuje na tovar záruku za akosť podľa § 429 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v dĺžke 24 mesiacov.
- 7.4. Záručná doba na tovar bude uvedená v záručnom liste, ktorý bude súčasťou odovzdávajúcej dokumentácie. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania odovzdávajúceho a preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami. Zárukou preberá predávajúci zodpovednosť najmä za to, že tovar bude po dojednanú dobu spôsobilý na užívanie na dojednaný, resp. obvyklý účel a bude bez väd. Predávajúci bude na vlastné náklady zabezpečovať záručný servis tovaru.
- 7.5. Vady je povinný kupujúci písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení najneskôr však do konca záručnej doby. Pod písomnou reklamáciou sa akceptuje aj zaslanie reklamácie e-mailom alebo telefonicky a následne e-mailom. Počas doby odo dňa nahlásenia vady kupujúcim predávajúcemu až po odstránenie vady záručná doba neplynie.
- 7.6. Reklamácia musí obsahovať špecifikáciu vady tovaru. Po odstránení väd kupujúci podpíše preberací protokol. Preberacieho konania sa zúčastnia osoby oprávnené konať v mene zmluvných strán alebo poverený zamestnanci zmluvných strán.
- 7.7. Kupujúci je oprávnený v prípade vadného plnenia požadovať:
- a) odstránenie väd dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych väd,
 - b) odstránenie väd opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
 - c) primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
 - d) odstúpiť od zmluvy.
- 7.8. Predávajúci je počas záručnej doby povinný poskytovať bezodplatné servisné služby tovaru, vrátane technických prehliadok, údržby a opráv. Predávajúci je povinný v rámci záručného servisu vykonávať preventívne prehliadky tovaru v počte určenom výrobcom - minimálne 1 x ročne bez vyzvania v lehote dohodnutej s kupujúcim.
- 7.9. Inštaláciu zariadenia a záručný servis bude zabezpečovať: Surgitech s.r.o., Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava
- 7.10. Kupujúci oznámi predávajúcemu poruchu tovaru na týchto telefónnych, faxových číslach a e-mailových adresách: ☎ +421 902 922 147, e-mail: servis@surgitech.sk

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

- 7.11. Predávajúci sa zaväzuje nastúpiť na opravy do 48 hodín od nahlásenia poruchy a garantuje bezplatné opravy bez nutnosti náhradných dielov z dovozu v rámci záručného servisu najneskôr do 48 hodín od nástupu na servis. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť bezplatné odstránenie poruchy, ktoré si vyžaduje zabezpečiť náhradný diel z dovozu od výrobcu (zo zahraničia) v záručnej dobe najneskôr do 10 pracovných dní od nahlásenia poruchy, pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade poruchy vyžadujúcej si dielenský servisný zásah dlhší ako 10 pracovných dní, predávajúci zabezpečí náhradný prístroj.
- 7.12. Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie prístroja, v rámci ktorého sa predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. V prípade poruchy zariadenia je stanovená servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. Predávajúci bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, predávajúci vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených väd a nedostatkov spadajúcich pod záruku.
- 7.13. Educational training bude realizovaný certifikovaným aplikačným špecialistom pre zaškolenie personálu v slovenskom alebo českom jazyku alebo anglickom jazyku so simultánnym prekladom, ktoré prebehne v minimálnom rozsahu 21 hodín počas troch vyšetrovacích dní.
- 7.14. V rámci záručnej doby bude predávajúci vykonávať záručný servis vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave bezodplatne (t.j. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave).

Článok VIII

Sankcie

- 8.1. V prípade, že sa predávajúci dostane do omeškania so splnením záväzku dodať tovar v lehote podľa čl. V ods. 5.1 zmluvy, kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % (slovom nula celá päť stotín percenta) z kúpnej ceny za nedodaný tovar za každý aj začatý deň omeškania. Splatnosť zmluvnej pokuty je tridsať (30) dní od doručenia faktúry vystavenej kupujúcim predávajúcemu.
- 8.2. V prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania so splnením záväzku zaplatiť kúpnu cenu za tovar v súlade s článkom VI ods. 6.6 zmluvy, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho úroky z omeškania v zákonom stanovenej výške z neuhradenej splatnej čiastky kúpnej ceny za tovar za každý aj začatý deň omeškania. Ak bude meškanie úhrady kúpnej ceny spôsobené oneskoreným vyplatením Nenávratných finančných prostriedkov (ďalej len „NFP“) zo strany Poskytovateľa NFP, nejedná sa o meškanie na strane kupujúceho a predávajúci si nebude uplatňovať úroky z omeškania.
- 8.3. Pre prípad omeškania predávajúceho s nástupom na opravu alebo s dobou opravy (čl. VII ods. 7.10 zmluvy) sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške sto (100) eur za každú celú hodinu omeškania. Splatnosť zmluvnej pokuty je tridsať (30) dní od doručenia faktúry vystavenej kupujúcim predávajúcemu.
- 8.4. Zaplatením zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu vzniknutej škody.
- 8.5. Kupujúci je oprávnený započítať pohľadávku na náhradu škody a/alebo na zmluvnú pokutu voči predávajúcemu proti pohľadávke predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny.
- 8.6. Kúpna cena tovaru pre účel stanovenia výšky sankcie podľa tohto článku je cena tovaru aj s DPH, ak je cena za tovar určená s DPH.
- 8.7. Nárok na zmluvné sankcie nevzniká vtedy, ak sa preukáže že:
- omeškanie je spôsobené účinkom vyššej moci alebo
 - omeškanie na strane jednej zmluvnej strany je spôsobené druhou zmluvnou stranou alebo
 - omeškanie je na strane kupujúceho podľa ustanovenia 5.3 tejto zmluvy, alebo
 - omeškanie je na strane kupujúceho podľa ustanovenia 8.2 in fine tejto zmluvy.
-

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

- 8.8. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie zmluvných povinností trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 8.9. Je zakázané postúpenie pohľadávok predávajúceho podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky predávajúceho v rozpore s dohodou kupujúceho a predávajúceho podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatné.
- 8.10. Akceptácia ručiteľského vyhlásenia podľa § 303 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zo strany predávajúceho je bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho zakázaná. Právny úkon, ktorým predávajúci akceptuje ručiteľské vyhlásenie tretej osoby, na základe ktorého sa tretia osoba stane kupujúceho veriteľom v rozpore s dohodou predávajúceho a kupujúceho podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatné.

Článok IX

Záverečné ustanovenia

- 9.1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi zmluvnými stranami, ktoré sa nepodarí vyriešiť ich dohodou, budú riešené súdom Slovenskej republiky, ktorý je mieste príslušný podľa sídla kupujúceho.
- 9.2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá je stanovená od nadobudnutia účinnosti zmluvy do naplnenia predmetu zmluvy v plnom rozsahu a uplynie splnením všetkých povinností vyplývajúcich zmluvným stranám zo zmluvy (vrátane uplynutia záručnej doby vo vzťahu ku kompletnému dodanému tovaru).
- 9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
- a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
 - b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.
- Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 9.4. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. Kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak predávajúci vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo ak on alebo jeho subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj na základe dôvodov uvedených v § 19 zákona o verejnom obstarávaní. Kupujúci má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky kontroly Poskytovateľa NFP pomoci neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania v zmysle ustanovenia 2.1 tejto zmluvy.
- 9.5. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
- a) omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru oproti dohodnutému termínu dodania o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (napr. vyššia moc),
 - b) ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,
 - c) predávajúci dodá kupujúcemu predmet plnenia odlišných parametrov ako sú uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.
-

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

- 9.6. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, zmluvné strany sú povinné vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však netýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať po ukončení zmluvy.
- 9.7. Všetky informácie, skutočnosti, ktoré ktorákoľvek zo zmluvných strán získala akýmkoľvek spôsobom o druhej zmluvnej strane a jej činnosti pri uzavretí a plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa považujú za dôverné a majú charakter obchodného tajomstva. Všetky informácie, o ktorých sa dozvie ktorákoľvek zo zmluvných strán v súvislosti s touto zmluvou, sa považujú za dôverné.
- 9.8. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto informácie a skutočnosti neposkytnúť a nesprístupniť tretím osobám a nevyužiť na iný účel ako na plnenie tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhého účastníka. Toto ustanovenie sa nebude vzťahovať na poskytnutie informácií v prípade, ak sa budú uplatňovať práva z tejto zmluvy súdnou cestou alebo prostredníctvom orgánov verejnej moci, alebo ak povinnosť poskytnutia informácií vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.9. V prípade preukázateľného porušenia povinností uvedených v tomto článku je zmluvná strana, ktorá porušila povinnosť zachovávať dôverné informácie a mlčanlivosť v zmysle tohto článku, povinná zaplatiť druhej zmluvnej strane škodu, ktorá jej vznikla porušením tejto povinnosti.
- 9.10. Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv /ďalej len „CRZ“/ - <http://www.crz.gov.sk/> - v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 9.11. Zmluvné strany sú povinné navzájom si oznámiť každú zmenu, ktorá by mohla ovplyvniť v zmluve dohodnuté podmienky. Pokiaľ ktorákoľvek časť tejto zmluvy na základe zmeny právnych predpisov stratí svoju platnosť a dôjde k jej zmene, bude táto časť upravená písomným dodatkom k tejto zmluve, pričom ostatné časti zmluvy zostávajú bez zmeny.
- 9.12. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa môžu vykonať len jej písomnými dodatkami, odsúhlasenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami.
- 9.13. Písomnosti súvisiace so zmluvou sa zasielajú na adresu zmluvnej strany uvedenú v článku I zmluvy ako sídlo (miesto podnikania) zmluvnej strany. Ak zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane inú adresu na doručovanie, doručuje písomnosti súvisiace so zmluvou druhá zmluvná strana na takto písomne oznámenú inú adresu zmluvnej strany.
- 9.14. Predávajúci sa zaväzuje umožniť výkon kontroly súvisiaci s touto zmluvou zo strany osôb oprávnených na výkon kontroly, kedykoľvek po uzavretí tejto zmluvy a počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z-302021AYI7-908/2021 uzavretej dňa: 03.05.2021, v zmysle Čl. 12, ods. 1 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, oprávnenými osobami:
- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 9.15. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť osobám oprávneným na výkon kontroly orgánov špecifikovaných v ustanovení 9.14. všetku potrebnú súčinnosť. V prípade, že v dôsledku kontroly vykonanej oprávneným orgánom, dôjde zavinením predávajúceho k uznaniu plnenia predmetu tejto zmluvy ako neoprávneného
-

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

výdavku, t.j. výdavku, ktorý nezodpovedá cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku, a ktorý preto nebude kupujúcemu uznaný ako oprávnený, je predávajúci povinný nahradiť kupujúcemu v plnom rozsahu škodu, ktorá mu v dôsledku tejto skutočnosti vznikne.

- 9.16. Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať právo osôb oprávnených na výkon kontroly vstupovať do objektov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od predávajúceho predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.
- 9.17. Predávajúci sa zaväzuje prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou v lehote stanovenej osobami oprávnenými na výkon kontroly, a zároveň zaslať kupujúcemu informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.
- 9.18. Písomnosti súvisiace s touto zmluvou sa považujú za doručené:
- dňom doručenia zásielky,
 - dňom vrátenia zásielky poštou odosielaajúcej zmluvnej strane z dôvodu na strane adresáta alebo
 - dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom.
- 9.19. Zmluva sa vyhotovuje v 5 rovnopisoch, z nich dva rovnopisy dostane predávajúci a tri kupujúci.
- 9.20. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:
- a) príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu kúpy_časť 2
- b) príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov_časť 2
- 9.21. Zmluvné strany (každá sama za seba) zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená a že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných a nevyhovujúcich podmienok pre niektorú zo zmluvných strán. Súčasne zmluvné strany (každá sama za seba) zhodne vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili a jej obsahu porozumeli, zaväzujú sa ustanovenia tejto zmluvy dobrovoľne plniť a túto zmluvu vlastnoručne podpísali na znak toho, že je určitá a zrozumiteľná a že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

07-10-2022

V Bratislave, dňa 22.07.2022

V Nových Zámkoch, dňa

.....
IČ DPH: SK2120238736, DIČ: SK2120238736
Ing. Peter Samčík, r.
konateľ spoločnosti Surgitech s.r.o.
Zámky

.....
MUDr. Karol Hajnovič
riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Slovenská 11A, 940 34 Nové Zámky

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

2

ponuku predkladá:

obchodné meno: **Surgitech s.r.o.**

sídlo: **Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava**

IČO: **50 197 975**

platca DPH: **áno**

identifikácia ponúkaného zariadenia: **Novorodenecký transportný inkubátor TI-2000**

cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks): **25 270,00 EUR**

dátum vypracovania ponuky: 28.3.2022

IČ DPH: SK2120238730

zariadenie: **Komplexný systém pre transport novorodencov (jednotlivé časti musia tvoriť jednotný, kompletný a funkčný celok)**

názov: **Inkubátor s akumulátorom určený na transport novorodenca**

predpokladaný objem: **1 ks**

celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	ÁNO / NIE / konkrétne ponúkané parametre (tam kde je uvedený číselný parameter)
Inkubátor s akumulátorom určený na transport novorodenca	Technické parametre prístroja	Transportný inkubátor spĺňajúci normy IEC 601-1, IEC 601-2-20, a CE MDD nariadenia pre pozemný transport novorodenca,	áno	áno
		Horná polica na prísušenie nad hornú plochu inkubátora, s popruhami na upevnenie prísušenia	min. 1 ks	áno; 1 ks
		Infúzný stojan	min. 1 ks	áno; 1 ks
		Dvojité veko transportného inkubátora s predným a bočným výklopným panelom	áno, oba panely výklopné smerom nadol	áno
		Integrované vyšetrovacie svetlo	studené svetlo na báze LED technológie	áno
		Otvoriteľná bočná stena s možnosťou vysunutia lôžka	áno	áno
		Otvoriteľná predná stena pre možnosť vloženia dieťaťa	áno	áno
		Manipulačné okienka na prednej stene	áno	áno
		Na bočnej stene zafarbovanie iris	áno	áno
		Náhradné manžety na iris	min. 3 ks	áno
		Filtre - v prípade, že inkubátor využíva filtre pri vstupe vzduchu, v dodávke požadujeme filtre na 1 rok - položku požadujeme	sada na 1 rok podľa návodu na použitie resp. 10 ks	áno; 10 ks
		Priechodky pre vstup meracích sond, hadičiek do inkubátora	áno	áno
		Lôžko transportného inkubátora výsuvné cez bočný výklopný panel pre pohodlnú intubáciu novorodenca počas transportu	áno	áno
		Fixačný systém pre bezpečnú a efektívnu fixáciu novorodenca počas transportu v transportnom inkubátore, zabraňujúci posunom dieťaťa do strán, zabraňujúci pohybu tela dieťaťa nad podložku vplyvom jazdy vozidla, zabraňujúci posunom dieťaťa horizontálne (ceľovo-kaudálne alebo opačne)	v prípade, že systém vyžaduje doplnky alebo spotrebný materiál, požadujeme min. 3 sady	áno
		Riadenie teploty v inkubátore z teploty prostredia v inkubátore	teplota v inkubátore sa automaticky upravuje na základe aktuálnej teploty vnútorného prostredia	áno
		Rozsah nastavenia teploty vzduchu v inkubátore	min. v rozsahu 22 - 38°C	áno; 22 - 38 °C
		Koždá teplotná sonda - položku požadujeme	1 ks pre opakované použitie, alebo 10 ks jednorazových sond	áno
		Koncentrácia kyslíka v priestore inkubátora	21 - min. do 60 %	áno
		Integrovaný kyslíkový prietokomer pre dávkovanie O ₂ do krytu inkubátora	áno	áno
		Priestor pre dve fláše na stlačený plyn (kyslík a vzduch) s úchytkami	áno, po oboch stranách inkubátora	áno
		Integrovaný systém pre automatické alebo manuálne prepínanie medzi zdrojmi stlačeného plynu podľa aktuálneho pripojenia - fláše so stlačeným plynom na inkubátore / fláše so stlačeným plynom v sanitnom vozidle / centrálny rozvod plynov v nemocnici	systém musí umožňovať prepínanie medzi jednotlivými zdrojmi bez prerušenia dodávky plynu	áno
		Úroveň hluku v inkubátore	max. 60 dBA	áno; 55 dBA
		Intuitívne jednoduché ovládanie a nastavenie teploty v inkubátore prostredníctvom digitálneho panela	áno	áno
		Systém automatických alarmov signalizujúci minimálne: odchýlku od prednastavenej teploty a zmenu zdroja energetického napájania	áno	áno
		Integrovaný držiak pre novorodenecký transportný ventilátor	s rýchloupínaním pre jednoduché odobratie ventilátora	áno
	Zdroj energie	Napájanie inkubátora z rozdielnych napätí: 12V D.C., 24V D.C., 220V A.C.	automatické rozpoznávanie a prepnutie na aktuálny zdroj napájania bez poklesu v systéme	áno
		Doba prevádzky na interný akumulátor	min. 3 hod	áno; 3 hod
		Elektrický kábel pre pripojenie transportného systému ku zdroju 12V DC v sanitnom vozidle s bezpečnostným zapojením proti samovoľnému uvoľneniu	1	áno; 1 ks
	Medicínske plyn	Elektrická zásuvka 12V / 24V do sanitného vozidla pre napájanie transportného systému	1	áno; 1 ks
		Ukotenie fláša na stlačené plyn	áno	áno
		Dodávateľ špecifikuje požiadavky na fláše so stlačeným vzduchom a kyslíkom kompatibilné k dodávanému zariadeniu a uvedie v dodávke minimálne jedného poskytovateľa uvedených medicínálnych plynov na území SR	áno	áno
		Manuál v papierovej podobe slovenskom alebo českom jazyku	min. 1 ks	áno; 1 ks
		Manuál v pdf tvare v slovenskom alebo českom jazyku	áno	áno

Upozornenie: Uchádzač vyplní bunky vyznačené modrou farbou!

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Slovenská 11A, 940 34 Nové Zámky

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

2

ponuku predkladá:		58		dátum vypracovania ponuky: 28.3.2022	
obchodné meno: Surgitech s.r.o.		58			
sidlo: Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava		736			
IČO: 50 197 975					
platba DPH: áno				pečiatka a podpis	
identifikácia ponúkaného zariadenia: Medirol Neotic Extero N605_P113					
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks): 4 890,00 EUR					

zariadenie:	Komplexný systém pre transport novorodencov (jednotlivé časti musia tvoriť jednotný, kompletný a funkčný celok)
názov:	Podvozok /nosidlá pod inkubátor/
predpokladaný objem:	1 ks

celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	ÁNO / NIE / konkrétne ponúkané parametre (tam kde je uvedený číselný parameter)
Podvozok /nosidlá pod inkubátor/	Technické parametre	Samosklápací podvozok kompatibilný so systémom Medirol alebo ekvivalent	áno	áno
		Integrovaný pod rám pre bezpečné uchytenie inkubátora na samosklápací podvozok,	pod rám je fixne namontovaný na transportný inkubátor	áno
		Požadujeme : Uchytenie nosidiel v sanitnom vozidle: dodávateľ zabezpečí kompatibilné nosidlá pre ukotvenie systému v sanitnom vozidle vrámci dodávky a v cene dodávky	áno	áno
		V prednej i zadnej časti podvozku usporiadanie na možnosť ukotvenia prístrojov, uloženia transportnej tašky	áno	áno
		Kolesá určené na presun po podlahe - antistatické	min. 4	áno; 4
		Kolesá určené na presun po podlahe s brzdou proti nežiaducemu pohybu	áno	áno
		Otočné predné kolieska	áno	áno
		Počet výškových nastavení podvozku	min. 3	áno; 7
		Dvojkrovový systém odistenia nôh podvozku pri jeho nakladaní do sanitného vozidla	áno	áno
		Nosnosť podvozku	min. 250 kg	áno; 250 kg
		Pevná konštrukcia	áno	áno

Upozornenie: Uchádzač vyplní bunky vyznačené modrou farbou!

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Slovenská 11A, 940 34 Nové Zámky

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

ponuku predkladá: **Surgitech s.r.o.**  2
 obchodné meno: **Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava** **Surgitech** vypracovania ponuky: 28.3.2022
 sídlo: **50 197 975** **58**
 IČO: **áno** **IČ DPH: 2120238736** **DIČ: 2120238736** pečiatka a podpis
 platca DPH: **áno**
 identifikácia ponúkaného zariadenia: **Dräger M540, DS (dokovacia stanica)**
 cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks): **8 890,00 EUR**

zariadenie: **Komplexný systém pre transport novorodencov (jednotlivé časti musia tvoriť jednotný, kompletný a funkčný celok)**
 názov: **Monitor vitálnych funkcií s dokovacou stanicou**
 predpokladaný objem: **1 ks**

celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	ÁNO / NIE / konkrétne ponúkané parametre (tam kde je uvedený číselný parameter)
Monitor vitálnych funkcií s dokovacou stanicou	Technické parametre prístroja	Monitor vitálnych funkcií vhodný na transport novorodenca s uchytením v dokovacej stanici	1	áno; 1 ks
		Integrovaná batéria	výdrž minimálne 3 hodiny	áno; 3,5 hod.
		Dokovacia stanica k monitoru	1	áno; 1 ks
		Fixovanie dokovacej stanice monitora na hornej polici inkubátora tak, aby bolo dostupné ľahké vloženie monitora s displejom orientovaným k obsluhujúcemu personálu	áno	áno
		Jednoduché vloženie a vybratie monitora z dokovacej stanice, zabezpečenie monitora proti nežiaducemu uvoľneniu z dokovacej stanice	áno	áno
		Zariadenie bude dodané tak, že dokovacia stanica bude fixovaná na transportnom systéme, systém fixácie zníži prenos vibrácií na monitor počas jazdy v sanitnom vozidle.	áno	áno
		Nízka hmotnosť monitora pre možnosť ukotvenia na polici inkubátora a ľahká manipuláciu	pod 1 kg	áno; 0,92 kg
		Hmotnosť monitora s dokovacou stanicou	pod 2,5 kg	áno; 1,2 kg
		LCD dotykový displej monitora s diagonálnou uhlopriečkou minimálne 6 palcov	min. 6 palcov	áno; 6,2"
		Možnosť voľby minimálne 5 konfigurácií zobrazení monitorovaných parametrov na displeji	áno	áno
		Celkovo malé rozmery monitora pre jednoduchšiu manipuláciu pri prekladaní k dieťaťu, resp. s dieťaťom medzi lôžkom a transportným systémom a pre možnosť usporiadania na polici nad inkubátorom	maximálne rozmery monitora výška 10 cm x šírka 26,5 cm x hrúbka 5 cm	áno; 8,9 x 25,9 x 4,3 cm
		Automaticky otočná obrazovka o 180° pre správnu vizuálnu orientáciu podľa aktuálnej polohy monitora	áno	áno
		Uloženie trendov po dobu minimálne 70 hodín	áno	áno
	Monitorované parametre:	Monitorované parametre: EKG, Respirácia, SpO2 (Masimo), Neinvazívny tlak (systola, diastola, stredný), Teplota, vrátane príslušenstva k meraným parametrom káble, manžety a senzory	áno	áno
		Neinvazívny tlak (systola, diastola, stredný) oscilometrické krokové merania	áno	áno
		Prednastavenie úvodného tlaku nafúknutia novorodeneckej tlakomerovej manžety	áno	áno
		Neinvazívny tlak: priame zadanie merania, alebo zadanie opakujúceho sa merania vo vymedzenom časovom intervale	áno	áno
		Pulzná oxymetria technológia Masimo	áno	áno
		Pulzná oxymetria zobrazenie: numerický údaj a pletyzmografická krivka	áno	áno
		Pulzná oxymetria s patientským káblom kompatibilným s Massimo RD senzorom	1 patientský kábel, min. dĺžka 3m	áno; 1ks - 3m
		Novorodenecký senzor kompatibilný k pulznej oxymetrii, Masimo RD technológia	min. 2 ks	áno; 2 ks
		Prívodná hadica na neinvazívne meranie tlaku krvi	1	áno; 1 ks
		Manžeta na neinvazívne meranie krvného tlaku	veľkosti 2, 3, 4, 5, min. á 1 ks	áno; veľ. 2,3,4,5 po 1 ks
		Prívodný kábel pre pripojenie trojvzdovového EKG	1	áno; 1 ks
		Kožná teplotná sonda jednorazová	min. 2 ks	áno; 2 ks
		Alarm: možnosť prednastaviť alarmové hranice pri spustení prístroja	áno	áno
		Alarm: vizuálny, akustický	áno	áno
		Možnosť prednastavenia pacienta podľa veku	novorodenec - áno	áno
		Elektrický napájací kábel	1	áno; 1 ks
		Manuál v papierovej podobe slovenskom alebo českom jazyku	min. 1 ks	áno; 1 ks
		Manuál v pdf tvare v slovenskom alebo českom jazyku	áno	áno

Upozornenie: Uchádzač vyplní bunky vyznačené modrou farbou!

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Slovenská 11A, 940 34 Nové Zámky

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

ponuku predkladá:

obchodné meno: **Surgitech s.r.o.**

sídlo: Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava

IČO: 50 197 975

platca DPH: áno

2 dátum vypracovania ponuky: 28.3.2022

pečiatka a podpis

identifikácia ponuky: T1

cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks): 31 860,00 EUR

zariadenie: Komplexný systém pre transport novorodencov (jednotlivé časti musia tvoriť jednotný, kompletný a funkčný celok)

názov: Prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu novorodencov

predpokladaný objem: 1 ks

celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	ÁNO / NIE / konkrétne ponúkané parametre (tam kde je uvedený číselný parameter)
Prístroj a umelú pľúcnu ventiláciu novorodencov	Technické parametre prístroja:	Novorodenecký ventilátor vyššej triedy s konvenčnými ventilačnými režimami a neinvazívnou ventiláciou so systémom nCPAP s Infant Flow metódou	1 ks	áno, 1 ks
		Nastavenie PEEP / CPAP tlaku pre konvenčnú ventiláciu	0 - min. 20 cmH2O	áno, 1 ks
		Nastavenie nCPAP tlaku pre neinvazívnu ventiláciu	min. 3 - 13 cmH2O	áno, 3 - 25 cmH2O
		Nastavenie PIP tlaku	minimálne v rozsahu 6 - 45 cmH2O	áno, od 3 do 60 cmH2O
		Nastavenie DuoPAP tlaku pre neinvazívnu ventiláciu	min. 5 - 15 cmH2O	áno, 0 - 60 cmH2O
		Nezávislé nastavenie inspiračného a expiračného prietoku	áno	áno
		Nastavenie inspiračného času	min. rozsah 0,1 - 2,0 sekundy	áno, 0,1 - 12 s
		Nastavenie expiračného času	min. rozsah 0,2 - 30 sekundy alebo min. rozsah 6 - 70 %	áno, 5 - 80 %
		Nastavenie dychovej frekvencie	min. rozsah 3 - 70 dych/min	áno, 1 - 80 dych/min
		Rozsah nastavenia koncentrácie kyslíka vo vdychovanom plyne	min. rozsah 21 - 100 %	áno, 21 - 100 %
		Proximálny prietokový senzor s malým mŕtvym priestorom	max. 0,9 ml	áno, 0,9 ml
		Rozsah nastavenia I:E pomeru v konvenčných ventilačných režimoch	min. pomer 1:2 až po 2:1	áno, 1:9 do 4:1
		Novorodenecký dýchací okruh kompatibilný s dodaným ventilátorom pre ventiláciu novorodenca počas transportu, dĺžka hadíc siahajúca cez celý inkubátor až k ventilátoru umožňujúca uloženie hlavičky novorodenca naľavo (pri odklápanom bočnom paneli).	resterilizovateľný 3 ks alebo jednorazový 10 ks	áno, 10 ks
		Dĺžka terapeutickkej pauzy pri nastavovaní režimu, napr. pri reintubácii pacienta	min. 180 sekúnd	áno, 180 s
		Možnosť jednoduchého odňatia ventilátora z transportného systému pre prípad nevyhnutného použitia ventilátora mimo transportného systému	áno	áno
		Pľúcna ventilácia u intubovaných novorodencov, ventilačný režim: riadená časovo cyklovaná ventilácia, riadená intermitentná mandatorná ventilácia	CMV, IMV	áno
		Pľúcna ventilácia u intubovaných novorodencov, ventilačný režim synchronizovaný: pacientom trigerovaná ventilácia so záložnými dychmi s podporou vybraného počtu dychov (SIMV) a s plnou podporou spontánnych dychov (SIPPV)	SIMV, SIPPV	áno
		Synchronizácia ventilácie - triger prietokový	prietokový triger, s automatickou kompenzáciou úniku,	áno
		Pripojenie k prietokovému senzoru	min. 1 ks	áno, 1 ks

Prietokový senzor	min. 5 ks	áno, 5 ks
Podporná ventilácia u neintubovaných novorodencov	áno, nCPAP, DuoPAP	áno
Podporná ventilácia u neintubovaných novorodencov	áno	áno
Terapia vysokým prietokom inhalačného podávania zmesi plynov pri spontánnom dýchaní (high flow oxygen therapy - vysoko prietoková kyslíková terapia)	áno	áno
Priame zadanie aplikácie zvýšenej koncentrácie kyslíka na vyčlenený čas s automatickým návratom k pôvodným hodnotám	áno, k dispozícii v každom ventilačnom režime	áno
Manuálny dych: možnosť aktivovať jednotlivý vdych príkazom personálu cez ovládací panel	áno, k dispozícii v každom režime vrátane neinvazívnej ventilácie	áno
Grafické zobrazenie pľúcnej mechaniky - ventilačných parametrov	áno, pomocou voliteľných časových kriviek (tlak, prietok, objem) a pomocou slučiek	áno
Numerické zobrazenie ventilačných parametrov	áno, zobrazenie dát na hlavnej obrazovke s možnosťou predvoľby	áno
Interný akumulátor pre prevádzku bez hlavného zdroja el.energie	áno, s kapacitou minimálne na 150 minút prevádzky	áno, 4 hod.
Dostupný kábel pre dobíjanie z elektrickej siete	áno	áno
Automatický alebo manuálny systém prepínania medzi zdrojmi dýchacích plynov	áno, ktorý zabezpečí nepretržitú dodávku plynov do ventilátora bez prerušenia ventilácie počas transportu	áno
Vysoko tlaková prírodná hadica s rýchlospojkou pre pripojenie prístroja k centrálnemu rozvodu kyslíka alebo osobitného zdroja kyslíka. Zdroj stlačeného vzduchu musí zabezpečovať integrovaná turbína.	dĺžka min. 3 m	áno, 3m
Manuál v papierovej podobe slovenskom alebo českom jazyku	min. 1 ks	áno, 1 ks
Manuál v pdf tvare v slovenskom alebo českom jazyku	áno	áno

Upozornenie: Uchádzač vyplňa bunky vyznačené modrou farbou!

ponuku predkladá: **Surgitech s.r.o.** dátum vypracovania ponuky: 28.3.2022
obchodné meno: **Surgitech s.r.o.**
sídlo: **Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bra**
IČO: **50 197 975**
platca DPH: **áno** pečiarka a podpis
identifikácia ponúkaného zariadenia: **Boscarol OB 1000**
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks): **930,00 EUR**

zariadenie: **Komplexný systém pre transport novorodencov (jednotlivé časti musia tvoriť jednotný, kompletný a funkčný celok)**
názov: **Zariadenie na odsávanie dýchacích ciest s akumulátorom s možnosťou dobíjania**
predpokladaný objem: **1 ks**


celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	ÁNO / NIE / konkrétne ponúkané parametre (tam kde je uvedený číselný parameter)
Zariadenie na odsávanie dýchacích ciest s akumulátorom s možnosťou dobíjania	Technické parametre :	Vákuum vyvinuté elektrickou odsávačkou	min. 750 mbar	áno, 850 mbar
		Sací výkon elektrickej odsávačky	min. do 12 lit/min	áno, 25 l/min
		Možnosť regulácie podtlaku, pre potreby prispôsobenia v závislosti od pacienta a miesta odsávania	áno	áno
		Objem nádoby elektrickej odsávačky	500 ml	áno, 500 ml
		Hmotnosť elektrickej odsávačky	max. 4 kg	áno; 3,5 kg
		Nádoba do odsávačky	min. 2 ks	áno, 2 ks
		Kábel na nabíjanie v elektrickej sieti	1	áno, 1
		Ak je to pre zariadenie potrebné, kábel na nabíjanie v sanitnom vozidle	1	áno, 1
		Manuál v papierovej podobe slovenskom alebo českom jazyku	min. 1 ks	áno, 1ks
		Manuál v pdf tvare v slovenskom alebo českom jazyku	áno	áno

Upozornenie: Uchádzač vyplní bunky vyznačené modrou farbou!

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Slovenská 11A, 940 34 Nové Zámky

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA



ponuku predkladá:

obchodné meno: Surgitech s.r.o.

Surgitech

dátum vypracovania ponuky: 28.3.2022

sídlo: Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava

IČO: 50 197 975

platba DPH: áno

pečiatka a podpis

identifikácia ponúkaného zariadenia: B Braun Perfusor Space

cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks):

1 540,00 EUR

zariadenie:

Komplexný systém pre transport novorodencov (jednotlivé časti musia tvoriť jednotný, kompletný a funkčný celok)

názov: Injekčné dávkovače

predpokladaný objem: 3 ks

celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	ÁNO / NIE / konkrétne ponúkané parametre (tam kde je uvedený číselný parameter)
	Medicínsko - technické parametre prístroja:	Injekčný dávkovač s vysokou presnosťou s krokovaním rýchlostí po min. 0,01 ml/hod s dokovacími stanicami	áno	áno
		Prístroj použiteľný samostatne, s dobíjaním v elektrickej sieti	áno	áno
		Elektrický napájací kábel ku každému prístroju	áno, min. 3 ks	áno, 3 ks
		Napájací kábel na dobíjanie v sanitnom vozidle	min. pre 2 injekčné dávkovače, výhodnejší je jeden dvojitý kábel s možnosťou napájania 2 inj. dávkovačov	áno
		Možnosť vloženia prístroja do dokovacej stanice	áno	áno
		Dávkovanie		
		s minimálnou rýchlosťou	min. od 0,1 ml/hod	áno, 0,01 ml/hod
		možnosť zvyšovania rýchlosti v krokoch	po 0,01 ml/hod	áno, 0,01 ml/hod
		presnosť dávkovania $\pm 2\%$ nastavenej rýchlosti	áno	áno
		možnosť prednastavenia času minimálne	od 1 min – minimálne do 24 hod	áno, 1 min - 99 hod 59 min
		možnosť nastavenia dávkovania s automatickou zmenou rýchlosti	áno	áno
		možnosť prepočtu dávky (z množstva mg s ohľadom na čas podávania a hmotnosť dieťaťa)	áno	áno
		možnosť prednastavenia celkového objemu	min v rozsahu 2 – 600 ml	áno, 0,1 - 9 999 ml
		režim udržiavania priechodnosti ciev minimálnym prietokom, nastaviteľný	aj na 1 ml/hod	áno
		možnosť nastavenia alarmu oklúzneho tlaku, vo viacerých krokoch (aj pre možnosť podávania do extrémne malých centrálnych prístupov veľkosti 1 Fr. s filtráciou 0,2 μ m)	áno	áno
		nastaviteľný čas pre režim pozastavenia tzv. „Stand-by“	áno	áno
		Bolus		
		možnosťou preplachu systému hadíc pre ich odvdzúšenie	áno	áno
		možnosť podávania lieku bolusom riadenou rýchlosťou	áno	áno
		nastaviteľná rýchlosť bolusu	áno	áno
		Spôsob podávania:		
		bolus podávaný manuálne	áno	áno
		bolus podávaný prednastavením objemu/času	áno	áno
		ochrana proti podaniu bolusovej dávky pri uvoľnení neželateľne blokovaného prietoku	áno	áno
		Striekačky		
		vhodný pre injekčné striekačky minimálne v rozsahu	2 – 60 ml,	áno, 2 - 60 ml
		možnosť nastaviť striekačku z vybraného zoznamu výrobcov,	áno	áno
		uchytenie piesta striekačky „klepietkami“ z mechanizmu prístroja	áno	áno
		rozpoznanie objemu vloženej striekačky a správnosti jej vloženia	áno	áno
		Displej:		
		zoznam liekov:	áno	áno
		možnosť zadať vlastný zoznam liekov v počítači a „implantovať“ ho do dávkovačov	áno	áno
		možnosť zvoliť zo zoznamu vybraný liek: minimálne názov, koncentráciu a určiť rýchlosť podávania	áno	áno

Injekčné dávkovače	zobrazenie údajov o podávanom lieku:	áno	áno
	zobrazením rýchlosti	áno	áno
	prietokového odporu	áno	áno
	množstva podaného lieku	áno	áno
	názvu lieku	áno	áno
	objemu injekčnej striekačky	áno	áno
	režimu: podávanie, pozastavenie, „udržiavania priechodnej cievy“	áno	áno
	zobrazenie údajov o prístroji: napájanie, stav batérie	áno	áno
	je možné nastaviť osvetlenie displeja alebo kontrast a jas	áno	áno
	Minimálne monitorované parametre, alarmy:		
	optický a zvukový alarm	áno	áno
	možnosť nastavenia hlasitosti alarmu	áno	áno
	popis alarmovej situácie na displeji	áno	áno
	detekcia vloženia a správnosti vloženia injekčnej striekačky	áno	áno
	alarm pre:		áno
	prázdnu striekačku, blížiaci sa koniec podávania zo striekačky	áno	áno
	prekročený limit pre pozastavenie dávkovania	áno	áno
	príliš vysoký oklúzny tlak,	áno	áno
	vybitá batéria,	áno	áno
	poruchu prístroja	áno	áno
	prístroj musí mať jednoduchú a zrejmu obsluhu, možnosť rýchlej orientácie v nastavených základných parametroch	áno	áno
	Zdroj energie:		
	elektrická sieť	áno	áno
	akumulátor s kapacitou na minimálne 6 hodín prevádzky mimo el. sieť,	áno	áno
	automatické dobíjanie akumulátora pri pripojení do elektrickej siete	áno	áno
	Možnosť uchytenia prístroja		
	na infúzny stojan	áno	áno
	na eurolištu	áno	áno
	samostatné státie na polici	áno	áno
	jednotlivé prístroje je možné vzájomne ukotviť	áno, možnosť ukotviť vzájomne minimálne 2 ks	áno, 3 ks
	nízka hmotnosť prístroja	max.1,5 kg / 1 ks	áno, 1,45 kg
	elektrické káble	dĺžka min. 3m	áno, 3m
	zariadenie má vlastnú batériu so zobrazením stavu batérie s kapacitou	min. 6 hodín	áno, 8 hod
	možnosť nastavenia hlasitosti alarmu	áno	áno
	Všeobecné požiadavky k Injekčným dávkovačom a dokovacím staniciam:		
	Manuál v papierovej podobe slovenskom alebo českom jazyku	min. 1 ks	áno, 1 ks
	Manuál v pdf tvare v slovenskom alebo českom jazyku	áno	áno
	požadujeme nový prístroj (nesmie sa jednať o prístroj využívaný v predchádzajúcom období na demonštráciu, nesmie sa jednať o repasovaný prístroj)	áno	áno
	prístroje musia mať CE, ŠUKL kód	áno	áno
	Záruka: minimálne 2 roky	áno	áno
	Servis: dostupný aj v Slovenskej republike	áno	áno
	požadujeme zaučenie k obsluhu injekčného dávkovača a dokovacej stanice minimálne v dvoch vopred dohodnutých termínoch	áno	áno
	okamžitá funkčnosť: dodávka prístrojov musí byť komplexná a plne funkčná, bez potreby dokupovať ďalšie časti pre zabezpečenie prevádzky injekčných dávkovačov a dokovacích staníc v celej dodávke	áno	áno
	Minimálne požadované doplnky pri dodaní:		
	knižnica doplnená o injekčné striekačky využívané na pracovisku	áno	áno
	v budúcnosti možnosť updatovať software	áno	áno

Upozornenie: Uchádzač vyplňa bunky vyznačené modrou farbou!

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Slovenská 11A, 940 34 Nové Zámky

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

ponuku predkladá:

obchodné meno: Surgitech s.r.o.

sídlo: Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava

IČO: 50 197 975

platca DPH: áno

dátum: 28.3.2022

IČ DPH: SK2120238736, DIČ: 2120238736

identifikácia ponúkaného zariadenia: Taška pre záchranárov

cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks): 180,00 EUR

zariadenie:

Komplexný systém pre transport novorodencov (jednotlivé časti musia tvoriť jednotný, kompletný a funkčný celok)

názov: Taška určená na lieky a pomôcky pre záchranárov

predpokladaný objem: 1 ks

celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	ÁNO / NIE / konkrétne ponúkané parametre (tam kde je uvedený číselný parameter)
Taška určená na lieky a pomôcky pre záchranárov	Parametre:	Taška umožňuje jednoduché prenášanie	áno	áno
		Uzatváranie tašky je bezpečné bez rizika otvorenia a vypadávania súčastí uložených v taške	áno	áno
		Vnútorá strana tašky obsahuje vybavenie tak, aby bolo možné uloženie a prichytenie liekov, katétrov, pomôcok pre zavedenie infúzie, uchytania pružnou gumou a alebo suchým zipsom. Taška má vrecká a oddelené priechodky	áno	áno
		Rozmery tašky (+/- 5 cm)	rozmery: 30-40 cm x 50-65 cm x 30-40 cm	áno, 35x65x35 cm
		Deklarovaný objem tašky	min. 50 l	áno, 50 l
		Povrch tašky umožňuje jej dezinfekciu	áno	áno
		Taška je cielene určená pre záchranárske tímy	áno	áno

Upozornenie: Uchádzač vyplní bunky vyznačené modrou farbou!

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Slovenská 11A, 940 34 Nové Zámky

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

ponuku predkladá:

obchodné meno: **Surgitech s.r.o.**

sídlo: **Prí Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava**

IČO: **50 197 975**

platba DPH: **áno**

identifikácia ponúkaného zariadenia: **WAECO SinePower MSI 1312**

cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks): **1 410,00 EUR**

zariadenie: **Komplexný systém pre transport novorodencov (jednotlivé časti musia tvoriť jednotný, kompletný a funkčný celok)**

názov: **Zariadenie umožňujúce konverziu elektrického prúdu**

predpokladaný objem: **1 ks**


celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	ÁNO / NIE / konkrétne ponúkané parametre (tam kde je uvedený číselný parameter)
Zariadenie umožňujúce konverziu elektrického prúdu	Technické parametre prístroja:	Zariadenie umožňujúce konverziu elektrického prúdu 12 DC v sanitnom vozidle na 230V ac / 50 Hz čistá sínusoida.	1	áno, 1 ks
		Požadujeme odskúšanie funkčnosti dobijania cez uvedené zariadenie priamo v sanitnom vozidle	áno	áno, vrátane montáže a uchytenia
		Minimálne požadované doplnky, súčasti pri dodaní pre celú dodávku a všetky komponenty:		
		Požadovaný komplexný systém pre transport novorodencov bude dodaný jednotne, komplexne a funkčne vrátane všetkých požadovaných súčastí	áno	áno
		Dodávateľ sa priamo zúčastí podľa dohodnutého termínu na odskúšaní systému v sanitnom vozidle	áno	áno
		Dodávateľ predloží CE a ŠUKL kód	áno	áno
		Záruka	minimálne 2 roky	áno
		Zaškolenie personálu minimálne v 2 vopred dohodnutých termínoch ku všetkým komponentom systému, dodávateľ vystaví doklad o zaškolení.	áno	áno
		Zariadenie bude dodané funkčné, tak aby bolo možné dobíjať v sanitnom vozidle požadované vybrané komponenty a s funkčným ukotvením nosidiel v sanitnom vozidle	áno	áno
		Dodávané zariadenie musí spĺňať legislatívne požiadavky pre umiestnenie na trh v Slovenskej republike.	áno	áno
		Prístroj, vrátane všetkých častí dodávky, musí byť dodaný nový, nepoužívaný (nesmie sa jednať o prístroj využívaný v predchádzajúcom období na demonštráciu, nesmie sa jednať o repasovaný prístroj).	áno	áno

Upozornenie: Uchádzač vyplní bunky vyznačené modrou farbou!

CENOVÁ PONUKA

Verejný obstarávateľ	Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenská ulica 5587/11 A, 940 34 Nové Zámky
Názov projektu a kód projektu v ITMS2014+:	„Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie“ 302021AY17
Identifikácia uchádzača (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Surgitech s.r.o. Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava IČO: 50 197 975
Platiteľ DPH	áno

Komplexný systém pre transport novorodencov (jednotlivé časti musia tvoriť jednotný, kompletný a funkčný celok)					
Poradové číslo položky	Názov položky	Počet kusov (ks)	JC bez DPH (EUR)	Cel.cena bez DPH (EUR)	Cel.cena s DPH (EUR)
1.	Inkubátor s akumulátorom určený na transport novorodenca	1	25 270,00 €	25 270,00 €	30 324,00 €
2.	Podvozok /nosidlá pod inkubátor/	1	4 890,00 €	4 890,00 €	5 868,00 €
3.	Monitor vitálnych funkcií s dokovacou stanicou	1	8 890,00 €	8 890,00 €	10 668,00 €
4.	Prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu novorodencov	1	31 860,00 €	31 860,00 €	38 232,00 €
5.	Zariadenie na odsávanie dýchacích ciest s akumulátorom s možnosťou dobíjania	1	930,00 €	930,00 €	1 116,00 €
6.	Injekčné dávkovače	3	1 540,00 €	4 620,00 €	5 544,00 €
7.	Taška určená na lieky a pomôcky pre záchranárov	1	180,00 €	180,00 €	216,00 €
8.	Zariadenie umožňujúce konverziu elektrického prúdu	1	1 410,00 €	1 410,00 €	1 692,00 €
Celková cena v EUR bez DPH:			78 050,00 €		
DPH 20 % v EUR (vyberte správnu možnosť pre údaj "Platiteľ DPH")			15 610,00 €		
Celková cena v EUR s DPH			93 660,00 €		

Miesto a dátum vypracovania cenovej ponuky:	Bratislava, 22.07.2022
Meno, priezvisko osoby oprávnenej konať v mene uchádzača, podpis, pečiatka:	 Surgitech s.r.o. 811 04 Bratislava IČ DPH: SK2120238738, IČO: 50197975

Upozornenie: Uchádzač vyplní bunky vyznačené modrou farbou!

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy

Zoznam subdodávateľov¹

Uchádzač: Surgitech s.r.o., so sídlom: Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava, IČO: 50 197 975

týmto

vyhlasujem,

že v nadlimitnej zákazke postupom verejnej súťaže podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), na dodanie tovarov v zákazke pod názvom: „Zdravotnícka technika“, Časť 2: Komplexný systém pre transport novorodencov:

- a) ~~nebudem využívať subdodávky~~ a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v Kúpnej zmluve),²
b) ~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:~~³

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:%, t. j.€ bez DPH

2. navrhovaní subdodávatelia:⁴

Obchodné meno	Adresa sídla	IČO	údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

3. predmety subdodávok: ⁴

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v € bez DPH)

Zároveň čestne vyhlasujem, že každý uvedený subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO.

V Bratislave, dňa 22.07.2022

Za uchádzača (meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby uchádzača) Ing. Peter Šumichrast, konateľ

Podpis oprávnenej osoby konať v mene uchádzača

¹ Tento dokument môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje, informácie a vyhlásenie v znení ako je uvedené nižšie.

² V prípade využitia subdodávateľov preškrtnúť celý odsek a)

³ V prípade nevyžitia subdodávateľov preškrtnúť celý odsek b)

⁴ Doplniť tabuľku údajmi, v prípade potreby pridať potrebný počet riadkov.

