

Názov predmetu zákazky:
Neutrálne elektródy

Špecifikácia predmetu zákazky

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Dodávateľ uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa objednávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu) a zároveň uvedie názov predloženého dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky		
	spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu	názov predloženého dokladu (u každej požiadavky samostatne), prostredníctvom ktorého preukazuje dodávateľ splnenie príslušnej požiadavky na predmet zákazky (napr. <i>prospektový materiál</i> /strana č. 15)
Položka č. 1 - Neutrálna elektróda			
1. počet aktívnych plôch elektródy: 2ks	spĺňa		16-emea-hra5-patient-electrode-sell-sheet-803292_FINAL.pdf, rem-polyhesive-patient-return-electrodes-info-sheet.pdf, Tech Specifications BS-HBS HRA5 506_eng.pdf
2. aktívna plocha elektródy: od 110 cm² do 155 cm²	spĺňa		16-emea-hra5-patient-electrode-sell-sheet-803292_FINAL.pdf, rem-polyhesive-patient-return-electrodes-info-sheet.pdf, Tech Specifications BS-HBS HRA5 506_eng.pdf
3. hrúbka elektródy: min. 0,8 – max 1,5 mm	spĺňa		16-emea-hra5-patient-electrode-sell-sheet-803292_FINAL.pdf, rem-polyhesive-patient-return-electrodes-info-sheet.pdf, Tech Specifications BS-HBS HRA5 506_eng.pdf
4. počet kusov v balení: min. 1 ks	spĺňa		16-emea-hra5-patient-electrode-sell-sheet-803292_FINAL.pdf, rem-polyhesive-patient-return-electrodes-info-sheet.pdf, Tech Specifications BS-HBS HRA5 506_eng.pdf
5. jednorazová, samolepiaca elektróda bez kábla	spĺňa		16-emea-hra5-patient-electrode-sell-sheet-803292_FINAL.pdf, rem-polyhesive-patient-return-electrodes-info-sheet.pdf, Tech Specifications BS-HBS HRA5 506_eng.pdf
6. požaduje sa kompatibilita neutrálnej elektródy s prístrojom produktovej rady FORCE f. Valleylab a s káblom pre vstup prístroja produktovej rady FORCE f. Valleylab	spĺňa		16-emea-hra5-patient-electrode-sell-sheet-803292_FINAL.pdf, rem-polyhesive-patient-return-electrodes-info-sheet.pdf, Tech Specifications BS-HBS HRA5 506_eng.pdf
7. elektróda musí umožňovať generátoru bezchybne monitorovať impedanciu v tkanive	spĺňa		16-emea-hra5-patient-electrode-sell-sheet-803292_FINAL.pdf, rem-polyhesive-patient-return-electrodes-info-sheet.pdf, Tech Specifications BS-HBS HRA5 506_eng.pdf
8. elektróda musí umožňovať generátoru nepretržite monitorovať kontakt s pacientom	spĺňa		16-emea-hra5-patient-electrode-sell-sheet-803292_FINAL.pdf, rem-polyhesive-patient-return-electrodes-info-sheet.pdf, Tech Specifications BS-HBS HRA5 506_eng.pdf
9. elektróda musí umožňovať plynule udržiavať výkon pri prechode rôznymi typmi tkanív	spĺňa		16-emea-hra5-patient-electrode-sell-sheet-803292_FINAL.pdf, rem-polyhesive-patient-return-electrodes-info-sheet.pdf, Tech Specifications BS-HBS HRA5 506_eng.pdf
10. lepiaci lem po obvode elektródy musí zabráňovať zatekaniu kvapalinami	spĺňa		16-emea-hra5-patient-electrode-sell-sheet-803292_FINAL.pdf, rem-polyhesive-patient-return-electrodes-info-sheet.pdf, Tech Specifications BS-HBS HRA5 506_eng.pdf
11. materiál aktívnej časti elektródy:			
11.1 adhezívny hydrogél	spĺňa		16-emea-hra5-patient-electrode-sell-sheet-803292_FINAL.pdf, rem-polyhesive-patient-return-electrodes-info-sheet.pdf, Tech Specifications BS-HBS HRA5 506_eng.pdf
11.2 vysoký podiel polyalkoholov a vody	spĺňa		16-emea-hra5-patient-electrode-sell-sheet-803292_FINAL.pdf, rem-polyhesive-patient-return-electrodes-info-sheet.pdf, Tech Specifications BS-HBS HRA5 506_eng.pdf
12. materiál tela elektródy:			
12.1 antialergický materiál	spĺňa		16-emea-hra5-patient-electrode-sell-sheet-803292_FINAL.pdf, rem-polyhesive-patient-return-electrodes-info-sheet.pdf, Tech Specifications BS-HBS HRA5 506_eng.pdf
13. sterilný obal elektródy musí obsahovať minimálne tieto údaje:			
13.1 názov	spĺňa		16-emea-hra5-patient-electrode-sell-sheet-803292_FINAL.pdf, rem-polyhesive-patient-return-electrodes-info-sheet.pdf, Tech Specifications BS-HBS HRA5 506_eng.pdf
13.2 katalógové číslo	spĺňa		16-emea-hra5-patient-electrode-sell-sheet-803292_FINAL.pdf, rem-polyhesive-patient-return-electrodes-info-sheet.pdf, Tech Specifications BS-HBS HRA5 506_eng.pdf
13.3 expiráciu	spĺňa		16-emea-hra5-patient-electrode-sell-sheet-803292_FINAL.pdf, rem-polyhesive-patient-return-electrodes-info-sheet.pdf, Tech Specifications BS-HBS HRA5 506_eng.pdf
13.4 označenie otvárania	spĺňa		16-emea-hra5-patient-electrode-sell-sheet-803292_FINAL.pdf, rem-polyhesive-patient-return-electrodes-info-sheet.pdf, Tech Specifications BS-HBS HRA5 506_eng.pdf

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača: Medtronic Slovakia
Sídlo uchádzača: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO: 464107.59
DIČ: 20233656.08

Oprávnená kontaktná osoba pre účely zasielania informácií týkajúcich sa predmetnej zákazky a overovanie správnosti v prílohách uvedených údajov:
Meno, priezvisko, titul: Mária Herczogová
Pracovná pozícia: Senior Tender & Contract Specialist
Telefónne číslo: 0903232152
E-mail: maria.herczogova@medtronic.com

Oprávnená kontaktná osoba pre účely plnenia zmluvy na predmetnú zákazku:
Meno, priezvisko, titul: Petra Závacká
Pracovná pozícia: Sales representative EMID&Ebd division,
Telefónne číslo: 0903797961
E-mail: petra.zavacka@medtronic.com

V:
Dňa:

Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:

Poznámka:
☐ - povinné údaje vyplní uchádzač