

Príloha č. 1
Špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:
Koronárne shuntý

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
A.	Popis predmetu:		
Položka č. 1 -9 Koronárne shuntý na perfúziu koronárnych artérií:			
1.	Spoločné požiadavky pre Položky č.1 - 9:	áno	áno
1.1	Telo shuntu musí byť silikónové flexibilné zabezpečujúce dobrú manipuláciu v distálnej časti myokardu	áno	áno
1.2	Oba konce rúry musia byť kvapkovitého tvaru s viditeľným farebným označením	áno	áno
1.3	Musia byť vyrobené z rádiokontrastného materiálu	áno	áno
1.4	K shantom musí byť pripevnená upínacia slučka so značkou z rádiokontrastného materiálu	áno	áno
1.5	Sterilné balenie: 1ks	áno	áno
1.6	Shunt musí byť jednorázový.	áno	áno
1.7	Shunt musí byť apyrogénny.	áno	áno
1.8	Obal musí obsahovať minimálne:	xxx	xxx
1.8	názov	áno	áno
1.8.2	veľkosť	áno	áno
1.8.3	exspirácia	áno	áno
1.8.4	katalógové číslo	áno	áno
2.	Položka č.1 - Koronárne shuntý na perfúziu koronárnych artérií, typ I.□	áno	áno
2.1	Veľkosť: 1,00 mm	áno	áno
3.	Položka č.2 - Koronárne shuntý na perfúziu koronárnych artérií, typ II.□	áno	áno
3.1	Veľkosť: 1,25 mm	áno	áno
4.	Položka č.3 - Koronárne shuntý na perfúziu koronárnych artérií, typ III.□	áno	áno
4.1	Veľkosť: 1,50 mm	áno	áno
5.	Položka č.4 - Koronárne shuntý na perfúziu koronárnych artérií, typ IV.□	áno	áno
5.1	Veľkosť: 1,75 mm	áno	áno
6.	Položka č.5 - Koronárne shuntý na perfúziu koronárnych artérií, typ V.□	áno	áno
6.1	Veľkosť: 2,00 mm	áno	áno
7.	Položka č.6 - Koronárne shuntý na perfúziu koronárnych artérií, typ VI.□	áno	áno
7.1	Veľkosť: 2,25 mm	áno	áno
8.	Položka č.7 - Koronárne shuntý na perfúziu koronárnych artérií, typ VII.□	áno	áno
8.1	Veľkosť: 2,50 mm	áno	áno
9.	Položka č.8 - Koronárne shuntý na perfúziu koronárnych artérií, typ VIII.□	áno	áno
9.1	Veľkosť: 2,75 mm	áno	áno
10.	Položka č.9 - Koronárne shuntý na perfúziu koronárnych artérií, typ IX.□	áno	áno
10.1	Veľkosť: 3,00 mm	áno	áno

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

TIMED s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava

IČO:

00602175

DIČ:

2020459067

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:

Meno a priezvisko:

Richard Kylian

Pracovné zaradenie:

konateľ spoločnosti

Telefónne číslo:

02/48209514

E-mail:

kylian@timed.sk

V: Bratislava

Dňa: 22.8.2018

.....
Podpis a pečiatka uchádzača

