

**Príloha č. 1**

Špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:

**Defibrilátor pre Centrum preventívnej a športovej kardiológie****ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
	spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
<b>Položka č. 1 - Defibrilátor pre Centrum preventívnej a športovej kardiológie</b>		
1.	Dobre čitateľná obrazovka aj v teréne na priamom slnečnom svetle, voliteľný režim zobrazenia, plne farebný režim a vysoko kontrastný režim	spĺňa
2.	Súbežné zobrazenie kriviek meraných vitálnych funkcií na monitore, možnosť sledovať súčasne krivku EKG SpO2 a prehľadné a čitateľné zobrazenie všetkých meraných hodnôt vitálnych funkcií	spĺňa
3.	Bifázny defibrilačný výboj s eskaláciou energie výboja do 360 J pri manuálnom i automatickom režime	spĺňa
4.	Odolnosť:	xx
4.1	maximálna odolnosť proti nárazom a úderom;	spĺňa
4.2	prevádzková odolnosť proti prachu a vode (IP44);	spĺňa
4.3	odolnosť proti vibráciám, pre pozemné vozidlá a vrtuľníky	spĺňa
5.	Farebný displej minimálne: 5,0"	spĺňa
6.	Manuálna defibrilácia s využitím samolepiacich defibrilačných elektród	spĺňa
7.	Poloautomatická externá defibrilácia so systémom odporúčanie výboja s využitím samolepiacich defibrilačných elektród	spĺňa
8.	Metronom so zvukovým signálom pre vykonávanie KPR nastaviteľný na intubovaného i nezaintubovaného pacienta, pre dospelých i detí	spĺňa
9.	Tlačiareň s možnosťou tlače troch kriviek pod sebou na 100 mm papier	spĺňa
10.	Neinvazívna kardostimulácia s režimami synchronný / asynchronný s využitím samolepiacich defibrilačných elektród	spĺňa
11.	Neinvazívne monitorovanie SpO2	spĺňa
12.	Meranie neinvazívneho tlaku krvi NIBP	spĺňa
13.	Snímanie 12 zvodového EKG, vrátane záznamu, tlače a vyhodnotenia	spĺňa

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

**Medsol Slovakia s.r.o.**

Sídlo uchádzača:

Mostná 72, 949 01 Nitra

IČO:

36 740 471

DIČ:

2022333687

**Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa špecifikácií:**

Meno a priezvisko:

**Miroslava Slobodová**

Pracovné zaradenie:

ASM

Telefónne číslo:

+421 918 655 799

E-mail:

[mslobodova@medsol.sk](mailto:mslobodova@medsol.sk)

V: Nitre

Dňa:

Podpis a pečiatka:

**Mgr. Antonín Havlíček, MBA -  
konateľ**

Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:

Poznámka:

**Príloha č. 1**

Špecifikácia predmetu zákazky

- povinné údaje vyplní uchádzač