

## Príloha č. 1

### Typový list lekárskeho prístroja

#### BenchMark Ultra

#### Časť A – Špecifikácia lekárskeho prístroja

1. **Systém:** BenchMark ULTRA, automatický farbiaci systém pre IHC a ISH.
2. **Výkon:** max. 30 skiel v jednom behu
3. **Materiál vzorky:** biologický materiál (tkanivá, bioptické vzorky)
4. **Kapacita pre vzorky:** 30 skiel
5. **Typy vzorkových skúmaviek:** neaplikovateľné
6. **Objem vzorky:** neaplikovateľné
7. **Čiarový kód pre vzorky:** neaplikovateľné
8. **Reagencie:** reagencie pre IHC alebo ISH,
9. **Kyvety:** neaplikovateľné
10. **Spotreba vody:** neaplikovateľné
11. **Kontrolná jednotka:** PC, monitor, klávesnica, myš, Ebar printer II
11. **Rozhranie:** neaplikovateľné
12. **Požiadavky na pripojenie do elektrickej siete:** ~230 VAC, 50/60 Hz,
13. **Rozmery:** ŠxHxV: 111,76 cm x 84,07 cm x 158,50 cm
14. **Hmotnosť:** 294,8kg
15. **Certifikácia:** IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-010, IEC/EN 61010-2-101, IEC/EN 61010-2-081, EN 61326-2-6
16. **Príslušenstvo lekárskeho prístroja<sup>1</sup>:** neaplikovateľné

<sup>1</sup> V konkrétnom obchodnom prípade môže byť dodané všetko uvedené príslušenstvo alebo len niektoré. Presný zoznam dodávaného príslušenstva lekárskeho prístroja bude uvedený v preberacom protokole.

## ČASŤ B – Špecifikácia servisu pri nájme

**Servisná organizácia<sup>2</sup>:** Autorizovaný servis  
Roche Slovensko s.r.o., Divízia Diagnostics, Pribinova 7828/19, 811 09 Bratislava

**Autorizovaný servis:** bezplatné odstránenie porúch na prístroji majúce pôvod v povahe prístroja  
bezplatná preventívna údržba (servisná prehliadka), 1 x za 12 mesiacov  
odplatný servis porúch prístroja nad rámec bezplatného servisu

**Servisná prehliadka:**

Spoločnosť Roche Slovensko, s.r.o. vykoná na žiadosť zákazníka periodickú servisnú prehliadku prístroja 1x za obdobie 12 mesiacov/ v lehotách určených výrobcom, ktorej obsahom je:

- a) Výmena inline filtrov a mufflera.
- b) Vyčistenie vnútorných častí prístroja, vrátane vortex-mixérov.
- c) Kontrola a nastavenie tlakov.

---

<sup>2</sup> Akýkoľvek zásah do prístroja je oprávnená urobiť iba osoba na to oprávnená podľa všeobecne platných právnych predpisov, s odborným vzdelaním a skúsenosťami, osoba, ktorá je servisným partnerom výrobcu alebo spoločnosti Roche Slovensko, s.r.o. alebo zamestnancom spoločnosti Roche Slovensko, s.r.o.