

Špecifikácia predmetu zmluvy Endoskopické prístroje

Videogastroskopická zostava

OLYMPUS, EVIS EXERA III

<i>Požadovaná technické vlastnosti</i>		<i>Hodnota ponúkaného parametra</i>
VIDEOGASTROSKOP DVOJKANÁLOVÝ		
spôsob snímania	farebný CCD čip	áno, farebný CCD čip
veľkosť zorného poľa	min. 140°	áno, 140°
vonkajší priemer zavádzacieho tubusu	max. 12,8 mm	áno, 12,6 mm
priemer pracovného kanála A	min. 2,8 mm	áno, 2,8 mm
priemer pracovného kanála B	min. 3,7 mm	áno, 3,7 mm
ohybnosť hore/dolu	min. 180°/90°	áno, 210°/90°
ohybnosť vpravo/vľavo	min. 100°/100°	áno, 100°/100°
pracovná dĺžka	1000 - 1050 mm	áno, 1030 mm
technológia digitálnej chromoendoskopie	áno	áno
technológia vysokého rozlíšenia obrazu	áno	áno
samostatný oplachový kanál	áno	áno
VIDEOGASTROSKOP		
spôsob snímania:	farebný CCD čip	áno, farebný CCD čip
veľkosť zorného poľa:	min. 140°	áno, 140°
vonkajší priemer zavádzacieho tubusu	max. 9,8 mm	áno, 9,2mm
priemer pracovného kanála:	min. 2,8 mm	áno, 2,8 mm
ohybnosť hore/dolu:	min. 210°/ min. 90°	áno, 210°/90°
ohybnosť vpravo/vľavo:	min. 100°/ min. 100°	áno, 100°/100°
pracovná dĺžka:	1000 - 1050 mm	áno, 1030 mm
technológia digitálnej chromoendoskopie	áno	áno
technológia vysokého rozlíšenia obrazu	áno	áno
samostatný oplachový kanál	áno	áno
VIDEOPROCESOR		
samostatný oddelený videoprocesor od svetelného zdroja alebo integrovaný	áno	áno
identifikácia endoskopov podľa typov a výrobného čísla vrátane zaznamenávania počtu vyšetrení	áno	áno
automatické nastavenie jasu	áno	áno
funkcia subjektívne nastavenie kontrastu	áno	áno
funkcia nastavenie bielej farby	áno	áno
funkcia subjektívne nastavenie farieb /červená, modrá/	áno	áno
funkcia subjektívne nastavenie chromatickosti obrazu	áno	áno

funkcia zmrazenie obrazu	áno	áno
záznam obrazu na pamäťové médium	áno	áno
funkcia vysoké rozlíšenie obrazu	áno	áno
funkcia digitálna chromoendoskopia	áno	áno
funkcia elektronický zoom /3 veľkosti/	áno	áno
funkcia obraz v obraze /HD/	áno	áno
klávesnica na ovládanie videoprocesora	áno	áno
možnosť používateľských prednastavení	áno	áno
funkcia irisovej clony	áno	áno
filtrácia detailov	áno	áno
SVETELNÝ ZDROJ		
samostatný svetelný zdroj oddelený od videoprocesora alebo integrovaný	áno	áno
xenónová výbojka s výkonom minimálne 300W	áno	áno
vzduchová insuflácia /3 stupne intenzity/	áno	áno
automatické nastavenie jasu – metóda servo-diaphragm	áno	áno
funkcia manuálne nastavenie jasu	áno	áno
filter k funkcii digitálnej chromoendoskopie	áno	áno
zariadenie proti osľňovaniu pacienta a personálu	áno	áno
LCD HD MONITOR		
dĺžka uhlopriečky	min. 26“	áno, 27”
rozlíšenie monitora	min. 1920 x 1080 obrazových prvkov /full HD/	áno, 1920x1080
kontrast pomer	min. 1400:1	áno, 1400:1
aspekt pomer	16:09	áno, 16:09
počet farieb	min. 1,07 billion	áno, 1,07 billion
funkcia prepínania teploty farieb	áno	áno
funkcia prepínania úrovne gama	áno	áno
funkcia prepínania pomeru zobrazenia a vstupného signálu	áno	áno
funkcia prepínania užívateľských nastavení	áno	áno
funkcia riadenia napájania	áno	áno
ODSÁVACIA PUMPA		
zberná nádoba – objem	min. 1 liter	áno, 2 L
možnosť použitia jednorázového systému		áno
možnosť použitia opakovateľne použiteľného systému	áno	áno
nominálne vákuum	min. 85 kPa	áno, 85 kPa
nominálny prietok	min. 20 litrov/min	áno, 40L/min
OPLACHOVÁ PUMPA		
ovládanie nožný spínačom	áno	áno
riadenie rýchlosti prietoku mikroprocesorom	áno	áno
nominálny prietok	min. 0 - 230 ml/min	áno, 0 – 230 ml/min
nádoba na vodu objem	min. 1 liter	áno, 1L
Elektrochirurgická jednotka		
výkon	min. 120 W	áno, 120 W
vysokofrekvenčný princíp	áno	áno
samostatný monopolárny rezací režim	áno	áno

samostatný monopolárny koagulačný režim	áno	áno
samostatný bipolárny rezací režim	áno	áno
samostatný bipolárny koagulačný režim	áno	áno
neutrálna elektróda	áno	áno
aktívny kábel do inštrumentov	áno	áno
aktívne monitorovanie impedancie tkaniva cez pracovný inštrument	áno	áno
systém ochrany pacienta a lekára proti popáleniu	áno	áno
nožný spínač pre páliaci a koagulačný režim	áno	áno
Pracovná stanica k endoskopickým vyšetreniam		
oddeľovací transformátor	áno	áno
centrálny spínač	áno	áno
držiak na 2 endoskopy	1 ks	áno
držiak na LCD monitor	1 ks	áno
držiak klávesnice	1 ks	áno
police na uloženie prístrojov	4 ks	áno