

Kúpna zmluva č. Z201851102 Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

Nemocnica s poliklinikou
Nové Mesto nad Váhom
evidenčné číslo zmluvy

451/2018

Prevzatí: meno.....podpis.....

I. Zmluvné strany

meno.....podpis.....

meno.....podpis.....

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n.o.
Sídlo: Štefánikova 1, 91531 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 36119369
DIČ: 2021702254
IČ DPH: SK2021702254
Číslo účtu: SK0511000000002621724756
Telefón: 0327740363

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MEDIXRAY, s.r.o.
Sídlo: Hollého 23, 92101 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 34109188
DIČ: 2020388634
IČ DPH: SK2020388634
Číslo účtu: SK730900000000280140218
Telefón: 00421905718974

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Univerzálny celotelový priamy digitálny RTG komplet pre rádiologické oddelenie
Kľúčové slová: RTG prístroj, digitálny
CPV: 33111000-1 - Röntgenové prístroje; 51410000-9 - Inštalácia lekárskeho zariadení;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Univerzálny priamo digitálny RTG prístroj

Funkcia				
Univerzálny celotelový priamy digitálny RTG komplet pre rádiologické oddelenie - 1 ks.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmer plávajúcej dosky	mm	2100 x 650		
Požadovaný rozsah elevácie stola	mm	650-850		
Požadovaná zaťažiteľnosť stola	kg	250		
Rozsah ohniskovej vzdialenosti pri snímkaní na stole	mm	400-1300		
Rozsah ohniskovej vzdialenosti pri snímkaní vo vertikálnej polohe	mm	1000-2000		
Priečny pohyb rtg žiariča	mm	+/-150		
Výška stredu detektora od podlahy v hornej úvrati	mm	1800		
Výška stredu detektora od podlahy v dolnej úvrati	mm	400		
Rozmer aktívnej plochy detektora	mm	430x430		
Rozmer pixela	um		143x143	
Rozlíšenie	lp/mm	3,5		

Integrované ionizačné komory	ks	3		
Vysokofrekvenčný generátor	kHz	100		
Výkon generátora	kW	65		
Rozsah napätia	kV	40	150	
Maximálny čas expozície	s		5	
Minimálny čas expozície	s	0,001		
Veľkosť malého ohniska	mm	0,6		
Veľkosť veľkého ohniska	mm	1,2		
Tepelná kapacita anódy žiariča	kHU	300		
Otáčky RTG žiariča	/min.	8500		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ďalšie parametre mobilného pojazdného stola	Motorizovaná elevácia stola, úložná doska pre minimálny útlm RTG žiarenia, pohyb dosky stola v pozdĺžnom a priečnom smere, elektrické ovládanie zdvihu stola, mechanické brzdenie pojazdu stola			
Ďalšie parametre mobilného pojazdného stola	Možnosť bezkáblového napájania stola dobíjateľným akumulátorom, náhradný akumulátor, možnosť použitia pre šikmé projekcie, možnosť použitia pre bočné projekcie, nabíjačka pre akumulátor			
Ďalšie parametre náradia	Náradie s postavením do miestnosti a s montážou na podlahu, automaticky synchronizované pohyby detektora a žiariča, plne motorizované pohyby zariadenia, dotykový displej ovládania pohybu zariadenia			
Ďalšie parametre náradia	Flat panel detektor so zabudovaným držiakom na raster, buď jeden raster fokusovaný na SID 150 cm, alebo dva rastre jeden fokusovaný na 120 cm a druhý fokusovaný na SID 180 cm			
Ďalšie parametre detektora	Pevne zabudovaný detektor, režim skiografie, motorizované otáčanie detektora, držiak mriežky integrovaný v konštrukcii detektora			
Ďalšie parametre generátora	Výber režimov orgánovej automatiky s možnosťou dodatočnej manuálnej zmeny parametrov AEC (automatická kontrola expozície), parametre napájania 400 V (±)10%, 50 Hz, samostatný panel ovládania expozície			
Ďalšie parametre RTG žiariča	DAP meter			
Parametre kolimátora	Kolimátor manuálny alebo automatický (pri automatickom stíchningu, možnosť zmeny filtrácie, možnosť manuálnej voľby veľkosti snímkovacieho poľa			
Post processing	Jas/kontrast, gamma korekcia, automatická optimalizácia histogramu, Negatív/Pozitív, zrkadlové otočenie snímok (vertikálne a horizontálne), otočenie obrazu, meranie vzdialeností a uhlov			
Funkcie vizuálnej analýzy	Plynulé zväčšenie až 10 násobne, vyhladzovanie, zdôrazňovanie okrajov, histogram			
Ďalšie funkcie	Stanovenie rozmerov a vzdialeností, stanovenie uhlov, zošívanie min.3 snímok (stitching), hodnotenie optickej hustoty, automatická tvorba protokolu štúdie			
Servis/služby	Funkcia prenosu dát na DICOM server, funkcie pre vytváranie a čítanie súborov vo formáte DICOM, vyhlásenie o zhode s požiadavkami na softvér pre DICOM			
Server pre ukladanie snímok	Počet DICOM snímok v internom archíve min. 10000, kapacita pevného disku v GB min. 3000, systém bezpečného ukladania snímok – duplikovanie snímok na rezervné HDD (Raid systém)			
Server pre ukladanie snímok	Počet rezervných diskov min. 2 ks, archivácia dát na externé médiá, možnosť archivácie snímok na prenosný pevný disk, možnosť integrácie do lokálnej a globálnej siete			
Príslušenstvo a podmienky inštalácie	Intercom, rozvodná doska, nástenný držiak ovládača generátora, ovládacie prostredie generátora a RTG kompletu v slovenskom jazyku, vzdialená správa zariadenia			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady, má predpísané povolenia a skúšky a spĺňa akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami pre riadne poskytnutie plnenia a bude realizovať plnenie len prostredníctvom osôb spĺňajúcich všetky predmetné požiadavky pre poskytovanie plnenia.	
Dodávateľ je povinný do 2 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať:	
- technický opis predmetu zákazky, resp. prospekt ponúkaného tovaru v zmysle požadovaných parametrov potvrdzujúci splnenie technických požiadaviek s uvedením jednotkovej ceny bez DPH, DPH a ceny s DPH (podrobný aktualizovaný rozpočet)	
- platný certifikát tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (CE certifikát, vyhlásenie o zhode, doklad o pridelení ŠUKL kódu, resp. iný doklad, ktorý nahrádza požadované potvrdenie)	
- povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z. z.	
- návrh splátkového kalendára n úhradu kúpnej ceny.	
Predmet zákazky musí byť dodaný nový, nepoužívaný a minimálne v uvádzanej technickej špecifikácii v technických a osobitných požiadavkách v zmluve. Nesplnenie (ktoréhokoľvek parametra) technickej špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.	
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude spĺňať technickú špecifikáciu predmetu zmluvy.	
Zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať jeho kompletné dodanie na miesto plnenia, inštalácie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu, meranie zdroja ionizujúceho žiarenia, východzu elektrických revíziu a záručný servis.	
V súlade s 2. časťou OPET-u, čl. VI ods. 6.4.6 je dodávateľ povinný dodať objednávateľovi spolu s tovarom všetky doklady a dokumenty týkajúce sa tovaru, ktoré sú nevyhnutné pre jeho riadnu montáž, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, používanie, či údržbu (návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, servisnú knižku, preberací protokol).	
Cenou za tovar sa rozumie cena, vrátane obalu, DPH a dopravy do miesta plnenia určeného objednávateľom a vrátane ostatných nákladov spojených s dodávkou, uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR. Dohodnutá cena je maximálna a konečná.	
Dodacia lehota je do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Tovar sa považuje za dodaný až po jeho nainštalovaní, zaškolení personálu a podpísaní preberacieho protokolu.	
Podmienky záručného servisu RTG:	
Štandardná doba odozvy: maximálne do 6 hodín	
Štandardná doba nástupu technika na opravu: najneskôr nasledovný pracovný deň odo dňa nahlásenia	
Štandardná doba odstránenia poruchy bez použitia náhradných súčiastok: do 8 hodín	
Štandardná doba odstránenia poruchy s použitím náhradných súčiastok: 5 pracovných dní	
Štandardná doba pokrytia: od 08 00 do 16 00 hod každý pracovný deň	
Záručná doba zariadenia je 24 mesiacov	
Kúpna cena bude zaplatená prostredníctvom splátok - prvá splátka bude na úrovni max. 20% z kúpnej ceny vrátane celej výšky DPH a ďalšie splátky budú realizované formou mesačných splátok po dobu 5 rokov od dodania zariadenia.	
Ak nedôjde k odstráneniu poruchy na prístroji do 72 hodín, je objednávateľ oprávnený k uplatneniu zmluvnej pokuty 0,05 % z kúpnej ceny za každých začatých 24 hodín omeškania až do odstránenia poruchy, alebo požadovať bezplatné zapožičanie porovnateľného prístroja.	
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v zmluve sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.	
V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodať, poskytnúť alebo vykonať Plnenie riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený a povinný požadovať od Dodávateľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1000 Eur za každé takéto porušenie povinnosti Dodávateľa. Zaplataením zmluvnej pokuty alebo úrokov z omeškania nie je dotknutý nárok na náhradu škody.	

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

27.11.2018 14:00:00 - 07.12.2018 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 150 166,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 180 200,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 26.11.2018 13:26:00

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

MEDIXRAY, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska