

KÚPNA ZMLUVA č. 04/TO/2012
uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. I.
Zmluvné strany

1. Predávajúci:

Názov : ULTRAMED s.r.o.
Adresa : Š. Moyzesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO : 36638404
IČ DPH : SK 2022011651
Zastúpená : RNDr. Andrej Cabáňik - konateľ
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Zapísaný v OR : Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 10498/S
/ďalej len „predávajúci“/

a

2. Kupujúci:

Názov : Nemocnica Poprad, a.s.
Adresa : Banícka 803/28, 058 45 Poprad
IČO : 36513458
IČ DPH : SK2022127657
Zastúpený : MUDr. Jozef Tekáč – podpredseda predstavenstva
: Ing. Slavko Rodák – člen predstavenstva
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Zapísaná v OR : Okr. súd Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10322/P
/ďalej len „kupujúci“/

Čl. II.
Predmet zmluvy

- 2.1** Predávajúci sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dodať kupujúcemu **Anesteziologický prístroj** Dräger Primus pre oddelenie OAIM v počte 1 ks a Videogastroskop v počte 1 ks pre chirurgické oddelenie Nemocnice Poprad a.s. podľa technickej špecifikácie, ktorá ako príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „tovar resp. predmet kúpy“) a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.

Čl. III.
Dodacie podmienky

- 3.1** Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v mieste dodania, ktorým je Nemocnica Poprad a.s.
- 3.2** Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste dodania a zároveň je tovar dodaný riadne v zmysle bodu 3.3 tohto článku zmluvy.
- 3.3** Tovar je dodaný riadne, ak je dodaný v množstve, akosti a vyhotovení spolu

- s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, najmä spolu s dodacím listom /resp. preberacím protokolom/ a faktúrou.
- 3.4** Odovzdanie a prevzatie riadne dodaného tovaru potvrdia oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán na preberacom protokole / dodacom liste. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ak tovar nie je dodaný v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
- 3.5** Termín dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej 2 dni vopred, preukázateľne faxom na č. 052 / 7125 555, resp. emailom, s určením pre pána Waltera Mayera. Mailová adresa: walter.mayer@nemocnicapp.sk. Termín dodania predmetu kúpy je do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 3.6** Zmluvné strany sa dohodli, že k nadobudnutiu vlastníckeho práva k tovaru kupujúcim, vrátane prechodu nebezpečenstva škody na tovare, dochádza okamihom prevzatia riadne dodaného tovaru oprávnenou osobou kupujúceho v mieste dodania.
- 3.7** Nedodržanie dodacej lehoty predávajúcim sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Čl. IV.

Kúpna cena a platobné podmienky

- 4.1** Za riadne dodaný tovar sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu určenú dohodu zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení vo výške celkom za Anesteziologický prístroj:

Cena celkom bez DPH	58 331,00 €
DPH 20%	11 666,20 €
Cena celkom vrátane DPH	69 997,20 €

a Videogastroskop v cene:

Cena celkom bez DPH	19 160,00 €
DPH 20%	3 832,00 €
Cena celkom vrátane DPH	22 992,00 €

- 4.2** Kúpna cena podľa bodu 4.1 tohto článku zmluvy je stanovená ako cena pevná a úplná a zahŕňa kúpnu cenu tovaru a dodanie tovaru do miesta dodania, vrátane nákladov na dopravu, clo, vrátane dodania návodu na obsluhu tovaru v slovenskom jazyku a bezplatný záručný servis.
- 4.3** Kúpnu cenu zaplatí kupujúci predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy v lehote splatnosti 60 dní odo dňa doručenia faktúry s vyúčtovaním kúpnej ceny kupujúcemu. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania dlžnej čiastky z účtu kupujúceho.
- 4.4** Predávajúcemu vznikne právo vystaviť kupujúcemu faktúru s vyúčtovaním kúpnej ceny dňom splnenia dodávky podľa Čl. III. bod 3.3 tejto zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry je oprávnenými osobami zmluvných strán podpísaný preberací protokol / dodací list.

Čl. V. Sankcie

- 5.1** V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru má kupujúci právo požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania.
- 5.2** V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti má predávajúci právo požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

Čl. VI. Záruka za akosť

- 6.1** Predávajúci je povinný dodať iba tovar v akosti určenej príslušnými technickými a ostatnými normami, resp. s platným certifikátom a vyhlásením o zhode tovaru (konkrétne dodaného, určeného výrobným číslom).
- 6.2** Predávajúci touto zmluvou preberá záväzok, že tovar bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti /vrátane akosti/ najmenej počas záručnej doby 24 mesiacov, ktorá začne plynúť odo dňa riadneho dodania tovaru podľa tejto zmluvy.
- 6.3** Počas záručnej doby má kupujúci nároky z väd tovaru, ktoré mu prislúchajú v zmysle ustanovenia § 436 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 6.4** Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
- 6.5** Predávajúci je povinný odstrániť vady tovaru opravou, ak sú vady opraviteľné, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa ich uplatnenia kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje, že s odstraňovaním vady začne do 7 dní od nahlásenia vady.

Čl. VII. Záverečné ustanovenia

- 7.1** Predávajúci podpísaním tejto zmluvy v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení kupujúcemu udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu podľa Článku I. bod 1.1 tejto zmluvy na účely vedenia registra zmlúv kupujúceho, na dobu neurčitú. Predávajúci môže súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ustanovenia § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení kedykoľvek odvolať.
- 7.2** Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy z tejto zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 7.3** Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je oprávnený postúpiť inému svoju pohľadávku vzniknutú z titulu plnenia podľa tejto zmluvy.
- 7.4** Všetky doplnky alebo zmeny tejto zmluvy je možné urobiť len na základe dohody zmluvných strán, vo forme písomných, vzostupne číslovaných dodatkov.
- 7.5** Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých obdrží každá zo zmluvných strán po jednom originálnom vyhotovení.
- 7.6** Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzavreli ju v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok, ale slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
- 7.7** Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom

- 7.8** nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení.

V Poprade dňa

za kupujúceho:

MUDr. Jozef Tekáč
podpredseda predstavenstva
Nemocnica Poprad a.s.

Ing. Slavko Rodák
člen predstavenstva
Nemocnica Poprad a.s.

V Žiari nad Hronom dňa

za predávajúceho:

RNDr. Andrej Cabánik
konateľ
ULTRAMED s.r.o.

Technická špecifikácia

Anestéziologický prístroj vyššej triedy určený pre podávanie inhalačných volatilných anestetík.

- anestéziologický prístroj pre všetky kategórie pacientov od novorodencov až po dospelých
- elektrické napájanie 230V / 50Hz so záložným napájaním vstavaným akumulátorom so zálohou minimálne na 30minút prevádzky
- záložné napájanie plynom z 11L tlakových fliaš pre O₂ a N₂O s redukčnými ventilmi
- elektronický zmiešavač čerstvej zmesi plynov, ktorý automaticky dávkuje čerstvý plyn na základe nastavenej koncentrácie O₂
- prístroj umožňujúci nízkoprietokovú tzv. „low flow“ a „minimal flow“ anestéziu s ochranou proti podaniu hypoxickej zmesi plynov
- núdzový – mechanický dávkovač s plynulým nastavením prietoku O₂ s možnosťou súčasného dávkovania anestetika, funkčný aj pri poruche prístroja
- dva rýchlopínacie prípoje pre odparovače anestetika s poistkou proti otvoreniu oboch odparovačov naraz
- elektronicky riadený a elektricky poháňaný pľúcny ventilátor, bez potreby napájania (pohonu) plynom
- ergonomický dizajn s otvorenou architektúrou, umožňujúcou kombinovať rozličné požiadavky na prístroj
- prístroj musí mať integrovaný aktívne vyhrievaný anestéziologický okruh so spätným vdychovaním, prepojeným s prístrojom pneumaticko-elektrickým rozhraním, bez viditeľných prepojovacích hadíc a káblov
- anestéziologický okruh s absorbérom CO₂
- všetky príslušenstvá prichádzajúce do styku s dýchacími plynmi musia byť autoklávovatelné a ľahko, užívateľom rozoberateľné
- ventilačné režimy : manuálny, spontánny, objemový so synchronizáciou a s s dych. objemom od 5ml, objemový tlakovo riadený, tlakovo riadený so synchronizáciou
- prístroj musí mať aj režim: tlakovo- podporovanej ventilácie pacienta so spontánnou dychovou aktivitou
- objemová a tlaková ventilácia so synchronizáciou s prietokovým asistorom od 0,3 l/min
- minimálne rozsahy parametrov :

Vt	od 5 do 1400 mL
P _{insp}	do 70 hPa
Trigger	od 0,3 do 15 L/min
Frekv. dýchania	od 3 do 100 1/min
T _{insp}	od 0,2 do 6 sec.
Pomer I:E	od 5:1 do 1:99
- monitorovanie tlaku v dýchacom systéme, vydychovaného aj vdychovaného objemu, minútovej ventilácie, koncentrácie anestetických plynov, O₂, CO₂ a N₂O
- automatická detekcia anestetika v okruhu podľa vyššej hodnoty MAC
- monitorovanie aktuálnej spotreby anestéziologických plynov s upozornením pre úpravu dávkovania (podpora pre „minimal flow“ anestéziu)
- zobrazenie monitorovaných hodnôt v číselnej forme s nastavitelnými alarmami a v grafickej forme ako krivky, trendy a slučky v reálnom čase
- ekonometer – zobrazenie a vyhodnotenie využívania množstva čerstvej zmesi plynov v okruhu (nedostatok – dostatok – prebytok) – minimálne ako rozšíriteľná opcia
- režim prevádzky pre distenčnú terapiu a monitorovanie anestéziologických plynov počas vedenia mimotelového obehu krvi ECC

- požaduje sa pripravenosť pre intravenóznú anestéziu s príslušným vybavením pre sledovanie úrovne anestézie – softvérové vybavenie ako možnosť rozšírenia
- osvetlenie pracovného priestoru anestéziológa
- vhodná je uzamykateľná odkladacia zásuvka pre pomôcky
- zálohový zdroj el. napájania so zálohou po dobu minimálne 30 min. pri akomkoľvek režime prístroja
- monitor vitálnych funkcií s uhlopriečkou minimálne 26cm umiestnený ktorejkoľvek strane prístroja, podľa požiadaviek personálu
- monitorovanie (základné): ECG (3, 5 alebo 6 zvodové), neinvazívny tlak krvi, minimálne dva invazívne tlaky, SpO₂, teplota
- monitor vitálnych funkcií prepojitelný s anestéziologickým prístrojom umožňujúci prenos dát
- súčasťou dodávky musí byť kompletne príslušenstvo pre uvedenie prístroja do prevádzky

Videogastroskop

- spôsob snímania - farebný CCD čip
- priamy smer snímania
- veľkosť zorného poľa: min. 140°
- hĺbka zorného poľa: min. 3-100 mm
- vonkajší priemer tubusu: max. 9,5 mm
- priemer pracovného kanála: min. 2,8 mm
- ohybnosť hore/dolu: min. 200° min. 80°
- ohybnosť vpravo/vľavo: min. 90° min. 90°
- pracovná dĺžka: min. 1000 mm
- kompatibilita s videoprocessorom a svetelným zdrojom, ktorý používajú na pracovisku