



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| ponuku predkladá:                             |  | dátum vypracovania ponuky: 11. január 2023 |  |
| obchodné meno:                                | Unique Medical s. r. o.  |  |  |
| sídlo:  | Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto |  |  |
| IČO:  | 46729429   |  |  |
| platca DPH:                                   | áno  | Ing. Ronald Necpál, konateľ                |  |
| identifikácia ponúkaného zariadenia: Comen S8 |  |  |  |

|             |              |
|-------------|--------------|
| zariadenie: |              |
| názov:      | Defibrilátor |
| objem:      | 2 ks         |

| celok                             |   | technický parameter                      | hodnota technického parametra                              | hodnota parametra ponúknutého zariadenia |
|-----------------------------------|---|--|--|--|
| Defibrilátor                      | defibrilátor  | Fyzická veľkosť (s pádlami)              | max. 325 mm × 280 mm × 340 mm                              | 323 x 277 x 338                          |
|                                   |   | Veľkosť obrazovky                        | min. 8,4" TFT displej                                      | 8,4 palca                                |
|                                   |   | Rozlíšenie obrazovky                     | min. 800 x 600 pixel                                       | 800 x 600 pixel                          |
|                                   |   | Zobrazené priebehy/krivky                | min. 5 (pre štandardné rozhranie)                          | 5  |
|                                   |   |  | min. 6 (pre 12 zvodov)                                     | 6  |
|                                   |   | Hmotnosť                                 | max. 8,5 kg<br>(s min. 1 batériou a pádlami)               | 8,2                                      |
|                                   |   | Úroveň ochrany                           | min. IP44  | IP44                                     |
|                                   |   | MANUÁLNY mód                             | áno, min. 25 krokov  | áno, 25 krokov                           |
|                                   |   | AED mód                                  | áno  | áno                                      |
|                                   |   | Neinvazívna kardiostimulácia             | áno  | áno                                      |
|                                   |   | Monitorovanie                            | áno  | áno                                      |
|                                   |   | Výdaj energie                            | min. 1J - max. 360 J, vrátane                              | 1-360J                                   |
|                                   |   | Doba nabíjania pre výboj                 | Menej ako 5 sekúnd na 200 J s novou, plne nabitou batériou | áno                                      |
|                                   |   |  | Menej ako 8 sekúnd na 360 J s novou, plne nabitou batériou | áno                                      |
|                                   |   | Rozsah impedancie                        | min. 25 - max. 250Ω (externá defibrilácia);                | áno                                      |
|                                   |   |  | min. 15 - max. 250Ω (interná defibrilácia)                 | áno                                      |
|                                   |   | Tvar krivky                              | BTE  | BTE                                      |
|                                   |   | Batéria                                  | min. 1x a min. 7500 mAh                                    | áno                                      |
|                                   |   | Prevádzkový čas                          | Monitorovanie: min. 6 hod.;                                | áno                                      |
|                                   |   |  | Defibrilátor: min. 200 výbojov (pri 360J);                 | áno                                      |
|                                   |   |  | Stimulácia: min. 4,5 hod.                                  | áno                                      |
|                                   |   | Doba nabíjania batérie na 100 % kapacity | max. 3,5 hod.  | áno                                      |
|                                   |   | EKG                                      | áno  | áno                                      |
|                                   |   | 12-zvodové EKG                           | áno  | áno                                      |
|                                   |   | NIBP                                     | áno  | áno                                      |
|                                   |   | SpO <sub>2</sub>                         | áno  | áno                                      |
|                                   |   | Teplota                                  | áno  | áno                                      |
|                                   |   | IBP                                      | áno  | áno                                      |
|                                   |   | EtCO <sub>2</sub>                        | áno  | áno                                      |
|                                   |   | Profily pacientov                        | min. 100 pacientov   | 1000                                     |
|                                   |   | Poplachové udalosti                      | min. 190 udalostí  | 200                                      |
|                                   |   | Ukladanie priebehu                       | min. 24 hodín  | 48                                       |
|                                   |   | Tabuľkové trendy                         | min. 24 hodín  | 160                                      |
| Hlasový záznam                    | min. 180 minút;   | 240                                      |  |  |
| Export údajov                     | min. 60 minút pre každého pacienta,<br>Dáta je možné exportovať do PC cez USB flash pamäť | áno                                      |  |  |
| CPR Assistant Tool                | Dáta je možné exportovať do PC cez USB flash pamäť  | áno                                      |  |  |
| WiFi                              | áno   | áno                                      |  |  |
| Typ pádla                         | Dospelí a deti  | áno                                      |  |  |
| Tlačiareň                         | min. 80 mm papier   | áno                                      |  |  |
| RJ45 rozhranie                    | Áno   | áno                                      |  |  |
| Multi funkcionálny konektor       | Áno   | áno                                      |  |  |
| USB                               | áno   | áno                                      |  |  |
| VGA                               | áno   | áno                                      |  |  |
| CE certifikovaný prístroj         | áno   | áno                                      |  |  |
| Vrátane kompletného príslušenstva | áno   | áno                                      |  |  |
| Vrátane tašky na príslušenstvo    | áno   | áno                                      |  |  |
| Záruka                            | Záruka 24 mesiacov  | áno                                      | áno  |  |
|                                   | Záručný servis  | áno                                      | áno  |  |
|                                   | Inštalácia, doprava   | áno                                      | áno  |  |
|                                   | Komplexné zaškolenie obsluhy  | áno                                      | áno  |  |

